

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji

.....
pobokom: Radosław DUCZEK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa alkomatów bezustnikowych wskazujących wynik zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

II. Wymagania techniczne:

1. **Rodzaj sensora:** elektrochemiczny
2. **Zasilanie:** baterie alkaliczne (np. LR3, LR6) lub ich akumulatorowe zamienniki
3. **Nawigacja:** za pomocą przycisków
4. **Tryby pobierania powietrza:**
 - a) aktywny – osoba badana uruchamia układ pobierania powietrza za pomocą odpowiednio silnego wydechu
 - b) pasywny – uruchamiany za pomocą przycisku, w sytuacji gdy badana osoba nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza (np. osoba nieprzytomna)
5. **Zakres pomiaru:** co najmniej 0,00‰ – 5,00‰ lub szerszy (alkomat musi pokrywać wyznaczone wartości minimalne i maksymalne)
6. **Jednostki pomiaru:** ‰ i mg/l – urządzenie musi oferować możliwość zmiany ustawień jednostki pomiarowej dokonywanej przez serwis
7. **Sposób dokonywania pomiaru:** przy użyciu bezkontaktowego lejka
8. **Czas pomiaru:** nie może przekroczyć 5 sekund
9. **Czas przygotowania do pomiaru:** nie może przekroczyć 8 sekund
10. **Pamięć pomiarów:** co najmniej 7 000 rekordów pomiarowych
11. **Prezentacja wyniku:** wynik w formie liczbowej do dwóch miejsc po przecinku przedstawiony na wyświetlaczu
12. **Wyświetlacz:** przedstawiający komunikaty w języku polskim lub za pomocą piktogramów
13. **Waga:** nie może przekroczyć 400 g (z bateriami/akumulatorami)
14. **Ilość pomiarów dokonanych na komplecie baterii/akumulatorów:** co najmniej 4 000
15. **Temperatura pracy:** co najmniej w zakresie od -10°C do 40°C lub szerszym
16. **Interwał kalibracji:** nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

III. Pozostałe wymagania:

1. Alkomat musi być wyposażony w pasek na nadgarstek zapobiegający m.in. przypadkowemu upuszczeniu podczas użytkowania.
2. Serwis alkomatu musi znajdować się w Polsce.
3. Alkomat musi posiadać certyfikację CE.

4. Instrukcja obsługi w języku polskim.
5. Świadectwo kalibracji w formie papierowej (wymagane przy dostawie alkomatu).

IV. ZAKRES RZECZOWY DOSTAWY (dot. 1 szt. alkomatu)

1. Alkomat bezustnikowy – 1 szt.
2. Lejek do badania bezkontaktowego – 1 szt.
3. Pasek na nadgarstek – 1 szt.
4. Komplet baterii/akumulatorów niezbędny do zasilania alkomatu – 1 kpl.
5. Etui ochronne – 1 szt.

Szacowana zamawiana ilość podczas trwania umowy: 80 sztuk.

SPECJALISTA
Sekcji VI
Wydziału Zaopatrzenia KSP

Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK
Sekcji VI
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
podkom. Mariusz FIJOŁEK

Św. pod kł. m. fiol

m. exp. Poweł Guba
WRD KSP.