

Opis przedmiotu zamówienia

podnośnik podłogowy (transportowo – rehabilitacyjny) – 3 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **3 szt. podnośnika podłogowego (transportowo–rehabilitacyjnego)** przeznaczonego do użytkowania w placówce Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Urządzenie będzie wykorzystywane do bezpiecznego transferu osób z niepełnosprawnościami oraz pacjentów o ograniczonej mobilności w warunkach ambulatoryjnych, w tym podczas transferu z łóżka, wózka inwalidzkiego, podłogi lub toalety.

Minimalne wymagania techniczne

Oferowany podnośnik musi spełniać następujące wymagania:

Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne

- możliwość bezpiecznego podnoszenia i transferu osób z niepełnosprawnością z:
łożka, wózka inwalidzkiego, podłogi, toalety lub krzesła toaletowego;
- udźwig minimum 150 kg;
- system podnoszenia i opuszczania realizowany za pomocą siłownika elektrycznego lub hydraulicznego;
- obowiązkowa funkcja awaryjnego opuszczania pacjenta w przypadku braku zasilania;
- zasilanie akumulatorowe z ładowarką lub systemem szybkiej wymiany baterii;
- ergonomiczny pilot sterujący obsługą urządzenia;
- regulowana szerokość podstawy (rozstaw nóg) umożliwiającą podjazd pod: łożka rehabilitacyjne, wanny, krzesła toaletowe;
- koła z blokadą (minimum 2) zapewniające stabilność podczas transferu;
- stabilna konstrukcja umożliwiająca pracę w warunkach AOS.

System zawiesi i kompatybilność

- system podwieszek (zawiesi) dostosowany do różnych pozycji pacjenta: leżącej, siedzącej, pod prysznic, do kąpeli, amputacji oraz pacjentów z niepełnym tułowiem;
- możliwość stosowania z pacjentami: nieprzytomnymi, z porażeniami czterokończynowymi oraz po zabiegach ortopedycznych;
- kompatybilność z różnymi typami podwieszek (jedno- i wielopunktowych).

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny

- łatwa dezynfekcja wszystkich powierzchni mających kontakt z pacjentem;
- higieniczne wykończenie materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne;
- system zabezpieczeń przed przeciążeniem (preferowany wskaźnik przeciążenia);
- stabilność minimalizująca ryzyko przechyłu podczas transferu.

Wymagania formalne i jakościowe

- wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE;
- zgodność z normą **ISO 10535 (podnośniki dla osób z niepełnosprawnościami)** – wymagana;
- deklaracja zgodności CE;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- gwarancja minimum 24 miesiące.

Wyposażenie opcjonalne

- podwieszki jedno- i wielopunktowe;
 - specjalne podpory nóg;
 - pilot z funkcją pamięci ustawień;
 - wskaźnik przeciążenia;
 - pokrowiec transportowy.
-

Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego.
2. Montażu i uruchomienia (jeśli wymagane).
3. Przekazania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi.
4. Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia.
5. Udzielenia gwarancji i zapewnienia serwisu.