

Opis przedmiotu zamówienia

ślizgi transferowe – 4 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **ślizgów transferowych (materiałów ślizgowych)** – 4 szt. przeznaczonych do użytkowania w placówce Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Ślizgi będą wykorzystywane do bezpiecznego i płynnego przemieszczania pacjentów w łóżkach szpitalnych i rehabilitacyjnych, na materacach, podłodze oraz podczas transferów między powierzchniami.

Minimalne wymagania techniczne

Oferowane ślizgi transferowe muszą spełniać następujące wymagania:

Wymagania funkcjonalne i użytkowe

- materiał o **niskim współczynniku tarcia**, umożliwiający bezpieczne i płynne przesuwanie pacjenta w łóżku, na materacu, podłodze oraz podczas transferu;
 - udźwig minimum 150 kg;
 - możliwość stosowania w transferach pacjentów dorosłych, dzieci oraz osób z porażeniami;
 - kompatybilność z łóżkami szpitalnymi oraz rehabilitacyjnymi;
 - możliwość wielokrotnego użycia lub dostępność wersji jednorazowych (w zależności od wariantu produktu);
 - łatwe składanie i przechowywanie.
-

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

- wykonanie z tkaniny poliestrowej, nylonowej lub technicznej powlekanej (np. PU);
- materiał odporny na ścieranie oraz środki dezynfekcyjne;
- brzegi wykończone w sposób zabezpieczający przed podwijaniem się materiału;

- wysoka trwałość przy intensywnym użytkowaniu;
 - możliwość prania w temperaturze do 90°C (jeśli dotyczy wersji wielorazowej).
-

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności

- zapewnienie bezpiecznego transferu pacjentów o ograniczonej mobilności;
 - stabilizacja pacjenta podczas przesuwania;
 - dostępność różnych rozmiarów i form dostosowanych do użytkownika:
 - osoba dorosła,
 - dziecko,
 - osoba z porażeniem;
 - oznaczenia kolorystyczne ułatwiające dobór właściwego rozmiaru i typu ślizgu;
 - kompatybilność z innymi elementami systemu transferowego.
-

Akcesoria wspomagające (opcjonalne)

- taśmy do przesuwania;
 - rękawy ślizgowe;
 - rolki ślizgowe;
 - deski transferowe;
 - powłoka antybakteryjna;
 - wykonanie trudnopalne zgodne z normą **EN 1021**.
-

Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostawy ślizgów transferowych do siedziby Zamawiającego.
2. Przekazania instrukcji użytkowania i dokumentacji technicznej.

3. (Opcjonalnie) przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użycia.
4. Udzielenia gwarancji i zapewnienia serwisu.