

Opis Przedmiotu Zamówienia

mobilny aparat USG – 2 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu z obsługi fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego (USG).

Minimalne wymagania funkcjonalne:

1. Aparat powinien charakteryzować się mobilnością i kompaktową konstrukcją umożliwiającą łatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami placówki.
2. Aparat powinien umożliwiać współpracę z różnymi typami głowic przeznaczonych do diagnostyki różnych obszarów ciała.
3. Preferowana możliwość zastosowania głowic pediatrycznych (tylko w jednym egzemplarzu).
4. Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny, prosty w obsłudze oraz wyposażony w czytelne menu.
5. Aparat powinien posiadać rozwiązania zwiększające dostępność użytkowania dla personelu i pacjentów, w szczególności:
 - możliwość pracy przy wykorzystaniu baterii bez konieczności stałego podłączenia do źródła zasilania,
 - regulowany wózek poprawiający ergonomię pracy,
 - możliwość dostosowania ustawienia aparatu do potrzeb pacjentów o ograniczonej mobilności.
6. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać oznakowanie CE oraz być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca zapewni transport, instalację, uruchomienie urządzenia oraz szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego.
8. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Minimalne wymagania techniczne:

- aparat stacjonarny lub mobilny na wózku,
- obrazowanie B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler,
- monitor LCD/LED min. 21",
- co najmniej 3 aktywne porty na głowice,
- głowica convex,
- głowica liniowa,
- archiwizacja badań w standardzie DICOM
- możliwość eksportu badań do systemu informatycznego,
- gwarancja min. 24 miesiące,
- instrukcja obsługi i szkolenie użytkowników.