

Opis przedmiotu zamówienia

fotel zabiegowy – 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fotela zabiegowego, przeznaczonego do wykonywania świadczeń ambulatoryjnych, spełniającego wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferowany fotel zabiegowy musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany oraz posiadać oznakowanie CE i być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako wyrób medyczny.

Minimalne wymagania techniczne

1. Konstrukcja stabilna, przystosowana do intensywnej eksploatacji w placówce medycznej.
2. **Zakres regulacji wysokości: minimalna wysokość siedziska od podłogi nie większa niż 48 cm, przy czym preferowane są rozwiązania umożliwiające obniżenie do 42 cm; maksymalna wysokość siedziska nie mniejsza niż 80 cm.**
3. Regulacja oparcia oraz segmentu nóg.
4. Możliwość ustawienia pozycji leżącej.
5. Sterowanie za pomocą pilota ręcznego lub nożnego.
6. Udźwig minimum 180 kg.
7. Tapicerka bezszwowa lub łatwa do dezynfekcji, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych.
8. Podłokietniki regulowane lub odchylane.
9. Podstawa umożliwiająca bezpieczny transfer pacjenta.
10. Kółka transportowe z blokadą lub równoważne rozwiązanie.
11. Zasilanie 230 V.
12. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wymagania związane z dostępnością

Fotel powinien wspierać realizację świadczeń zdrowotnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:

- osób poruszających się na wózkach,
- osób starszych,
- osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Preferowane będą rozwiązania zapewniające:

- niską pozycję wejściową,
- łatwy transfer pacjenta,
- intuicyjne sterowanie,
- wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.