

Opis przedmiotu zamówienia

pionizator elektryczny – 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **1 sztuki pionizatora elektrycznego** przeznaczonego do użytkowania w placówce Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Urządzenie będzie wykorzystywane do bezpiecznej pionizacji pacjentów z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, pacjentów neurologicznych, po urazach oraz zabiegach ortopedycznych.

Minimalne wymagania techniczne

Oferowany pionizator elektryczny musi spełniać następujące wymagania:

Wymagania funkcjonalne

- możliwość bezpiecznej pionizacji pacjentów z regulacją stopnia ustawienia ciała;
 - regulacja wysokości oraz kąta nachylenia, umożliwiająca indywidualne dostosowanie do wzrostu i potrzeb użytkownika;
 - wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez stopniowe ustawianie pacjenta w pozycji pionowej;
 - stabilizacja pacjenta w pozycji stojącej.
-

Wymagania konstrukcyjne i bezpieczeństwa

- stabilne podpory boczne oraz pasy bezpieczeństwa zapewniające pełne zabezpieczenie pacjenta;
- konstrukcja umożliwiająca łatwe wchodzenie i schodzenie z urządzenia (dostęp bez barier lub z minimalnym wysiłkiem);
- system zabezpieczający przed niekontrolowanym przechyłem;
- awaryjne zatrzymanie pracy urządzenia;

- blokada przeciążeniowa.
-

Mobilność i ergonomia

- kółka transportowe z blokadą umożliwiające bezpieczne przemieszczanie urządzenia;
 - stabilna, ale mobilna konstrukcja dostosowana do warunków AOS;
 - ergonomiczne uchwyty dla personelu;
 - cicha i płynna praca mechanizmów regulacji.
-

Wymagania materiałowe i higieniczne

- materiały konstrukcyjne odporne na intensywne użytkowanie;
 - wszystkie powierzchnie **łatwe do dezynfekcji i czyszczenia**;
 - odporność na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych;
 - brak elementów utrudniających utrzymanie higieny.
-

Wymagania dostępności

- możliwość dostosowania do pacjentów o różnym wzroście i budowie ciała;
 - intuicyjna obsługa dla personelu medycznego;
 - możliwość pracy w warunkach ambulatoryjnych AOS;
 - wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika.
-

Wymagania formalne i jakościowe

- wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE;
- deklaracja zgodności CE;
- zgodność z normami bezpieczeństwa dla sprzętu rehabilitacyjnego;

- instrukcja obsługi w języku polskim;
 - gwarancja minimum 24 miesiące;
 - serwis na terenie Polski lub UE.
-

Wypożyczenie opcjonalne

- elektryczna regulacja podpór (kolana, tułów, stopy);
 - pilot sterujący z pamięcią ustawień;
 - pasy wielopunktowe;
 - licznik czasu terapii;
 - wskaźnik obciążenia;
 - dodatkowe zestawy stabilizacyjne dla różnych grup pacjentów.
-

Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostawy pionizatora elektrycznego do siedziby Zamawiającego.
2. Montażu i uruchomienia urządzenia (jeśli wymagane).
3. Przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.
4. Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia.
5. Udzielenia gwarancji i zapewnienia serwisu.