

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 21 grudnia 2020 r. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm).

3. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- a. Oferty należy złożyć poprzez stronę bazakonkurencyjnosco.gov.pl (w pliku zabezpieczonym przed edycją – np. pdf) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail natalia.gemza@mpwik.wroc.pl.
- b. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, do oceny będzie brana pierwsza z nadesłanych ofert. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.
- c. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
- d. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- e. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.

4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

- a. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po wskazanym terminie Zamawiający może pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyżej wymienionego wniosku.
- c. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, do których przesłano zapytania ofertowe.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a. Kategoria zamówienia: Dostawa

b. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: reaktor laboratoryjny z oprzyrządowaniem na potrzeby realizacji projektu „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych” realizowanego przez MPWiK we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

c. Przedmiot zamówienia:

Na reaktor laboratoryjny wraz z oprzyrządowaniem składają się następujące elementy: reaktor szklany z płaszczem wodnym, mieszadło z napędem, sonda pH z miernikiem, termostat oraz wszelkie pozostałe drobne elementy konieczne do montażu reaktora oraz pozostałych komponentów na stelażu.

1. Reaktor szklany z płaszczem wodnym:

- a) objętość min. 20 L,
- b) zawór spustowy bez objętości martwej z zamontowaną sondą Pt100,
- c) pokrywa reaktora z min. 5 otworami (centralny otwór na wał mieszadła oraz otwory boczne – min. 3 otwory NS29),
- d) adapter prosty dla sondy pH,
- e) uszczelnienie połączenia pokrywy z naczyniem reaktora wykonane z PTFE,
- f) uszczelnienie wału mieszadła,
- g) rurka wgłębna do dozowania gazu,
- h) stalowe adaptory umożliwiające podłączenie termostatu.
- i) zamontowany na stelażu ze stali nierdzewnej wyposażonym w kółka – montaż reaktora na stelażu ma umożliwić swobodny dostęp do komponentów reaktora oraz obsługę reaktora zgodnie z zasadami BHP.

2. Mieszadło z napędem

- a) wał mieszadła ze stali nierdzewnej,
- b) końcówka mieszadła typu „kotwica” pokryta PTFE,
- c) moc napędu 120 W,
- d) zakres regulacji obrotów – min. 10-2000 rpm,
- e) cyfrowy wyświetlacz aktualnej wartości obrotów,
- f) moment obrotowy min. 200 Ncm,
- g) stopień ochrony min. IP5.

3. Termostat

- a) moc grzewcza min. 2 kW,
- b) pojemność chłodzenia dla 20°C: min. 0,5 kW
- c) zakres temperatury pracy: min. 0 - 100°C,
- d) stabilność temperaturowa min. 0,1°C,
- e) wyposażony w elastyczne węże do podłączenia do reaktora.

4. Sonda pH z miernikiem
- a) Sonda pH z zakresem pomiaru min. 0-14, w temp. 0 - 80°C;
 - b) Sonda przeznaczona do zastosowań w procesach chemicznych i przystosowana do pracy w ściekach;
 - c) Długość czujnika min. 120mm;
 - d) Elektroda typu kombinowanego;
 - e) miernik z wyświetlaczem cyfrowym
 - f) możliwość rejestracji i eksportu rejestrowanych danych (karta pamięci SD lub eksport na nośnik podłączany przez port USB).
- d. Miejsce dostawy zamówienia: Stacja Badawcze WOŚ, Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków, ul. Janowska 47, 54-067 Wrocław
- e. Kod CPV:
- 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a. Sposób przygotowania oferty:
- każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
 - ofertę należy przesłać w postaci nieedytowalnej,
 - oferta musi zawierać: cenę jednostkową netto
 - w ofercie należy podać termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach / tygodniach), termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni oraz koszty transportu jeżeli takowe występują,
 - jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty,
 - brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów).
- b. Oferta może dodatkowo zawierać:
- nazwę i adres Dostawcy,
 - nazwę postępowania,
 - nazwę i numer katalogowy produktu,

- warunki i termin płatności (wyrażony w dniach),
- c. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- d. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- e. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.
- f. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE WYKONAWCY

Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
Cena -100%

9. TRYB OCENY OFERT I OGŁODZENIA WYNIKÓW

- a. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) dotyczących treści złożonych przez nich Ofert z wyłączeniem pozycji z kryterium oceny. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień).
- b. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Termin na złożenie uzupełnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania).
- c. Niezłożenie wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.
- d. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego.
- e. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych
POIR.04.01.04-00-0047/18-00

- do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
- nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert,
- przedłużyć termin składania ofert,
- do zmiany lub uzupełnienia dokumentów wchodzących w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią.

Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór zamówienia