

Zamówienie w ramach projektu: W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych
POIR.04.01.04-00-0047/18-00



06.10.2021r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe (ogłoszenie nr 2021-22352-72548)

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie reaktora laboratoryjnego ze stelażem ze stali nierdzewnej z elementami z anodyzowanego aluminium, które nie będzie miało kontaktu z reagentami?

Uzasadnienie: Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie zainteresowanych, a co za tym idzie znacznie zwiększy różnorodność i konkurencyjność ofert przetargowych bez negatywnego wpływu na jakość oferowanego asortymentu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stelażu z elementami wykonanymi z elementów innych niż stal nierdzewna przy warunku, że główne elementy konstrukcyjne stelażu będą wykonane ze stali nierdzewnej.