



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Nazwa asortymentu	Laser kosmetyczny diodowo-pikosekundowy.
Liczba sztuk / zestawów	1
Opis minimalnych wymagań technicznych lub równoważnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie łączy funkcje lasera pikosekundowego i lasera diodowego 2. Obudowa urządzenia - bryła: <ol style="list-style-type: none"> a) wysokość 45 cm b) szerokość 36 cm 3. Ekran dotykowy <ol style="list-style-type: none"> a) wysokość 23 cm b) szerokość 28 cm w tym panel dotykowy wysokość 16 cm, szerokość 21 cm panel kolorowy intuicyjny, bez dźwiękowy 4. Długość kabla pikosekundowego 155 cm 5. Długość kabla diodowego wynosi 155 cm 6. Podstawa - stojak do urządzenia (stolik) powinno być zawarte w cenie jako zestaw 7. Zakres pracy na pięciu długościach fal o zakresie: nie krótszym niż 532nm długość fal 755 nm/808 nm/1064nm/1320nm częstotliwość powtarzania impulsu co najmniej 1-10Hz, 2 głowice zabiegowe, w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) głowica lasera diodowego oraz głowica lasera PI YANG b) Regulowana średnica plamki 2-10 mm 8. Laser Yag Piko: <ul style="list-style-type: none"> czas impulsu 800 ps czas 400-750 us czas super pico sekundowego 300-450 us 9. Układ chłodzenia: <ol style="list-style-type: none"> a) chłodzenie wodne b) chłodzenie powietrzem c) chłodzenie półprzewodnikowe 10. Moc lasera diodowego w urządzeniu wielofunkcyjnym nie mniejsza niż 600 W 11. Moc lasera piko sekundowego w urządzeniu wielofunkcyjnym nie mniejsza niż 450 W 12. Moc wyjściowa: 2000 W 13. Długość fali lasera diodowego: 808 nm 14. Tryb pojedynczy lasera pikosekundowego: 1 lampa / 1 rdzeń 15. Ekran lasera wielofunkcyjnego nie powinien być mniejszy niż przekątna 10,4 cala

16. Zestaw w pełni powinien zawierać:

- a) głowica lasera diodowego 808
- b) głowica lasera PI YAG (532 nm/1064 nm/1320 nm)
- c) uchwyt na głowice 2 szt
- d) śruby do uchwytu na głowice x 4 szt
- e) okulary ochronne 2 szt
- f) lejek do wtrysku wody 1 szt
- g) przełącznik nożny 1 szt
- h) google czarne ochronne 1 szt
- i) pierścień uszczelniający
- j) podstawa (stolik)

17. W zestawie muszą być zawarte wzory dokumentów prawnych dla osób poddawanych zabiegom w tym:

- a) zgody
- b) karty klienta
- c) zalecenia po zabiegowe
- d) przeciwwskazania
- e) wszystkie niezbędne dokumenty, które powinny być zastosowane w pracy z urządzeniem

18. Zapewnienie nieodpłatnej pełnej serii szkoleń z obsługi i pracy na urządzeniu

19. Gwarancja minimum 2 lata

20. Serwis znajduje się na terenie Polski

21. Urządzenie jest przewidziane do stosowania również przez osoby fizyczne, które nie mają formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny, ale posiadające wykształcenie kierunkowe, w szczególności w dziedzinie kosmetologii lub kosmetyki, dysponujące odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami oraz kadrę nie medyczną w celach edukacyjnych w jednostkach szkolnych.

22. Urządzenia medyczne nie będą brane pod uwagę.

23. Urządzenie posiada certyfikat dopuszczający do obrotu i pracy na terenie UE