

**Załącznik nr 6 Uzasadnienie równoważności**

	<i>Uzasadnienie równoważnego</i>
1. Typ skanera: skaner wewnętrzny 3	
2. Moc robocza 100-240 VAC- 50/60 Hz- 300VA	
3. Źródło światła czerwony laser (680nm Class 1) i biały LED.	
4. Ekran dotykowy full HD 21,5"	
5. Waga netto do 11 kg (waga jednostki komputerowej).	
6. Pole obrazowania: szczeka lub żuchwa, pełna diagnostyka, wizualizacja implantów, możliwość ekspozycji ze stałym powiększeniem i redukcją artefaktów, automatyczne pozycjonowanie pacjenta.	
7. Wersja wózkowa	
8. Bezprzewodowa sieć LAN 2,4 GHz, 5 GHz.	
9. Głowica skanująca (maksymalne wymiary) Głowica skanująca: (L)338,5mm x (W)53,5mm, (D)69,8mm.	
10. System bliskiej podczerwieni (NIRI) wykrywający próchnicę ponad linią dziąseł.	
11. Właściwości skanowania: elastyczny protokół skanowania (start w dowolnym miejscu, automatyczne zszywanie segmentów.)	
12. Akumulator: co najmniej 30 minut aktywnego ciągłego skanowania	
13. Skanowanie całej jamy ustnej do 120 sekund.	
14. Temperatura pracy urządzenia 18 st. C do 26 st. C.	

.....  
*podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania podmiotu*