

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Zakup i wdrożenie systemu akwizycji oraz obróbki danych zgodnego z Regulaminem ONZ nr 129 oraz spełniającego specyfikacje SAE J211 dotyczące instrumentacji do testów uderzeniowych oraz specyfikację SAE J2570 dla przetworników urządzenia testowego antropomorficznego.

Zamawiający: Ł.KARWALA Spółka Komandytowa ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Szarlejka

informuje, że wprowadza zmiany w następujących załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:

**1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ - załącznik nr 3),
- dodaje się następujące zapisy oznaczone kolorem czerwonym:**

1) Tensometru – **ilość: 1 kpl.**

Wymagania:

- 6 osiowy o polaryzacji zgodnej z SAE J211,
- pomiary wartości siły dla osi Fx, Fy, Fz oraz momentu dla osi Mx, My, Mz,
- **złącze czujnika typu LEMO 1B 7pin**
- kalibracja czujnika zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla napięcia 5V;

2) Kalibracja manekina Q 0 na zgodność z Regulaminem R129 oraz wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 - **ilość: 1 kpl.**

3) Kalibracja manekina Q 1.5 na zgodność z Regulaminem R129 oraz wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 - **ilość: 1 kpl.**

4) **Dla czujnika typu 7264C-2000 – ilość: 6 kpl.**

- wymiana złącza na typ LEMO 1B 7pin
- kalibracja czujnika zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla napięcia 5V;

5) **Dla czujnika typu IF217 (siły na osi Fx, Fy, Fz oraz moment dla osi Mx, My, Mz) – ilość: 1 kpl.**

- wymiana złącza na typ LEMO 1B 7pin
- kalibracja czujnika zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla napięcia 5V;

6) **Dla czujnika typu IH-170S – ilość: 1 kpl.**

- wymiana złącza na typ LEMO 1B 7pin
- kalibracja czujnika zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla napięcia 5V;

7) **Dla czujnika typu APTS-D30 – ilość: 2 kpl.**

- wymiana złącza na typ LEMO 1B 7pin
- kalibracja czujnika zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla napięcia 5V;

2. Wzór umowy (załącznik nr 4),

- w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 1.3. o treści poniżej:

1.3. Zamawiający dopuszcza dokonanie przedpłaty tytułem realizacji dostawy. Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1.1. lub inny dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są obowiązujące.

W załączeniu:

- OPZ_system akwizycji oraz obróbki danych_po zm.**
- Wzór umowy_zal nr 4_system akwizycji_po zmianie.**