

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZSME.0701.1.6.2024.ET

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

na zakup i dostawę densytometru do pracowni zawodowej  
dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23

Densytometr refleksyjny – 1 sztuka

Parametry:

- otwór pomiarowy z zakresu od 2 mm do 4 mm
- kalibracja automatyczna w oparciu o wbudowany wzorzec bieli
- komunikacja - USB 2.0
- zakres mierzonej gęstości optycznej - 0.0 D – 3.0 D
- standardy gęstości Status A, E, I, T and G
- standard - ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009
- wyświetlacz - Color touch-screen
- wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
- geometria pomiaru - 45°/0°
- czas pomiaru - < 1 sekundy

Gwarancja minimum 24 miesiące.