

Rzeszów, 15.11.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

Dostawa foteli zabiegowych do chemioterapii (10 sztuk) - w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności usług onkologicznych poprzez modernizację placówki MRUK-MED I sp. z o.o. w Rzeszowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

I. ZAMAWIAJĄCY

MRUK-MED I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów

KRS: 0000943853

NIP: 5170027762

REGON: 691692037

Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w dokumencie *Załącznik nr 2.2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”*: <<Szczegółowe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach inwestycji Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”>>.

Niniejsze postępowanie ma charakter warunkowy. Z wyłonionym w ramach postępowania wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania umowa warunkowa nie wejdzie w życie bez dodatkowych kosztów czy kar na rzecz Wykonawcy.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**1. Cel zamówienia:**

Celem zamówienia jest wybór dostawcy foteli zabiegowych do chemioterapii (10 sztuk) - w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności usług onkologicznych poprzez modernizację placówki MRUK-MED I sp. z o.o. w Rzeszowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy

i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”
Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli zabiegowych do chemioterapii (10 sztuk).

3. Zakres i harmonogram dostawy:

3.1 Zakres dostawy:

Lp.	Nazwa parametru
1	Produkt nowy, fotele nie powystawowe, nie rekondycjonowane
2	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024
3	Fotele zgłoszone do URW MiSB i dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Zgodne z normami i Dyrektywami Unijnymi
PARAMETRY TECHNICZNE	
4	Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W
5	Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W
6	Konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym
7	Segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny oraz podnóżek i podłokietniki pokryte tkaniną powleką, tapicerka – poszycie bezszwowe odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV
8	Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych. Tapicerka posiada atest Polskiego Zakładu Higieny, nie zawiera ftalanów, jest ognioodporna oraz wodoszczelna. Siła zrywająca [daN/5cm] wzdłuż / wszerz $\geq 30 / \geq 15$; Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindale'a) [Cykle] $\geq 30\ 000$
9	Tapicerka podłokietników, oparcia pleców oraz podnóżka profilowana, zapewniająca większy komfort pobytu pacjentów
10	Podstawa fotela zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości
11	Wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6
12	Estetyczne obudowy tworzywowe podłokietników, segmentu oparcia pleców, siedziska oraz podnóżka. Obudowy pomagają w utrzymaniu fotela w czystości oraz w łatwiejszej dezynfekcji
13	4 podwójne koła o średnicy $\varnothing 100$ w obudowie antystatycznej z indywidualną blokadą przy każdym kole
14	Fotel regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego
15	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie $0-75^{\circ}$
16	Elektryczna regulacja podparcia nóg w zakresie $0-30^{\circ}$
17	Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie $0-18^{\circ}$
18	Elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 do -15° uzyskiwana za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym
19	Elektryczna regulacja do pozycji Anty- Trendelenburga w zakresie od 0 do 3°

20	Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 530-970 mm oparta na kolumnie elektrycznej w obudowie aluminiowej
21	Regulowany podnóżek w zakresie 160 mm za pomocą sprężyny gazowej, w zależności od wzrostu pacjenta. Regulacja odbywa się za pomocą dźwigni w segmencie siedziska w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu
22	Możliwość ustawienia fotela w pozycji wyjściowej/ krzesłkowej ułatwiającej pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji na fotelu oraz zejście z fotela. Ustawienie to odbywa się za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie.
23	Pilot przewodowy zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem kluczykiem magnetycznym
24	Przewód pilota spiralnie skręcony, nie dopuszcza się prostych kabli nie skręconych
25	Funkcja programowania ustawienia ulubionego fotela za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie w standardzie
26	Możliwość wyboru wersji kolorystycznej tapicerki - co najmniej 20 kolorów
27	Podłokietniki o szerokości co najmniej 170 mm i długości 500 mm, podłokietniki z regulacją horyzontalną za pomocą sprężyn gazowych, regulacją kątową w zakresie -20° do 60° w poziomie oraz regulacją wysokości w zakresie +65 mm. Dźwignie do horyzontalnej regulacji podłokietników znajdują się na szczycie podłokietników w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu
28	Segment nożny oraz segment siedziska tapicerowany jednoczęściową bezszwową tapicerką łatwą do utrzymania czystości, odporną na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz dezynfekcję.
29	Możliwość ustawienia fotela w pozycji poziomej do podłoża i wykorzystanie jako stołu zabiegowego (oprócz podnóżka) lub łóżka do krótkiego pobytu
30	Podłokietniki zintegrowane z segmentem oparcia pleców, poruszają się wraz z nim nie zmieniając położenia względem poziomu
31	Możliwość podniesienia podłokietnika o kąt 90° do segmentu oparcia ułatwiając pacjentowi zajęcie dogodnej pozycji na fotelu
32	Podłokietniki łatwo demontowalne bez użycia narzędzi
33	Każdy podłokietnik wyposażony w metalowy uchwyt na pilot
34	Długość całkowita fotela 2160 mm
35	Szerokość siedziska oraz oparcia pleców 605 mm
36	Szerokość całkowita fotela nie więcej niż 950 mm
37	Wysokość segmentu oparcia pleców 920 mm
38	Głębokość segmentu siedziska 500 mm
39	Długość segmentu podudzia 680 mm
40	Fotel wyposażony w regulowany w pionie zagłówek, uchwyt prześcieradła jednorazowego, metalowy uchwyt do prowadzenia fotela zintegrowany z uchwytem prześcieradła, zlokalizowane w segmencie oparcia pleców
41	Dodatkowo fotel wyposażony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta. Kosz zlokalizowany z tyłu segmentu oparcia pleców, będący jego integralną częścią, wykonany z perforowanej blachy malowanej proszkowo
42	Każdy fotel wyposażony w stojak do kroplówek z regulowaną wysokością, wysuwana część wieszaka wykonana ze stali nierdzewnej z czterema haczykami na płyny. Możliwość zamontowania z prawej lub lewej strony fotela bez użycia dodatkowych narzędzi
43	Każdy fotel wyposażony w regulowany w pionie blat boczny, wykonany z płyty HPL osłonięty tworzywową osłoną z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów
44	Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg
45	Podpora pod stopy / podnóżek wykonana z łatwo zmywalnego materiału posiadająca przestrzeń pomiędzy segmentem nóg a podnóżkiem umożliwiającą łatwą regulację zakresu wysokości. Regulacja płynna za pomocą sprężyny gazowej. Dźwignia regulacji podnóżka w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta przy segmencie siedziska
GWARANCJA	
46	Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru foteli zabiegowych

3.2 Harmonogram dostawy:

Termin dostawy dostawa foteli zabiegowych do chemioterapii (10 sztuk): 30.04.2025 r.

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia stanowi strukturalną i funkcjonalną całość, podział zamówienia na części groziłby niemożliwością jego realizacji z przyczyn technicznych.

Ponadto niedokonanie podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.

5. Kod CPV

33192000-2 - Meble medyczne

III. TERMIN PODPISANIA I REALIZACJI UMOWY

1. Podpisanie umowy: 27.11.2024 r.
2. Realizacja umowy (dostawa):

Termin dostawy dostawa foteli zabiegowych do chemioterapii (10 sztuk): 30.04.2025 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy są producentami lub autoryzowanymi dystrybutorami foteli zabiegowych do chemioterapii. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi dokument potwierdzający status producenta lub dystrybutora, sporządzony w języku polskim (lub poświadczony tłumaczenie na język polski w przypadku dokumentu w języku obcym).

2. Pozostałe warunki: brak.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Oferty, który spełniają **KRYTERIU DOSTĘPU** (tj. spełnią wszystkie warunki obligatoryjne) będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Cena oferty (C) – waga: 100.

Liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona przez podzielenie ceny najtańszej oferty (C_{\min}) przez cenę oferty badanej (C_B) oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100 wedle wzoru: $C = (C_{\min}/C_B) \cdot 100$. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **100,00 pkt.**

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła pręcej.

2. Ocena ofert planowana jest na dzień **26.11.2024 r.** Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

3. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

1. Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wzoru specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane postanowieniami Załączniki, a także - jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać poprzez za pośrednictwem aplikacji BK2021, dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.
3. Oferty należy dostarczyć do dnia **25.11.2024 r.** do godz. 24:00.
4. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. II, IV i VII.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranych oferentów za pomocą aplikacji BK2021.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - 2.1 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - 2.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 2.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.

4. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec MRUK-MED I SP. Z O.O. (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem, że:
 - 2.1 zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
 - 2.2 zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
 - 3.1 zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
 - 3.2 Oferent nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z umowy.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 1A – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 3 –Klauzule informacyjne dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.