

Znak sprawy: 4_08.06._ZO_Dł_2025

Katowice, dn. 24.11.2025 r.

Dotyczy zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności warunkowe udzielenie zamówienia – uzależnione od uzyskania dofinansowania projektu pn. Kompleksowa modernizacja i zakup wyposażenia medycznego dla poprawy leczenia i diagnostyki pacjentów w Centrum Medyczne Tommed

Nazwa zamówienia:

Dostawa 380 sztuk urządzeń medycznych pomiarowych z systemem przywoławczym oraz komunikacją dwukierunkową

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Osi Priorytetowej VIII Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca Działanie 08.06 Infrastruktura ochrony zdrowia - dot. typ projektu 3 Wsparcie podmiotów świadczących usługi opieki długoterminowej, hospicyjnej i paliatywnej - w formie zdeinstytucjonalizowanej (diennej, środowiskowej czy domowej), w ramach naboru nr FESL.08.06-IZ.01-220/25

W związku z prowadzoną procedurą w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie numer 1, data wysłania 2025-11-10 09:55:06

Dzień dobry, poproszę o informację w poniższym zakresie:

1. Czy szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi urządzenia będzie obejmować jedną grupę uczestników czy więcej grup? Jeśli więcej to jaka ilość spotkań jest przewidziana?
2. Proszę o zmianę zapisu w załączniku dot. Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia pkt 28 na: sygnalizacja świetlna, głosowa lub wibracyjna przy SOS
3. Wymagany jest okres gwarancji na urządzenia 60 miesięcy. Natomiast w treści zapytania ofertowego pkt 12e czytamy o konieczności utrzymania programu serwisowego i części zamiennym przez okres 5 lat od zakończenia gwarancji - proszę o potwierdzenie, że w tym punkcie jest mowa o płatnym serwisie po zakończeniu gwarancji oraz jeśli naprawa opaski nie będzie możliwa zostanie ona zutylizowana przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający zakłada przeszkolenie łącznie 100 pielęgniarek. Zamawiający zakłada przeprowadzenie szkolenia w grupach 10-30 w co najmniej 2 terminach, w każdym terminie co najmniej w 2 turach, na które pielęgniarki będą mogły się



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

zapisać. Szkolenie ma się odbyć stacjonarnie w Katowicach w siedzibie Zamawiającego.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza modyfikację i dokonuje zmian w pkt. 28 Załącznika nr 6_Zestawienie parametrów.

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że punkt 12 e dział II w treści Zapytania Ofertowego odnosi się do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia gwarancji i obejmuje płatny serwis po zakończeniu gwarancji oraz jeśli naprawa opaski nie będzie możliwa zostanie ona zutylizowana przez wykonawcę.

Pytanie numer 2, data wystania 2025-11-17 15:23:10

W dokumentacji przetargowej wymagane jest dostarczenie 380 sztuk opasek nadgarstkowych (urządzeń pomiarowych z systemem przywoławczym) posiadających certyfikat wyrobu medycznego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opasek nadgarstkowych niemedycznych, które spełniają pozostałe wymagania funkcjonalne określone w specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza opasek niemedycznych, z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie i zasad kwalifikowalności wydatków, gdzie określono, że przedmiotem zakupu będzie urządzenie stanowiące samodzielny wyrób medyczny, działający niezależnie od systemów HIS, EDM i telemedycznych, z możliwością przyszłej rozbudowy o funkcje zdalnego nadzoru oraz integracji z systemem teleopieki.

Pytanie numer 3, data wystania 2025-11-17 23:30:06

OPZ do zapytania ofertowego według zasad konkurencyjności. Punkt 12e "Program serwisowy i części zamienne". Prosimy o doprecyzowanie, czy dopuszczalne będzie skrócenie wymaganego okresu dostępności części zamiennych i serwisu do pełnego czasu trwania umowy, czyli do maksymalnie 5 lat liczonych łącznie z okresem gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści punkt 12 e dział II w treści Zapytania Ofertowego oraz wyjaśnia, że punkt ten odnosi się do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia gwarancji i obejmuje płatny serwis po zakończeniu gwarancji oraz jeśli naprawa opaski nie będzie możliwa zostanie ona zutylizowana przez wykonawcę.

Pytanie numer 4, data wystania 2025-11-17 23:41:51

Załącznik nr 6 "Zestawienie parametrów_Opaska SOS". Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wszystkie wymienione funkcje (pomiar tętna, ciśnienia, temperatury, krokomierz, przycisk alarmowy, dwukierunkowa komunikacja głosowa), czy dopuszcza urządzenia spełniające tylko część tych parametrów, o ile realizują cel zamówienia? Precyzując, czy wymagane jest posiadanie funkcji pomiaru temperatury oraz ciśnienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza opasek spełniających tylko część wskazanych parametrów, z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie, gdzie określono, że przedmiotem zakupu będzie urządzenie umożliwiające: pomiar tętna, ciśnienia tętniczego, saturacji (SpO₂) oraz temperatury ciała, zliczanie kroków i aktywności ruchowej. Ponadto, urządzenie ma wspierać czynności pielęgniarstwa w domowej opiece długoterminowej domowej, gdzie jedną z czynności jest pomiar temperatury i ciśnienia.

Pytanie numer 5, data wysłania 2025-11-17 23:44:57

Załącznik nr 6 "Zestawienie parametrów_Opaska SOS". Czy w wymaganiach dotyczących komunikacji urządzenia dopuszczalne jest zastosowanie standardowej karty SIM, czy Zamawiający wymaga wyłącznie karty nanoSIM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza modyfikację i dokonuje zmian w pkt. 13 Załącznika nr 6_Zestawienie parametrów.

Zapis po zmianie brzmi: „Obsługa karty SIM lub nanoSIM (z usługą transmisji danych i połączeń głosowych)”

Pozostałe warunki bez zmian, jednak ze względu na powyższe dopuszczenie, termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia **24.12.2025 r. do godz. 10:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **24.12.2025 r. godz. 10:30**.

Załączniki:

- 1_08.06._ZO_DŁ_2025__Załącznik nr 6_Zestawienie parametrów_OPASKA SOS_24.11.2025_ZMIANA