

Katowice, dnia 15.09.2025 r.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FENG.01.01-IP.02 - 6/2025

realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka Smart

1. Na podstawie pytań Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego, wprowadza się następującą zmianę w treści Zapytania ofertowego. Zmiana ma charakter doprecyzowujący, o ile nie wskazano inaczej. Tj.

Doprecyzowanie w Części 3 – Chłodziarki laboratoryjne typu kompresorowego, punktu 2. Wymagania techniczne LP.3 – Zakres temperatury

- zmianie ulega zapis

Z:

„Zakres temperatury od min. +2 °C do min. +7 °C”

Na:

„Zakres temperatury: od +2 °C (± 1 °C) do minimum +7 °C (± 1 °C, tj. maksymalnie +8 °C)”

Zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego został zaktualizowany** i odzwierciedla wprowadzone zmiany w specyfikacji (dot. Części 3 – Wymagania techniczne, Lp. 3 – Zakres temperatury).

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego, w tym termin składania ofert określony w Informacji o zmianie z dnia 12.09.2025 r., pozostają bez zmian.