



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 89/AH/FESL/ELE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp.	Nazwa	Ilość	Specyfikacja (minimalne wymagania)
1.	Łóżko szpitalne z materacem dla osoby dorosłej	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE oraz posiadać deklarację zgodności UE; 2. Co najmniej segment pleców przezierny dla promieni RTG 3. Minimum 4 sekcje leża, z czego minimum 3 sekcje ruchome. 4. Minimum cztery ruchome barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości 5. Elektryczna regulacja i/lub sterowanie minimum wysokości, segmentu pleców, segmentu ud, ustawienia pozycji w tym Trendelenburga i anty-Trendelenburga. 6. Minimum jeden panel sterujący regulacją. Osobny przycisk i/lub mechanizm dla pozycji CPR 7. Możliwość blokady kół, jazda kierunkowa 8. Długość łóżka: min. 2 000 mm 9. Szerokość łóżka: min. 950mm 10. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: minimum 200 kg 11. Łatwość czyszczenia i dezynfekcji 12. Odbojniki i/lub osłony lub równoważne chroniące łóżko przed uszkodzeniem 13. Kąt uniesienia segmentu oparcia: minimum 60 stopni 14. Kąt uniesienia segmentu uda: minimum 25 stopni 15. Uchwyt lub zaczep przeznaczony do zawieszenia worków lub pojemników na płyny odpływowe: min. 1 szt. 16. Stojak na kroplówkę: min. 1 szt. 17. Materac przeciwoleżynowy dopasowany wymiarem do dostarczanego łóżka. 18. Dodatkowe wyposażenie: kompatybilny wysięgnik łóżkowy z uchwytem 19. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
2.	Łóżko szpitalne pediatryczne z materacem	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE oraz posiadać deklarację zgodności UE; 2. Minimum 4 sekcje leża, z czego minimum 3 sekcje ruchome. 3. Minimum cztery ruchome barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości 4. Elektryczna regulacja i/lub sterowanie minimum: wysokości, segmentu pleców, segmentu ud, ustawienia pozycji w tym Trendelenburga i anty-Trendelenburga.



			<ul style="list-style-type: none">5. Minimum jeden panel sterujący regulacją. Osobny przycisk i/lub mechanizm dla pozycji CPR6. Możliwość blokady kół7. Długość łóżka: min. 1 800 mm8. Szerokość łóżka: min. 850mm9. Dopuszczalne maksymalne obciążenie minimum 150 kg10. Łatwość czyszczenia i dezynfekcji11. Kąt uniesienia segmentu oparcia: minimum 60 stopni12. Kąt uniesienia segmentu uda: minimum 25 stopni13. Uchwyt lub zaczep przeznaczony do zawieszenia worków lub pojemników na płyny odpływowe: min. 1 szt.14. Stojak na kroplówkę: min. 1 szt.15. Materac przeciwoleżynowy odpowiednio dopasowany wymiarem do dostarczanego łóżka.16. Dodatkowe wyposażenie: kompatybilny wysięgnik łóżkowy z uchwytem17. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
--	--	--	--