

**Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.:**

**Dostawa sprzętu medycznego – diatermii, noża wodnego, stołów operacyjnych, łóżek wraz z materacami i lamp operacyjnych dla Szpitala EuroMedic S.A.**

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala EuroMedic S.A. na potrzeby wzrostu jakości i efektywności opieki onkologicznej” konkurs KPOD.07.02-IP.10-001/24.

W związku z prowadzoną procedurą w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

**Pytanie nr 1 – PAKIET NR 6.1 Łóżka Szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka które posiadają trzy strefy adaptacyjne posiadają funkcje elektryczne bez alarmu łóżka oraz IBed Watch

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez łóżko trzystrefowego adaptacyjnego alarmu łóżka.**

Zamawiający oczekiwałby łóżek w klasie premium tzn. wyposażone w system monitorujący pozycję pacjenta i stan łóżka z funkcją generowania alarmów (np. opuszczenie łóżka, pozycja Trendelenburga, podniesione poręcze), zapewniający komunikaty wizualne i/lub dźwiękowe dla personelu medycznego, w związku z tym Zamawiający utrzymuje funkcjonalność w poz. 16 dokonując zmiany opisu oraz wprowadzając dodatkową punktację.

**Było:**

Funkcja typu iBed Watch lub równoważna	TAK
--	-----

**Jest:**

Łóżko wyposażone w system monitorujący pozycję pacjenta i stan łóżka z funkcją generowania alarmów (np. opuszczenie łóżka, pozycja Trendelenburga, podniesione poręcze), zapewniający komunikaty wizualne i/lub dźwiękowe dla personelu medycznego	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
--	---------------------------------------

Zmianie ulega Pkt 1 b) rozdziału VI Zapytania ofertowego w zakresie punktacji dla pakietu nr 6, który otrzymuje brzmienie:

**Pakiet nr 6**

16	Łóżko wyposażone w system monitorujący pozycję pacjenta i stan łóżka z funkcją	TAK/NIE TAK – 5 pkt	
----	--	------------------------	--

	generowania alarmów (np. opuszczenie łóżka, pozycja Trendelenburga, podniesione poręcze), zapewniający komunikaty wizualne i/lub dźwiękowe dla personelu medycznego	NIE – 0 pkt	
20	Łączność bezprzewodowa	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
24	Automatyczne oświetlenie pod łóżkiem	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
25	Zintegrowany uchwyt na pompę	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
26	Poręcze boczne z możliwością ustawienia w trzech pozycjach	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
36	Konstrukcja szczytu od strony głowy ułatwiająca dostęp do głowy pacjenta z dedykowanym, centralnie zlokalizowanym zagłębieniem, szczyt bez konieczności ściągnięcia w przypadku Intubacji, kontroli stanu pacjenta lub innych zabiegów wymagających dojścia bezpośrednio do głowy pacjenta	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	

Z uwagi na powyższe Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmodyfikowaną o powyższe wersję załącznika nr 3.6.1 Specyfikacja techniczna w zakresie pakietu nr 6 – Łóżko szpitalne.

**Dodatkowo Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zakresie ilości szt. asortymentu w pakiecie nr 8 i modyfikuje załącznik nr 2 Formularz cenowy oraz załącznik 3.8 Specyfikacja techniczna w ww. zakresie. Zmodyfikowane wersje załączników zostają dołączone do niniejszego pisma.**

Pozostałe warunki bez zmian, jednak ze względu na powyższe zmiany termin składania i otwarcia ofert ulega wydłużeniu tj. do dnia **07.08.2025 r. do godz. 10:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **07.08.2025 r. godz. 10:30**.

Załącznik:

Załącznik nr 2 Formularz cenowy po modyfikacji

Załącznik nr 3.6.1. Specyfikacja techn. pak. 6 Łóżko szpitalne po modyfikacji

Załącznik nr 3.8 Specyfikacja techn. pak. 8 Lampa operacyjna dwuczaszowa po modyfikacji

- Baza konkurencyjności
- a/a