

**ZAŁĄCZNIK NR 3.4 do Zapytania ofertowego**

oznaczenie sprawy: 3/ZO/BAZA/2025

**PAKIET NR 4 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA**

Stół operacyjny w ilości 1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

Klasa wyrobu medycznego:

L.p.	Opis parametru/wartości	Wymagane	Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać
1.	Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024	TAK	
2.	Całkowita długość stołu bez sekcji głowy i nóg 1,140 mm +/-120 mm	TAK	
3.	Całkowita długość stołu bez sekcji głowy ale z sekcją nóg 1,780 mm +/-120 mm	TAK	
4.	Całkowita długość stołu łącznie z sekcją głowy i nóg 2,130 mm +/- 320	TAK	
5.	Szerokość leża 540 mm +/- 40mm	TAK	
6.	Szerokość całkowita 590 mm +/- 50 mm	TAK	
7.	Średnica kół podwójnych 125 mm +/- 50mm	TAK	
8.	Zakres zmiany wysokości 740–1,100 mm +/-120mm	TAK	
9.	Trendelenburg max 30° +/- 15 ° anty-Trendelenburg 30° +/- 15°	TAK	
10.	Przechył boczny (L/P) 20° +/- 10°	TAK	
11.	Przesuw wzdłużny min 250 mm	TAK	
12.	Nachylenie oparcia pleców min. +70 /–50°	TAK	
13.	Nachylenie podnóżków min. +20 /–90°	TAK	
14.	Kąt rozwarcia podnóżków 55° +/- 10°	TAK	
15.	Nachylenie podgłówka min. +25 /–45°	TAK	
16.	Kąt ustawienia materaca podgłówka min. 25° +/- /0°	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
17.	Masa całkowita, łącznie z podgłówkiem i podnóżkami 225 kg – 280 kg	TAK	

18.	Bezpieczne obciążenie robocze (Bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horizontalnej) 185 kg 225 kg +/- 5 kg	TAK	
19.	Zasilanie z baterii	TAK	
20.	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów 90 – 264 V, 50 – 60 Hz	TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	
<b>Elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania</b>			
1.	Stół operacyjny przezierny dla promieni RTG materiał Carbon z pływającym blatem	TAK	
2.	Ruchy stołu kontrolowane za pomocą joysticka	TAK	

1.	<b>Warunki gwarancji i serwisu</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Parametry oferowane</b>
2.	<b>Gwarancja min. 36 miesięcy</b>	<b>TAK, podać</b>	<b>..... Podać</b>
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia.	<b>TAK</b>	
4.	W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 5 dni wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia. W przypadku braku takiej reakcji: - Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.	<b>TAK</b>	
5.	wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami niezbędnymi do ich wykonania	<b>TAK</b>	
6.	naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia	<b>TAK</b>	
7.	przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych	<b>TAK</b>	
8.	obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia	<b>TAK</b>	

**UWAGI:**

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy **dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne"** (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

*Ww. dokument składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej*