

**Załącznik nr 3.6**

**Specyfikacja techniczna**  
**Stacja dokująca na 6 pomp w ilości 8 szt.**

L.p.	Opis parametru/wartości	Wymagane	Potwierdzenie parametru
1	Fabrycznie nowa , rok produkcji nie wcześniej niż 2024r.	TAK	
2	Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator o napięciu min. 6 V i pojemności min. 1,3 Ah	TAK	
3	Częstotliwość: 50/60 Hz,	TAK	
4	Moc: max 125 VA,	TAK	
5	Stacja dokująca - koncentrator danych i zasilacz dla maksymalnie 6 pomp	TAK	
6	Interfejs komunikacyjny zgodny z głównym oprogramowaniem PDMS	Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt	
7	Wbudowany interfejs RS232	TAK	
8	Jeden pojedynczy kabel zasilający dla wszystkich podłączonych modułów,	TAK	
9	Żywotność baterii – 1- 2 godzin	TAK	
10	Stacja dokująca wyposażona w statyw z uchwytem do przenoszenia lub w uchwyty umożliwiające mocowanie do statywu i jednocześnie służące do bezpiecznego przenoszenia stacji	TAK	
11	Waga stacji dokującej z pompami: max 17,5 kg (dokładność +/- 2 kg)	TAK	
12	Oferowana stacja dokująca jest w pełni kompatybilna z oferowanymi modelami pomp.	TAK	

1.	<b>Warunki gwarancji i serwisu</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Parametry oferowane</b>
2.	<b>Gwarancja min. 24 miesięcy</b>	<b>TAK, podać</b>	<b>..... Podać</b>
3.	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. <b>60 miesięcy</b>	<b>Tak/Nie</b>	
4.	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. <b>48 miesięcy</b>	<b>Tak/Nie</b>	
5.	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. <b>36 miesięcy</b>	<b>Tak/Nie</b>	

6.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuŹszy niŹ 48 h) liczony od momentu zgłoszenia.	<b>TAK</b>	
7.	wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania	<b>TAK</b>	
8.	naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia	<b>TAK</b>	
9.	przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych	<b>TAK</b>	
10.	obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia	<b>TAK</b>	

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równowaŹnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niŹ określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iŹ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równowaŹne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niŹ określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równowaŹne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równowaŹnych oraz wykazać ich równowaŹność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równowaŹnych powinien być na tyle szczegółowy, Źeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równowaŹne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŹne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyŹsze zamawiający wskazuje, Źe we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy **dopuszcza się rozwiązania równowaŹne opisywanym, i jednocześnie w kaŹdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równowaŹne"** (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).