



**Opis przedmiotu zamówienia
na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego uprzednio nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu rehabilitacyjnego:

- 1) materacy gimnastycznych,
- 2) zestawu UGUL,
- 3) stołów do ćwiczeń manualnych,
- 4) materacy/mat do ćwiczeń,
- 5) leżanek drewnianych,
- 6) szyny relaksacyjnej na kończynę górną i dolną,
- 7) wioślarza z oporem powietrznym,
- 8) elektrycznej leżanki do gabinetu lekarskiego,
- 9) bieżni,
- 10) orbitreka,
- 11) rowerka rehabilitacyjnego,
- 12) taboretu lekarskiego (4 szt.).

Oferowany sprzęt rehabilitacyjny musi spełniać poniżej określoną specyfikację:

materac gimnastyczny 2 szt.	
Lp.	Wymagany parametr
1.	materac rehabilitacyjny trzyczęściowy (składany)
2.	wymiary: 195x85x5cm (+/- 5 cm)
3.	pokryty materiałem skóropodobnym
4.	dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej do wyboru przez Zamawiającego (preferowany zielony bądź niebieski)



5.	gwarancja min. 24 m-ce
zestaw UGUL 1 kpl	
Lp.	Wymagany parametr
1.	osprzęt do UGUL jest to zespół linek, podwieszek i obciążników oraz drobnych akcesoriów potrzebnych do prawidłowego prowadzenia kinezyterapii w kabinie UGUL i na stanowisku PUR
2.	<p>Zestaw składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. 2) Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. 3) Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. 4) Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. 5) Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. 6) Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt. 7) Ciężarek miękki 4,0 kg - 2 szt. 8) Esik metalowy - 30 szt. 9) Kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt. 10) Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 8x45 cm - 2 szt. 11) Mankiet udowy 13x77 cm - 1 szt. 12) Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 2 szt. 13) Pas do wyciągu za miednicę - 1 szt. 14) Pętla Glissona z orczykiem - 1 szt. 15) Podwieszka dwustawowa - 4 szt. 16) Podwieszka klatki piersiowej 22x67/34x10 cm - 1 szt. 17) Podwieszka pod miednicę 23x75 cm - 1 szt. 18) Podwieszka pod głowę 15x53 cm - 1 szt. 19) Podwieszka ramienna 10x42 cm - 2 szt. 20) Podwieszka udowa 14,5x54 cm - 2 szt. 21) Podwieszka kolanowa 8x57 cm - 2 szt. 22) Uchwyt metalowy na linkę - 2 szt. 23) Linka do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu - 120 cm - 6 szt. 24) Linka do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu - 160 cm - 4 szt. 25) Linka z blochkami do ćwiczeń z obciążeniem - 300 cm - 2 szt. 26) Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm - 1 szt. 27) Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 500 cm - 1 szt.
3.	segment kabiny UGUL-4 boczny x2
4.	segment kabiny UGUL-4 sufitowy



5.	gwarancja min. 24 m-ce
stół do ćwiczeń manualnych 4 szt.	
Lp.	Wymagany parametr
1.	stół rehabilitacyjny
2.	regulacja wysokości elektrycznie za pomocą pilota przewodowego
3.	wyposażony w kółka jezdne
4.	wieszak na ręcznik
5.	1) długość 190 cm(+/-5 cm) 2) szerokość 63 cm (+/-5 cm)
6.	zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
7.	regulacja wysokości stołu od podłogi min. 45 cm
8.	stół pokryty tapicerką w szerokiej gamie kolorów do wyboru przez Zamawiającego (preferowany kolor: zielony lub niebieski)
9.	gwarancja min. 24 m-ce
materac/mata do ćwiczeń 4 szt.	
Lp.	Wymagany parametr
1.	mata gimnastyczna



2.	wymiary: 1) grubość: 1,5 cm (+/- 0,5 cm) 2) szerokość: 65 cm (+/- 5 cm) 3) długość: 190 cm (+/- 5 cm)
3.	wykonana z materiału PE (bez PVC)
4.	gwarancja min. 24 m-ce

leżanka drewniana 4 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	leżanka z drewna bukowego
2.	stabilna konstrukcja
3.	wymiary: 1) długość: 200 cm (+/- 10 cm) 2) szerokość: 70 cm (+/- 10 cm) 3) wysokość: 55 cm (+/- 10 cm)
4.	regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °
5.	dopuszczalne maksymalne obciążenie: minimum 200 kg
6.	gwarancja min. 24 m-ce

szyna relaksacyjna na kończynę górną i dolną 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	robotyczne urządzenie rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych. Zastosowanie do wielu stawów (nadgarstek, łokieć, kostka i kolano)
2.	urządzenie stosowane w leczeniu neurologicznych i mięśniowo-szkieletowych zaburzeń ruchu



3.	tryby: pasywny, aktywnie wspomagany, aktywny i oporowy
4.	wymiary: 74,2 cm x 39 cm x 28,7 cm (+/-5 cm)
5.	gwarancja min. 24 m-ce

wioślarz z oporem powietrznym 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	urządzenie do ćwiczeń aerobowych ogólnorozwojowych
2.	funkcje pomiaru min.: czas, dystans, opór, zużycie energii
3.	zasilanie elektryczne zewnętrzne lub wbudowany akumulator
4.	dopuszczalna waga użytkownika maks. 130 kg
5.	w wyposażeniu: kółka transportowe, uchwyty, podstawy pod stopy z regulowanymi paskami
6.	wyświetlacz LCD
7.	waga urządzenia nie więcej niż 40 kg
8.	gwarancja min. 24 m-ce

elektryczna leżanka do gabinetu lekarskiego 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	stół rehabilitacyjny z pilotem ręcznym i nożnym
2.	2-częściowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 64 do 82 cm (+/- 5cm)
3.	z regulowanym zagłówkiem
4.	2 opuszczane podłokietniki w sekcji zagłówka



5.	max. waga pacjenta do 150 kg
6.	stół tapicerowany
7.	kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego (preferowany beżowy)
8.	gwarancja min. 24 m-ce

bieżnia 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	bieżnia treningowa
2.	zakres prędkości 0,5-6 km/h (+/-15%)
3.	funkcje pomiaru: czasu, dystansu, kalorii, pulsu, prędkości
4.	zasilanie elektryczne
5.	dopuszczalna waga użytkownika: do 110 kg
6.	pas biegowy o wymiarach min. 380x1000 mm. (+/-15%)
7.	gwarancja min. 24 m-ce

orbitrek 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	maksymalna waga użytkownika min. 150 kg
2.	system oporu magnetyczny
3.	wyposażony w generator prądotwórczy
4.	wyświetlacz LED
5.	przeznaczenie komercyjne



6.	min. 12 programów treningowych
7.	wymiary: min. 220x75x174 cm
8.	gwarancja min. 24 m-ce

rowerek rehabilitacyjny 1 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	rower rehabilitacyjny
2.	wymiary: 120x59x151cm (+/-5%)
3.	maksymalna waga użytkownika min. 150 kg
4.	min. 12 programów treningowych
5.	regulacja oporu elektroniczna
6.	ekran LED
7.	rower wyposażony w kółka transportowe
8.	zastosowanie komercyjne
9.	gwarancja min. 24 m-ce

taboret lekarski 4 szt.

Lp.	Wymagany parametr
1.	taboret lekarski
2.	wysokość regulowana w zakresie min. 46-60 cm
3.	obciążenie min. 120 kg



4.	średnica siedziska: min. 34 cm
5.	siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym
6.	wybór kolorystyki z szerokiej gamy kolorów (preferowane kolory: zielony lub niebieski)
7.	odporny na rozdarcia (norma PN-EN ISO 4674-1) lub równoważna
8.	odporny na ścieranie (norma PN-EN ISO 5470-2, PN-EN 12947-4) lub równoważne
9.	gwarancja min. 24 m-ce

Oferowany sprzęt rehabilitacyjny musi:

- 1) spełniać wszystkie ww. parametry na dzień składania ofert,
- 2) być gotowy do pracy po uruchomieniu, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- 3) gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu,
- 4) być dopuszczony do sprzedaży i użytku na terenie UE.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, by oferowane: materace gimnastyczne, zestaw UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych, leżanki drewniane, szyna relaksacyjna na kończynę górną i dolną, elektryczna leżanka do gabinetu lekarskiego i taborety lekarskie były wyrobami medycznymi i spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1620), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz aktów wykonawczych do nich.

Najpóźniej w dniu dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności CE dla dostarczonych sprzętów, potwierdzające, że sprzęt jest dopuszczony do sprzedaży i użytku na terenie UE. W przypadku, gdy deklaracje CE wystawione są w języku innym niż polski, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć również tłumaczenie, na język polski ww. dokumentu.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim, w wersji drukowanej lub w wersji drukowanej i elektronicznej

W dniu podpisania protokołu odbioru sprzętów „bez zastrzeżeń”, Wykonawca zobowiązany jest przekazać karty gwarancyjne ww. sprzętów.

Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru opatrzonego klauzulą „bez zastrzeżeń”.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego musi zostać zrealizowana pod adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IGNIS
dr med. Alicja Łobińska
ul. Stanisława Skarżyńskiego 12A
21-040 Świdnik w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań w których będzie dostarczony sprzęt rehabilitacyjny i przekazania ich do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.