



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/SILOE/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – sprzętu medycznego, tj. balkoniki inwalidzkie (balkoniki terenowe 3-kołowe, balkoniki terenowe 4-kołowe, balkoniki kroczące, balkoniki 3w1), chodziki typu ambona, drobny sprzęt medyczny (termometry, inhalatory, pulsoksymetry, laski, stetoskopy), ssaki elektryczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część I - obejmuje:

Ssak elektryczny (50 szt.) - w celu odsysania zalegających wydzielin u pacjentów leżących, hospicyjnych z górnych dróg oddechowych oraz z ran z wysięgiem powstających w wyniku chorób nowotworowych, o parametrach:

- Waga <4,5 kg
- Zbiornik na wydzielinę min 1 l
- Wydajność nie mniejsza niż 13 l/min

Część II obejmuje:

Balkonik terenowy 3 kołowy (50 szt.) - do bezpiecznego poruszania się pacjenta hospicyjnego w terenie, o parametrach:

- Obciążenie max do 110 kg
- Regulacja wysokości rączek
- Hamulec postojowy z blokadą

Balkonik terenowy 4 kołowy (50 szt.) - w celu możliwość odpoczynku pacjenta podczas transportu na istniejącym siedzisku w wyposażeniu chodzika, o parametrach:

- Wygodne głębokie siedzisko
- Skrętne koła
- Max obciążenie do 136 kg

Balkonik kroczący (50 szt.) - pomoc przy przemieszczaniu się w pomieszczeniach, o parametrach:

- Waga nie większa niż 3kg
- Szerokość balkonika z kołami do 60cm
- Obciążenie max 100kg

Balkonik 3w1 (50 szt.) - poprawa jakości życia pacjenta, wspomaganie ruchu i mobilności, o parametrach:

- Waga nie większa niż 3kg
- Szerokość balkonika z kołami do 60cm
- Obciążenie max 100kg

Chodzik typu ambona (50 szt.) - w celu ułatwienia poruszania się pacjentowi hospicyjnemu, o parametrach:

- Regulacja zakresu wysokości
- Stabilność
- Na kółkach



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Laski (50 szt.) - w celu ułatwienia poruszania się pacjentowi hospicyjnemu, o parametrach:

- Zakres regulacji min 79-93 cm
- Waga nie większa niż 0,4kg
- Obciążenie max do 100kg

Część III obejmuje:

Termometr (50 szt.) - pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta, o parametrach:

- Bezkontaktowy
- Zakres mierzonych temperatur 34-42st C
- Czas pomiaru nie większy niż 5 sekund

Inhalator (50 szt.) - w celu podawanie leków pacjentom hospicyjnym - wziewnie, o parametrach:

- Waga urządzenia nie większa niż 1400g
- Pojemność pojemnika na lek 10ml
- Hałas poniżej 60dB
- W zestawie zawiera maseczkę dla dorosłych

Pulsoksymetr (50 szt.) - do badania stanu natlenowania organizmu pacjenta, do celów diagnostycznych - badanie niewydolności płuc, o parametrach:

- Waga nie większa niż 60g
- Wyposażony w wyświetlacz
- Zasilanie 2*AAA

Stetoskop (50 szt.) - w celu osłuchania pacjenta na wizycie u pacjenta, o parametrach:

- Ilość przewodów dwa
- Waga nie większa niż 500g
- Dla osób dorosłych

Dostawa obejmuje również: załadunek i transport.

Gwarancja:

1. Wykonawca udzieli następującej gwarancji na przedmiot zamówienia:
 - okres udzielonej gwarancji, bez limitu godzin, na przedmiot zamówienia **zgodnie z ofertą, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy**.
2. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszystkich usterek, które wystąpią na skutek wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych w okresie gwarancji, bez nadmiernej zwłoki i na własny koszt. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do usterek, które wystąpią podczas pracy w warunkach otoczenia właściwych dla urządzeń danego rodzaju oraz powstałych w trakcie właściwego i normalnego jego użytkowania. Powyższy obowiązek Wykonawcy nie dotyczy usterek, które wystąpią na skutek niewłaściwej konserwacji, niewłaściwej eksploatacji, naprawy lub modyfikacji wykonanej przez Zamawiającego, ani też przypadków wyraźnego uszkodzenia obudowy lub podzespołów.



4. W okresie gwarancyjnym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o występujących usterkach urządzenia lub jego wyposażenia. Po uzyskaniu tych informacji, Zamawiający zostanie poinstruowany w jaki sposób usterki te należy usunąć. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w ciągu 30 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że dochowanie tego terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy okaże się niemożliwe (brak materiału, terminy oczekiwania na części etc.)
5. W przypadku samodzielnej wymiany uszkodzonych części za zgodą Wykonawcy, Zamawiający zwrócić uszkodzone komponenty.
6. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewni Zamawiającemu płatny serwis i dostęp do części zamiennych przez okres 5 lat.
7. Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii dla części objętych gwarancją od dnia zgłoszenia awarii do czasu jej usunięcia.

Ssak elektryczny (50 szt.) - w celu odsysania zalegających wydzielin u pacjentów leżących, hospicyjnych z górnych dróg oddechowych oraz z ran z wysięgiem powstających w wyniku chorób nowotworowych, o parametrach:

- Waga <4,5 kg
- Zbiornik na wydzielinę min 1 l
- Wydajność nie mniejsza niż 13 l/min

Celem jest poprawy jakości życia, zabezpieczanie pacjenta przed zaflegmieniem i rozwinięciem się min zapalenia płuc.

Sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służącym opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa małopolskiego

Balkonik terenowy 3 kołowy (50 szt.) - do bezpiecznego poruszania się pacjenta hospicyjnego w terenie, o parametrach:

- Obciążenie max do 110 kg
- Regulacja wysokości rączek
- Hamulec postojowy z blokadą

Balkonik terenowy 4 kołowy (50 szt.) - w celu możliwość odpoczynku pacjenta podczas transportu na istniejącym siedzisku w wyposażeniu chodzika, o parametrach:

- Wygodne głębokie siedzisko
- Skrętne koła
- Max obciążenie do 136 kg

Balkonik kroczący (50 szt.) - pomoc przy przemieszczaniu się w pomieszczeniach, o parametrach:

- Waga nie większa niż 3kg
- Szerokość balkonika z kołami do 60cm
- Obciążenie max 100kg

Balkonik 3w1 (50 szt.) - poprawa jakości życia pacjenta, wspomaganie ruchu i mobilności, o parametrach:

- Waga nie większa niż 3kg
- Szerokość balkonika z kołami do 60cm
- Obciążenie max 100kg

Chodzik typu ambona (50 szt.) - w celu ułatwienia poruszania się pacjentowi hospicyjnemu, o parametrach:

- Regulacja zakresy wysokości
- Stabilność
- Na kółkach

Laski (50 szt.) - w celu ułatwienia poruszania się pacjentowi hospicyjnemu, o parametrach:

- Zakres regulacji min 79-93 cm
- Waga nie większa niż 0,4kg
- Obciążenie max do 100kg

Termometr (50 szt.) - pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta, o parametrach:

- Bezkontaktowy
- Zakres mierzonych temperatur 34-42st C
- Czas pomiaru nie większy niż 5 sekund

Inhalator (50 szt.) - w celu podawanie leków pacjentom hospicyjnym - wziewnie, o parametrach:

- Waga urządzenia nie większa niż 1400g
- Pojemność pojemnika na lek 10ml
- Hałas poniżej 60dB
- W zestawie zawiera maseczkę dla dorosłych

Pulsoksymetr (50 szt.) - do badania stanu natlenowania organizmu pacjenta, do celów diagnostycznych - badanie niewydolności płuc, o parametrach:

- Waga nie większa niż 60g
- Wyposażony w wyświetlacz
- Zasilanie 2*AAA

Stetoskop (50 szt.) - w celu osłuchania pacjenta na wizycie u pacjenta, o parametrach:

- Ilość przewodów dwa
- Waga nie większa niż 500g
- Dla osób dorosłych

Sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służącym opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa małopolskiego.

Urządzenia, będące przedmiotem zamówienia, powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania - w taki sposób, aby mogły być użytkowane i dostępne dla wszystkich użytkowników, bez względu na ich zdolności fizyczne, sensoryczne czy intelektualne. Urządzenia powinny być intuicyjne i łatwe w obsłudze.