

Wadowice, 04.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026

w ramach projektu numer FEMP.08.07-IP.01-0185/23-00,

„Piękny uśmiech na wyciągnięcie ręki. Innowacje w branży dentystycznej” zwanego z realizacją projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,

Priorytet: Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej,

Działanie: Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

I. ZAMAWIAJĄCY:

Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Musiał

34-100 Wadowice, Topolowa 12

NIP: 5512447310

REGON: 123129359

Email: magdallenamusial@gmail.com

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Musiał

Telefon: 883 314 297

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pn. „Piękny uśmiech na wyciągnięcie ręki. Innowacje w branży dentystycznej”, nr umowy FEMP.08.07-IP.01-0185/23-00 realizowanego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1:

Nazwa zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia: Tomograf komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis minimalnych wymagań technicznych/iłościowych. Minimalne parametry i cechy urządzenia:

Wymagania konstrukcyjne urządzenia.



1. Urządzenie musi mieć konstrukcję kompaktową, umożliwiającą montaż w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni. Wymaga się, aby szerokość zespołu obrazującego (bez modułu cefalometrycznego) nie przekraczała 33–40 cm, (w stanie spoczynku) co zapewni możliwość instalacji nawet w gabinetach o ograniczonej przestrzeni.
2. Wymaga się, aby pozycjonowanie pacjenta odbywało się bez wykorzystania laserowych linii pozycjonujących. System ustawiania pacjenta musi być bezpieczny dla oczu, niewymagający emisji światła laserowego oraz pozwalający na szybkie i prawidłowe ustawienie głowy.
3. Urządzenie musi umożliwiać pozycjonowanie pacjenta twarzą do operatora, z zastosowaniem minimum trzech trybów anatomicznych dopasowanych do różnych typów łuku zębowego i morfologii szczęki, co zapewni wysoką precyzję obrazowania.
4. Głowica obrazująca musi pracować w sposób cichy, stabilny i bezwibracyjny, wykorzystując napęd elektromagnetyczny lub technologię równoważną o porównywalnej precyzji i kulturze pracy.
5. Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie badań w pozycji siedzącej, w tym u pacjentów wymagających szczególnego wsparcia: dzieci, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Parametry techniczne obrazowania CBCT i 2D.

1. Urządzenie musi wykorzystywać generator wysokiej częstotliwości i wysokoczuły sensor CMOS, działające w zakresie:
 - 60–90 kV,
 - 4–15 mA,co ma umożliwiać uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy minimalizacji dawki.
2. Rozdzielczość obrazowania CBCT:
 - minimalny voxel w trybach wysokiej rozdzielczości: 0,075–0,1 mm,
 - pozostałe pola: do 0,15–0,2 mm.
3. Czas badań 3D:
 - tryb szybkiego badania przeglądowego: ≤7 sekund,
 - tryb wysokiej rozdzielczości: ≤15 sekund,
 - maksymalny czas ekspozycji w najdokładniejszych trybach: ≤38 sekund.
4. Tryby redukcji dawki:
 - tryby niskiej dawki zapewniające redukcję minimum 50%,
 - tryby bardzo niskiej dawki (ultra low dose) z redukcją ≥80–90%,
 - czas szybkiego skanu przeglądowego w trybie obniżonej dawki: 3,1–4 sekund.

5. Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania małych pól obrazowania, w tym trybów pediatrycznych o wymiarach około 4×4 cm, z dawką znacząco niższą niż dla standardowego pola 5×5 cm.

3. Moduł cefalometryczny

1. Moduł cefalometryczny musi umożliwiać wykonywanie zdjęć bocznych i – opcjonalnie – PA.
2. Dopuszcza się montaż boczny lub wbudowany.
3. Wymagane jest automatyczne wykrywanie zarysów lub algorytm równoważny (program do analizy ortodontycznej).

4. Oprogramowanie diagnostyczne 2D/3D

1. Oprogramowanie musi zawierać moduł redukcji artefaktów metalowych, wykorzystujący algorytmy analizujące dane rekonstrukcyjne, eliminujące rozbłyski od implantów, wypełnień i elementów metalowych.
2. Wymaga się obecności adaptacyjnych filtrów rekonstrukcyjnych, które dopasowują sposób przetwarzania do specyfiki tkanek (twardych, miękkich, struktur oddechowych). Filtry nie mogą ograniczać się do prostej zmiany jasności czy kontrastu, lecz muszą wykorzystywać dedykowane algorytmy rekonstrukcyjne.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać oglądanie zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych w profilach diagnostycznych dopasowanych do preferencji lekarza, w szczególności dla potrzeb endodontycznych, periodontologicznych lub ortodontycznych.
4. Wymagany jest jeden zintegrowany program obsługujący zdjęcia 2D, 3D oraz obrazy z czujników wewnętrznych, umożliwiający prowadzenie dokumentacji pacjenta w jednym środowisku.
5. Oprogramowanie musi zapewniać:
 - pełną funkcjonalność rekonstrukcji 3D,
 - narzędzia diagnostyczne (przekroje, pomiary, rekonstrukcje MPR),
 - łatwą i intuicyjną nawigację między płaszczyznami,
 - tryby szybkie i wysokiej rozdzielczości.

Kody CPV

- 33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
- 33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne
- 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

- 33115000-9 Urządzenia do tomografii

Miejsce realizacji zamówienia: 34-100 Wadowice, Topolowa 12. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń.

Wymagany termin gwarancji:

- 24 miesiące – liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego.

CZĘŚĆ 2:

Nazwa zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia: Autoklaw – 2 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis minimalnych wymagań technicznych/ilościowych. Minimalne parametry i cechy urządzenia:

Stołowy autoklaw parowy do sterylizacji narzędzi medycznych, spełniający co najmniej poniższe wymagania:

1. Klasa sterylizacji: B.
2. Zasilanie: 230 V.
3. Wymiary zewnętrzne: maks. 500 × 500 × 600 mm (dł. × wys. × gł.).
4. Wymiary komory: min. 250 × 350 mm (śr. × gł.).
5. Masa urządzenia: maks. 50 kg.
6. Zintegrowane zbiorniki wody czystej i zużytej o pojemności min. 5 l każdy.
7. System automatycznego napełniania zbiornika wody czystej wodą demineralizowaną (osmotyczną), przy braku wbudowanej filtracji wody w samym urządzeniu.
8. Możliwość opróżniania zbiornika wody zużytej bezpośrednio do kanalizacji.

9. Obrotowy stelaż na tace, umożliwiający użycie 3 lub 5 tac.
10. Wbudowany rejestrator cykli (min. 10 000 rekordów) z możliwością zapisu na nośniku przenośnym i/lub bezpośrednio do dedykowanego oprogramowania dostarczonego z urządzeniem.
11. Możliwość integracji z zewnętrzną drukarką raportów z przebiegu cykli sterylizacji.
12. Możliwość integracji z zewnętrzną drukarką etykiet samoprzylepnych (raport z cyklu + kod kreskowy do archiwizacji w dokumentacji pacjenta).
13. Programy robocze (czasy nie uwzględniają nagrzewania komory):
 - 134°C – program uniwersalny: maks. 40 min,
 - 121°C – program uniwersalny: maks. 69 min,
 - 134°C – program szybki: maks. 28 min,
 - 134°C – program do wsadów opakowanych, gładkich: maks. 45 min,
 - 134°C – program „prion”: maks. 70 min,
 - możliwość programu użytkownika (custom) z regulacją parametrów.
 - Programy testowe: co najmniej test próżni oraz test Helix/Bowie-Dick.

Kody CPV

- 33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
- 33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne
- 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

Miejsce realizacji zamówienia: 34-100 Wadowice, Topolowa 12. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń.

Wymagany termin gwarancji:

- 24 miesiące – liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego.

CZĘŚĆ 3:

Nazwa zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia: Mikroskop.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis minimalnych wymagań technicznych/iłościowych. Minimalne parametry i cechy urządzenia:

Mikroskop zabiegowy do zastosowań stomatologicznych, spełniający co najmniej poniższe wymagania:

1. Optyka apochromatyczna, produkcji renomowanego, europejskiego producenta optyki przemysłowej lub optyka własnej produkcji producenta mikroskopu, potwierdzona certyfikatem i/lub sygnaturą.
2. Zintegrowany obiektyw z regulacją ogniskowej w zakresie co najmniej 200–400 mm.
3. Płynna, elektrycznie sterowana regulacja średnicy pola oświetlenia.
4. Co najmniej 5-stopniowy zmieniacz powiększeń.
5. Zestaw osłon barierowych (na uchwyt, pokręta, obiektyw) oraz pokrowiec ochronny.
6. Statyw do wyboru: jezdy, podłogowy, ścienny lub sufitowy.
7. Tubus okularowy uchylny z regulacją w zakresie do maks. 180°.
8. Oświetlenie: źródło światła LED (RGB – trójbarwne), o temperaturze i jakości barwy zbliżonej do oświetlenia ksenonowego; światło prowadzone światłowodem, źródło światła zlokalizowane poza głowicą mikroskopu.
9. Wbudowane filtry: pomarańczowy i zielony.
10. Zintegrowana kamera w rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p), z wyjściem HDMI oraz portem USB, umożliwiająca rejestrację obrazów i filmów.
11. Zintegrowany rejestrator wideo Full HD (1080p) z zapisem filmów (np. w formacie .mp4) oraz zrzutów ekranowych (np. .jpg) na nośnik danych.
12. Możliwość transmisji obrazu „na żywo” (wyjście HDMI).
13. Sterowanie podstawowymi funkcjami kamery za pomocą pilota (m.in. balans bieli, start/stop nagrywania, wykonanie stopklatki/zrzutu).

Kody CPV

- 33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
- 33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne
- 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

Miejsce realizacji zamówienia: 34-100 Wadowice, Topolowa 12. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń.

Wymagany termin gwarancji:

- 24 miesiące – liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego.

CZĘŚĆ 4:

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do radiologii wewnątrzustnej przeznaczonego do diagnostyki stomatologicznej, obejmującego dwa aparaty RTG wewnątrzustne oraz jeden cyfrowy detektor radiowizyjograficzny (RVG).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis minimalnych wymagań technicznych/iłościowych. Minimalne parametry i cechy urządzenia:

Minimalne wymagania techniczne – aparaty RTG wewnątrzustne (2 szt.)

1. typ: aparat RTG wewnątrzustny, stacjonarny
2. generator promieniowania: wysokiej częstotliwości (HF) 200–400 kHz
3. napięcie lampy RTG: 60–70 kV
4. ognisko lampy RTG: 0,4–0,7 mm
5. regulacja czasu ekspozycji: ręczna, elektroniczna
6. sterownik ekspozycji: przewodowy lub bezprzewodowy
7. kompatybilność: praca z detektorami cyfrowymi RVG oraz materiałami analogowymi
8. kolimacja wiązki: okrągła
9. tubus: zintegrowany, długość 20–30 cm
10. ramię aparatu: długość całkowita 170–205 cm
11. zakres ruchu: umożliwiający swobodne pozycjonowanie głowicy
12. sposób montażu: ścienny / sufitowy / podłogowy lub równoważny
13. redukcja dawki promieniowania: technologia HF (wymagana)
14. zgodność: oznakowanie CE, dopuszczenie do stosowania w placówkach medycznych UE

Minimalne wymagania techniczne – detektor radiowizyjograficzny RVG (1 szt.)

1. typ: cyfrowy detektor wewnętrzny RVG
2. technologia matrycy: CMOS lub równoważna
3. rzeczywista rozdzielczość obrazu: ≥ 14 lp/mm
4. rozmiar sensora: 1 lub 2
5. grubość sensora: ≤ 8 mm
6. kształt: zaokrąglone krawędzie
7. aktywna powierzchnia obrazowania: dostosowana do diagnostyki stomatologicznej
8. gotowość do pracy: bez konieczności aktywacji sensora
9. przewód: wzmocniony, odporny na skręcanie i zginanie
10. długość przewodu: standardowa z możliwością przedłużenia do 10 m bez wzmacniaczy
11. odporność: wodoodporny sensor
12. zabezpieczenie mechaniczne: ochrona elektroniki przy upadku
13. interfejs komunikacji: USB lub równoważny

Oprogramowanie i akcesoria

1. oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazu: wymagane
2. regulacja obrazu: kontrast, ostrość, filtry diagnostyczne
3. kompatybilność: integracja z oprogramowaniem gabinetowym
4. akcesoria: pozycjonery i osłony higieniczne

Kody CPV

- 33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
- 33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne
- 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

Miejsce realizacji zamówienia: 34-100 Wadowice, Topolowa 12. Dostawa przedmiotu zamówienia, a także odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń.

Wymagany termin gwarancji:

- 24 miesiące – liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego.

IV. TERMINY

1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 25 maja 2026 r.
2. Zasady rozliczania:
 - 2.1. Wykonawca zobowiązany jest podać warunki w ofercie.
 - 2.2. Warunki graniczne:
 - 100 % płatności po dostawie i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zakres wykluczenia:
 - 1.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 - 1.2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:



- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Nie dotyczy
 3. Wiedza i doświadczenie:
Nie dotyczy.
 4. Potencjał techniczny:
Nie dotyczy.
 5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Nie dotyczy.
 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Nie dotyczy
 7. Inne dodatkowe warunki:
Nie dotyczy.

VI. CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest związane z realizacją projektu i jego celami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Bazy konkurencyjności. Oferta i dokumenty, o których mowa w pkt. VII, XIV winny zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź jako dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty).

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
6. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty odpowiednio ją oznaczając.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

1. Oferty Oferentów, którzy wykazą, że nie podlegają wykluczeniu oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp.	Nazwa kryterium	Liczba punktów (waga kryterium)
1.	Cena (netto)	75%
2.	Okres gwarancji	25%

3.1. W kryterium 1: CENA, najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Cena musi być wyrażona w PLN. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: $\text{Liczba punktów} = (\text{cena najniższa} / \text{cena oferty ocenianej}) \times \text{waga} \times 100$

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena całkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR/USD. Jeżeli ceny na ofercie zostaną wyrażone w innej walucie niż PLN, to będą one przeliczane przy zastosowaniu kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przypadającym na ostatni dzień składania ofert.

Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 poz. 168), tzn.: cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

3.2. W kryterium 3: OKRES GWARANCJI najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższą gwarancję, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Punkty przyznawane będą za dodatkowe miesiące gwarancji od okresu minimum wymaganego w wysokości minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, ale nie dłużej niż 36 miesięcy. Oferty oferujące gwarancję powyżej 36 miesięcy będą traktowane do przeliczeń jako oferty z gwarancją 36 miesięcy. Oferty z oferowaną gwarancją poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone. Liczba punktów = (proponowany okres gwarancji w miesiącach danej oferty / najdłuższy okres gwarancji w miesiącach x waga x 100.

4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów poprzez zsumowanie liczby punktów (uzyskana liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium gwarancja).

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w terminie do 11.05.2026 r.**
2. Składanie ofert jest możliwe wyłącznie za pomocą portalu:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów poprzez publikację wyników w bazie konkurencyjności.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:



1. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyła się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

XI. KOMUNIKACJA Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
2. Dostawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności – pytania złożone w inny sposób, np. e-mailem, pozostaną bez odpowiedzi. Instrukcja dla wykonawców znajduje się pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
3. Odstąpienie od komunikacji określonej w ust. 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W szczególności dotyczy to przekazywania dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień i innych po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku określonym w ust. 3 komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: magdallenamusial@gmail.com

XII. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w *Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz w następujących przypadkach:
 - 1.1.konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
 - 1.2.konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności niezależnych od wykonawcy lub okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,



- 1.3. konieczności wprowadzenia zmian, w tym: przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - 1.4. w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
 - charakterze niezależnym od Stron,
 - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
 - którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: okoliczności związane z wystąpieniem stanu pandemii lub epidemii, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
 - 1.5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 - 1.6. ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy,
 - 1.7. zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. anulowania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert
 - b. unieważnienia postępowania w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
 - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
 - braku zgody Instytucji Pośredniczącej na wnioskowane zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia.

2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub warunków określonych dla przedmiotu zamówienia lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - zawiera rażąco niską cenę, co zostanie potwierdzone w procedurze wyjaśniającej lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień,
 - w przypadku braku złożenia wyjaśnień na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4
 - została złożona po terminie lub została złożona w inny sposób niż za pośrednictwem BK2021,
 - będzie nieważna na podstawie innych przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego,
 - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710).
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - a. administratorem danych osobowych Wykonawców jest Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Musiał
 - b. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
 - c. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - d. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
 - e. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - f. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - g. Oferenci posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - h. Wykonawcom nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 st. 1 lit. c RODO

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3: Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

XV. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:

Zamieszczanie Zapytania bazie konkurencyjności pod adresem:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.