

Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych

Sonda generująca pole magnetyczne				
Lp.	Wymagania ogólne	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1.	Sonda ręczna, odłączana, przeznaczona do śródoperacyjnego wykrywania i lokalizacji sygnału magnetycznego pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych.	Tak, podać		Bez punktacji
2.	Wyrób przeznaczony do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sentimag Gen 2 , bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów, przystawek lub modyfikacji systemu.	Tak, podać		Bez punktacji
3.	Sonda umożliwia generowanie pola magnetycznego oraz odbiór zwrotnego zsynchronizowanego pola magnetycznego pochodzącego od znaczników magnetycznych.	Tak, podać		Bez punktacji
4.	Sonda umożliwia wykrywanie sygnału pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych płynnych, podawanych podskórnio do tkanki śródmiąższowej.	Tak, podać		Bez punktacji
5.	Sonda umożliwia wykrywanie sygnału pochodzącego od nieizotopowych znaczników magnetycznych ziarnowych, umieszczanych w tkankach miękkich.	Tak, podać		Bez punktacji
6.	Wymagana sygnalizacja wykrycia znacznika w postaci co najmniej sygnału dźwiękowego oraz wskazania liczbowego na współpracującej jednostce systemowej.	Tak, podać		Bez punktacji
7.	Konstrukcja ręczna, ergonomiczna, umożliwiająca użytkowanie w warunkach sali operacyjnej.	Tak, podać		Bez punktacji
8.	Sonda wyposażona w przewód połączeniowy umożliwiający swobodną pracę z jednostką bazową systemu.	Tak, podać		Bez punktacji
9.	Sonda wielorazowego użytku.	Tak, podać		Bez punktacji
10.	Możliwość czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją używania producenta.	Tak, podać		Bez punktacji
11.	Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Tak, podać		Bez punktacji

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu kompatybilnego z posiadanym systemem **Sentimag Gen 2**. Przez kompatybilność Zamawiający rozumie pełną współpracę funkcjonalną i techniczną bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pośredniczących, adapterów lub modyfikacji systemu.

Lp.	Dodatkowe wymagania	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1.	Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 36 miesięcy	Tak, podać		Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania
2.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.	Tak		Bez punktacji