

**Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna narzędzi**

NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII				
Lp.	Wymagania ogólne	Wymagana ilość	Punktacja	
1.	Koszt sterylizacyjny kompatybilny z wkładem narzędziowym	1	Bez punktacji	
2.	Wkład narzędziowy na 8 narzędzi od 9 do 15 cm	1	Bez punktacji	
3.	Nożyczki dyssekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 15 mm, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana.	1	Bez punktacji	
4.	Imadło wykonane ze stali nierdzewnej, bez zamka długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, delikatnie zakrzywiona, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana.	1	Bez punktacji	
5.	Dilatator zakrzywiony 45 st, wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długość końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana.	1	Bez punktacji	
6.	Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, plateau końcówek roboczych, uchwyt zbalansowany uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana.	1	Bez punktacji	
7.	Pęseta mikrochirurgiczna dyssekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 145 mm, średnica końcówki roboczej 0,5 mm, końcówka delikatnie zakrzywiona, uchwyt pierścieniowy.	1	Bez punktacji	
PARAMETRY OGÓLNE DOTYCZĄCE NARZĘDZI				
Lp.	Wymagania ogólne	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1.	Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2025	Tak, podać		Bez punktacji
2.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat.	Tak, podać		Bez punktacji
3.	Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu narzędzia oraz oferowania narzędzi w niższym standardzie niż wymagany.	Tak		Bez punktacji
Gwarancja na oferowany sprzęt min. 36 miesięcy		Tak, podać		Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego asortymentu przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.		Tak		Bez punktacji