

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

NAZWA	SPECYFIKACJA
Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą typu 6, EMS6-720 STERIM lub równoważne	<p>Testy chemiczne typu 6 do kontroli sterylizacji parą wodną, do stosowania w 134°C przez 7 minut i w 121°C przez 20 minut. - zgodność z normą: ISO 11140-1:2014 typ 6, weryfikowane parametry procesu: obecność pary, temperatura, czas; wymiar paska testowego: 19 x 100 mm, ilość w opakowaniu: 250 sztuk.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) -30 sztuk, które będzie dostarczone w 3 transzach po 10 opakowań - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 250 sztuk - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026 <p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>

Część 2

NAZWA	SPECYFIKACJA
Wskaźniki biologiczne Attest 3M lub równoważne	Wskaźnik biologiczny dla cykli parowych wspomaganych grawitacyjnie 250°F 121°C lub próżniowo 270°F 132°C, przeznaczony do monitorowania wydajności procesów sterylizacji. Powinien zawierać spory Geobacillus

	<p>stearotherophilus.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) - 60 sztuk, które będą dostarczone w 3 transzach po 20 opakowań - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 25 sztuk - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026 <p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>
--	--

Część 3

NAZWA	SPECYFIKACJA
Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną	<p>Taśma przeznaczona do zamykania pakietów przeznaczonych do sterylizacji parą wodną. Przeznaczona do każdej sterylizacji parą wodną w temperaturze 120°C - 140°C, w czasie 3,5 - 20 minut.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) - 2 sztuki, które będą dostarczone w 2 transzach po 1 opakowaniu. - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 1 sztuka - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026 <p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>

--	--

Część 4

NAZWA	SPECYFIKACJA
Płyn do dezynfekcji rąk Velodes Soft, butelka 1l lub równoważne	<p>Płyn powinien być alkoholowym preparatem przeznaczonym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Powinien posiadać potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze. Powinien działać szybko i skutecznie wobec wirusów takich jak Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, Sars, Herpes Simplex, wirus grypy A, Ebola. Wykazywać wydłużone działanie bakteriobójcze. Powinien zawierać glicerynę. Przebadany dermatologicznie. Posiada pH łagodne dla skóry. Butelka o objętości 1 Litr</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) - 3 sztuki, które będą dostarczone w 3 transzach po 1 opakowaniu. - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 1 sztuka - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026 <p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>

Część 5

NAZWA	SPECYFIKACJA
DNA Away-środek do usuwania DNA lub równoważny	<p>Środek powinien umożliwiać usuwanie zanieczyszczeń DNA i DNA-az z powierzchni w celu uniknięcia błędnych negatywnych wyników PCR/sekwencjonowania.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) - 4 sztuki, które będą dostarczone w 2 transzach po 2 opakowania. - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 250 ml - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026 <p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>

Część 6

NAZWA	SPECYFIKACJA
DNA/RNA-ExitusPlus- środek do usuwania DNA z powierzchni lub równoważny	<p>Roztwór powinien być gotowy do użytku do dekontaminacji DNA/RNA, ze wskaźnikiem barwnym, bezpieczny dla ludzi i nietoksyczny, nie wytwarzać toksycznych oparów. Wszystkie składniki roztworu powinny być biodegradowalne. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni roboczych i urządzeń PCR</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna ilość opakowań (całe zamówienie) - 4 sztuki, które będą dostarczone w 2 transzach po 2 opakowania. - ilość przedmiotu zamówienia w opakowaniu 100 ml - ostatnia transza zamówienia będzie dostarczona do 31.12.2026



	<p>Mogące wystąpić nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.</p>
--	---