



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego

## **Specyfikacja Techniczna Przedmiotu zamówienia**

### **Część 1: Aparat do leczenia przerostu gruczołu krokowego – 1 kpl.**

#### **Parametry techniczne:**

1. Para wodna o temp. ok. 100 st. C
2. Wąż o długości min. 45 cm
3. Przenośna konsola
4. Fiolka 50 ml sterylnej wody
5. Tor wizyjny endoskopowy 4K wraz z akcesoriami: kontroler kamery, główka kamery, kątowa; monitor 4K 27";
6. Dedykowany do zabiegów opatentowaną metodą REZUM (lub równoważną)

#### **Parametry środowiskowe:**

1. Zużycie energii elektrycznej: nie większe niż 2400 W dla aparatu do leczenia przerostu gruczołu krokowego oraz nie większe niż 400 W dla toru wizyjnego.
2. Poziom hałasu podczas pracy:  $\leq 65$  dBA (w odległości 1 m) dla aparatu do leczenia przerostu gruczołu krokowego oraz  $< 100$  dBA dla toru wizyjnego
3. Urządzenie nie emituje substancji szkodliwych dla personelu i pacjenta w warunkach normalnej pracy, poza parą wodną wykorzystywaną w terapii
4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia