

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych typu AG /3 tj. (CH₄, O₂, CO,) lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej SA. Oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 332-17

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

L.p.	Opis wymagania/parametry	Wymagane przez Zamawiającego
1.	rodzaj pomiaru	ciągły
2.	zasada działania	pomiar - CH ₄ , O ₂ , CO,
3.	zakres pomiarowy metanu CH ₄ [%]	0÷100% obj.
4.	zakres pomiarowy tlenu O ₂ [%]	0÷25% obj.
5.	zakres pomiarowy tlenku węgla CO [ppm]	0÷ min. 1000ppm
6.	komora pomiarowa	IR (podczerwień) CH ₄ Elektrochemiczna CO , O ₂ ,
7.	minimalna żywotność czujnika	IR - 4 lata Elektrochemiczny - 2 lata
8.	czas pracy	min. 24 h dla zasilania akumulatorowego 24 miesiące dla zasilania baterijnego
9.	rodzaj zasilania	Akumulator Li-Ion lub bateria Li-Ion
10.	warunki otoczenia	od -20°C do + 40°C
11.	stopień ochrony obudowy IP	min. 54
12.	łącze do komunikacji PC	tak
13.	pamięć wewnętrzna	tak
14.	rodzaj ładowarki	ładowarka wielostanowiskowa

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane lub regenerowane
2. Wyroby winny spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.:
 - Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa: Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 poz. 1226) i wynikającego z niej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016, poz. 817).
 - Ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015, poz. 196 z późn. zm.).
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118).

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wyłącznie (...)*.

3. Posiadać budowę przeciwwybuchową zgodną z obowiązującymi normami dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego) oraz posiadać cechę budowy przeciwwybuchowej dla urządzeń grupy I, kategorii M1 (klasy I M1 Ex ia I) (zgodnie z Rozporządzeniem Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016, poz. 817).

III. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. **Wykaz parametrów techniczno – użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2a**
2. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**
3. **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**
4. **Oświadczenie** o statusie firmy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**
5. **Instrukcja stosowania lub DTR**, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa oraz rysunek przedmiotu oferty, potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego.
6. **Certyfikat badania typu WE/UE lub deklaracja zgodności UE** - wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia przy każdej dostawie.


- 1) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- 2) Świadectwo kontroli jakości
- 3) Deklaracja zgodności UE
- 4) Karta gwarancyjna wyrobu

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego

VI. Inne:

Termin realizacji zamówienia **do 30 dni** od przekazania zamówienia do Wykonawcy

Oddział KWK "Bolesław Smiały"
Kierownik Oddziału Lampowni,
Wydawania Aparatów Ucieczkowych,
Pochłaniaczy i Maszek P.-Pyłowych

Krystian Czardybon

.....
Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganymi parametrami techniczno-użytkowymi.

INDYWIDUALNY, PRZENOŚNY MIERNIK WIELOGAZOWY

.....
(wpisać typ oferowanego miernika)

L.p.	Opis wymagania/parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
1.	rodzaj pomiaru	ciągły	
2.	zasada działania	pomiar - CH ₄ , O ₂ , CO,	
3.	zakres pomiarowy metanu CH ₄ [%]	0÷100% obj.	
4.	zakres pomiarowy tlenu O ₂ [%]	0÷25% obj.	
5.	zakres pomiarowy tlenku węgla CO [ppm]	0÷ min. 1000ppm	
6.	komora pomiarowa	IR (podeczerwień) CH ₄ Elektrochemiczna CO , O ₂ ,	
7.	minimalna żywotność czujnika	IR - 4 lata Elektrochemiczny - 2 lata	
8.	czas pracy	min. 24 h dla zasilania akumulatorowego 24 miesiące dla zasilania baterijnego	
9.	rodzaj zasilania	Akumulator Li-Ion lub bateria Li-Ion	
10.	warunki otoczenia	od -20°C do + 40°C	
11.	stopień ochrony obudowy IP	min. 54	
12.	łącze do komunikacji PC	tak	
13.	pamięć wewnętrzna	tak	
14.	rodzaj ładowarki	ładowarka wielostanowiskowa	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Wyroby spełniają wymagania:
 - a) Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa: Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 poz. 1226) i wynikającego z niej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016, poz. 817);
 - b) Ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2015, poz. 196 z póź. zm.);
 - c) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118).
2. Wyroby posiadają budowę przeciwybuchową zgodną z obowiązującymi normami dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego) oraz posiadają cechę budowy przeciwybuchowej dla urządzeń grupy I, kategorii M1 (klasy I M1 Ex ia I) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016, poz. 817).
3. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

pieczęć i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe