

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1/ Pochyłościomierz

- wykonany z materiału odpornego na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne
- małe (kieszonkowe) wymiary - max 10x10cm
- dokładność pomiaru min. 1 stopień
- tarcza pomiarowa z pełnym zakresem 360 stopni

2/ Dalmierz laserowy LEICA DISTO X3 lub równoważny

- maksymalny zasięg nie mniej niż 100m
- minimalna celowa do 5cm
- możliwość pomiaru z dokładnością min. 1mm
- możliwość elektronicznego pomiaru kąta nachylenia
- w zestawie akumulatorki, pokrowiec ochronny wykonany z trwałej i odpornej na uszkodzenia tkaniny, pasek na nadgarstek
- wysoka odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne (wilgotność, pył) – spełniona norma min. IP65

3/ Statyw stały drewniany lekki

- metalowe (nie dopuszcza się aluminium) okucia nóg – min. wymiary płaskiej stopki do wbijania 40x60mm
- rodzaj blokady: zaciski śrubowe lub zaciski śrubowe i mimośrodowe
- waga max 5,1kg
- wysokość minimalna 100 cm
- głowica płaska
- śruba sercowa 5,8"
- solidne wykonanie (m.in. długość śrub łączących głowica-noga obejmująca pełny zakres łączenia wraz z samokontrującą nakrętką 5mm)

4/ Niwelator laserowy liniowo-krzyżowy

- kolor lasera: zielony
- długość lasera min. 6
- 8 promieni lasera
- automatyczne poziomowanie
- ciągłe poziomowanie w przypadku drgań
- funkcja spadków
- pion laserowy
- dokładność min. 0,1mm/1m
- zasięg min. 50m
- trwała obudowa niwelatora
- klasa szczelności min. IP54
- leniwka i podziałka kątowa umożliwiające precyzyjny obrót niwelatora w poziomie

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytucznych (...)*.

5/ Niwelator optyczny BURI HEDUE NA32 lub równoważny

- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 1,5 mm/km
- Obraz: prosty
- Powiększenie min: 28x
- Zdolność rozdzielcza: $\geq 3,5''$
- Minimalna ogniskowa: 0,2 m
- Klasa odporności: IPX6
- Waga: $\leq 2,0$ kg
- gwint śruby sercowej 5/8'

6/ Dalmierz laserowy DEDRA MC0935 lub równoważny

- maksymalny zasięg nie mniej niż 100m
- minimalna celowa do 5cm
- możliwość pomiaru z dokładnością min. 1mm
- w zestawie akumulatorki, pokrowiec ochronny wykonany z trwałej i odpornej na uszkodzenia tkaniny, pasek na nadgarstek
- wysoka odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne (wilgotność, pył) – spełniona norma min. IP65

7/ Pionownik optyczny FREIBERGER FG-OLZ lub równoważny

- powiększenie 3x
- NADIR/ZENIT (pomiar nad i pod punktem)
- dokładność libelli 2"/2mm
- obraz prosty
- minimalna ogniskowa 0,5m
- dokładność 0,25mm/1,5m
- gwint śruby sercowej 5/8'

- Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- Karta produktu lub inny dokument zawierający nazwę własną, zdjęcie i wykaz parametrów techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane przedmioty/materiały wymagań określonych przez Zamawiającego, załącznik 2a.
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek, załącznik 1.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z zał.
- Oświadczenie o statusie Przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

- opis kodyfikacji - w przypadku stosowania oznaczeń kodowych na opakowaniu i/lub wyrobie

2) Przy każdej dostawie:

- dowód wydania materiału (WZ) - zawierający numer zamówienia
- świadectwo kontroli jakości

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

.....

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

Załącznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postępowania objętego
zakresem działania Centrum Logistyki Materiałowej

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
**Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
.....

6. Inne

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od przekazania zamówienia do wykonawcy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

6.11.2028 ✓
Data

Główny Mierniczy Górniczy
MG Mariusz Skotnicki
.....w zastępstwie Głównego Inżyniera...
Mierniczo-Geologicznego
Imię i nazwisko, podpis