

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	DEFIBRYLATOR SAMARYTANIN PAD WRAZ Z ELEKTRODAMI PAD-PAK PÓŁAUTOMATYCZNY SPRZĘT KARDIOLOGICZNY	szt.	1	Defibrylator Samarytanin pad wraz z elektrodami pad-pak półautomatyczny sprzęt kardiologiczny Parametry: <ul style="list-style-type: none"> • W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwalaniem impulsu defibrylacyjnego. • Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego. • Interaktywny panel graficzny - tylko 2 przyciski, czytelne i jednoznaczne symbole, polecenia głosowe w języku polskim. • Aparat wykonuje niskoenergetyczną defibrylację z automatycznie dobraną, optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania. • Niewielkie gabaryty - waga tylko 1,1 kg. • Bateria zintegrowana z elektrodami z 4 letnią gwarancją na cały element. □ Wbudowany autotest. • Protokół energetyczny do 200 J. • Zapis EKG do 90 minut. • Pełna zgodność z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).

- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
3. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.**
Przy każdej dostawie:
- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna.
4. **Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**
1) Zamawiający wymaga co najmniej – **24 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego.
2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**
5. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**
Termin płatności: 30 dni.
6. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
nie dotyczy
7. **Inne**
Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:
☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

1. Defibrylator Samarytanin pad wraz z elektrodami pad-pak półautomatyczny sprzęt kardiologiczny.



Parametry:

- W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwalaniem impulsu defibrylacyjnego.
- Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego.
- Interaktywny panel graficzny - tylko 2 przyciski, czytelne i jednoznaczne symbole, polecenia głosowe w języku polskim.
- Aparat wykonuje niskoenergetyczną defibrylację z automatycznie dobraną, optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania.
- Niewielkie gabaryty - waga tylko 1,1 kg.
- Bateria zintegrowana z elektrodami z **4 letnią gwarancją** na cały element. □
- Wbudowany autotest.
- Protokół energetyczny do **200 J**.
- Zapis EKG do 90 minut.
- Pełna zgodność z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

.....
nazwisko, podpis