

## WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kalibracja urządzeń kontrolnych w latach 2023-2026”

**Nr postępowania:** NP/2023/06/0309/TAR

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W imieniu Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, udzielamy odpowiedzi na niżej przytoczone pytanie, które wpłynęło w toku postępowania.

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ punkt II, 2 Kalibracja urządzeń musi być wykonana na stanowisku laboratoryjnym posiadającym akredytację w zakresie, w którym będą kalibrowane urządzenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Jako laboratorium wzorujące zgodnie z ISO 9001:2015 i w oparciu o normę ISO 17025, nasze stanowiska laboratoryjne posiadają akredytowane certyfikaty wzorcowania. Czy dopuszczają Państwo do udziału laboratorium wzorujące posiadające akredytowany certyfikat ISO 9001 w zakresie wzorcowania aparatury?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza laboratorium wzorujące, posiadające akredytację na zgodność z normą ISO 17025.