

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa baterii do gazomierza SICK500 – 2 szt

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

LP	Opis	Proponowane urządzenie SICK nr katalogowy 2065928 lub równoważne spełniające poniższe wymagania	Ilość [kpl]
1	<p>Bateria podtrzymująca do gazomierza ultradźwiękowego SICK500</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ baterii: litowa - Napięcie znamionowe: 7,2V - Rozmiar ogniwa: 2R6 - Pojemność: 7,2Ah - Właściwości baterii: nietładowalna - Wymiary zewnętrzne: dostosowane do komory w SICK500 - Wyprowadzenia: podłączenie do SICK500 - Prąd maksymalny 60mA - Temperatura pracy : -55...85°C - Prąd znamionowy: 1mA - Prąd w impulsie maks.: 120mA - Żywotność: do 10 lat w temp. pokojowej - Wymagana kompatybilność z gazomierzem ultradźwiękowym SICK 500 - Wymagane dopuszczenie do stosowania przez producenta gazomierza 		2

III. Informacje dodatkowe

1. Wraz z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać całą dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia tj:
 - 1.1. warunki użytkowania
 - 1.2. sposób utylizacji.
2. Termin realizacji: 3 tygodni od daty otrzymania zamówienia
3. Przedmiot dostawy powinien być nowy, oryginalnie zapakowany.
4. Miejsce dostawy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach 44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54.
5. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Marcinkowski, arkadiusz.marcinkowski@gaz-system.pl , tel: 32 4392620, kom: 601 097 212
6. Koszt wysyłki do po stronie Dostawcy.