


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa gazomierza miechowego z nadajnikiem impulsów.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lp.	Nazwa urządzenia	Liczba [szt.]
1	<p>Gazomierz miechowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wersja G65 z bocznym położeniem króćców, Wersja dwukróćcowa o średnicy DN100 i rozstawie 720mm (Zamawiający dopuszcza zastosowanie adapterów np. z DN80 na DN100 720mm), Typ gazu: ziemny, metan, Objętość cykliczna: 40-65 dm³, Zakres temperatury: <ul style="list-style-type: none"> otoczenia: -20°C do + 55°C; gazu: -20°C do + 55°C; składowania: -30 °C do + 65°C, Maksymalne ciśnienie pracy: 20 kPa, Zakres pomiaru G65 od 0,65 m3h do 100 m3/h, Dokładność: klasa 1.5, Metrologia zgodna z normą PN-EN 1359, Maksymalne dopuszczalne błędy: +/- 3% od Qmin do 0,1 Qmax i +/-1,5 % od 0,1 Qmax do Qmax, Materiały obudowy: stal tłoczona, spawana, Kolor: dowolny, Dodatkowe materiały: uszczelki oraz śruby. <p>Przykładowy wygląd (wymiar A=720mm, DN100):</p> 	1



Liczydło:

- stopień ochrony: IP 54,
- Liczydło o przystosowane do nadajników impulsów,
- Licznik mechaniczny: min. 8 bębnekowy (w tym 2 dziesiętne), np. 999999,99
- Waga impulsu: 0.1 lub 1 m³/imp.,

Nadajnik impulsów:

- Kompatybilny z zamówionym gazomierzem miechowym G65,
- Przewód: min. długość 1 m.,

Przykładowy wygląd:

**Miejsce instalacji gazomierza:****Średnice rozstawu otworów na istniejących kołnierzach:**

III. TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji zostanie określony w ofercie.

IV. MIEJSCE DOSTAWY:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Tłocznia Gazu Odolanów

ul. Krotoszyńska 148

63-430 Odolanów

MAGAZYN

V. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne materiałom, normom zawartym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

VI. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Wykonawca wraz z dostawą gazomierza miechowego z nadajnikiem impulsów dostarczy następujące dokumenty:

- deklarację zgodności w języku polskim,
- instrukcję obsługi i montażu w języku polskim,
- potwierdzenie metrologiczne (np. plomba lub świadectwo legalizacji gazomierza),
- kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę.

Wszystkie dokumenty jakościowe muszą być załączone do każdej dostawy w formie papierowej w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, spiętej w teczce lub segregatorze, posiadającej wykaz składanej dokumentacji.

VII. WARUNKI DOSTAW DO MAGAZYNÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa winna być wykonana transportem i na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8.00. do 14.00. Rozładunek musi być dokonywany siłami i przy użyciu środków Wykonawcy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy podpisanym przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, po sprawdzeniu kompletności dostawy i jej zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Do chwili podpisania Protokołu Odbioru dostawy bez uwag Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu dostawy. Pozostałe warunki dostawy i odbioru zostały zawarte w Umowie.