

**FORMULARZ OFERTOWY**

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zamówieniu niepublicznym nr **WS2200990725** na: **Zakup zmywarki laboratoryjnej**, organizowanym przez: Centrum Badań Jakości Sp. z o. o., działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(nazwa firmy)  
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania przetargowego i podaję:

**I. Dane dotyczące firmy:**

1.	Nazwa firmy:	
2.	Adres firmy:	
3.	Telefon kontaktowy:	
4.	Nr faksu:	
5.	E-mail:	
6.	NIP / NIP EU:	
7.	REGON:	
8.	Imię i Nazwisko (nr telefonu) osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym w toku postępowania:	

**II. Warunki handlowe oferty:**

1.	Cena netto za przedmiot zamówienia:	.....PLN/EUR/USD netto Słownie:..... .....00/100 PLN/EUR/USD netto
2.	Przedmiot zamówienia obejmuje zakup zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem, dostawę, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji oraz świadczenie usług w zakresie przeglądu i serwisu gwarancyjnego, a także demontaż oraz usunięcie z laboratorium starej zmywarki, którą zastąpi nowe urządzenie.	
3.	<b><u>Okres gwarancji</u></b> <b>24 miesiące</b> od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Czas reakcji na zgłoszenie: <b>do 2 dni roboczych</b> od zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego	TAK / NIE

4.	<p><b><u>Warunki gwarancji</u></b></p> <p>W okresie gwarancji naprawa urządzenia zostanie wykonana <b>do 5 dni roboczych</b> od dnia dostarczenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzenia, wymagającej zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności nastąpi w ciągu <b>5 dni roboczych</b> od momentu zgłoszenia, także w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy. Powyższy termin nie dotyczy uszkodzeń, które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi Zamawiającego. W okresie oczekiwania na części z zagranicy, Wykonawca zapewni możliwość tymczasowego wykorzystania części serwisowych będących w jego posiadaniu.</p> <p>W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami/wymaganiami producenta oraz zdalne i telefoniczne wsparcie techniczne serwisu w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. Świadczenie autoryzacji serwisu w zakresie obsługi gwarancyjnej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu wykonywania przeglądów gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy techniczne w ilości i zakresie zgodnymi z wymaganiami producenta w terminie ustalonym między Stronami. Przegląd może wykonać wyłącznie wykwalifikowany pracownik autoryzowanego serwisu z siedzibą w Polsce. Przegląd wykonany będzie zgodnie z zaleceniami producenta (w tym czyszczenie, konserwacja, wymiana zużytych części). Wykonawca pokrywa koszty materiałów, podzespołów i części podlegających zużyciu, a wymienionych w czasie przeglądu.</p>	TAK / NIE
5.	<p>Wymagana płatność: przelew, <b>60 dni</b> od dnia wpływu faktury.</p> <p>60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury, wynika z obowiązującej nas Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</p>	TAK / NIE
6.	Termin dostawy zamówienia: <b>do dnia 20.12.2024 r.</b>	TAK / NIE
7.	<p><b><u>Miejsce dostawy:</u></b></p> <p>Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. Wydział Badań Jakości WBJ-2 „Legnica” ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (budynek DKJ na terenie Huty Miedzi Legnica)</p>	TAK / NIE
8.	<b><u>Wymagania:</u></b>	
a)	urządzenie spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego	TAK / NIE

b)	przeszkolenie pracowników Zamawiającego w miejscu instalacji, w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym	TAK / NIE
9.	Odbiór urządzenia nastąpi po dokonaniu montażu i sprawdzeniu działania oraz weryfikacji kompletności wyposażenia i dokumentacji. W przypadku braku uwag nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.	
10.	Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie o nie gorszych parametrach technicznych. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z uwagi na parametry techniczne zaproponowanego urządzenia na etapie oceny ofert.	
11.	Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym określonych warunków i zakresu zapytania ofertowego w terminie nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. Odpowiedzi będą udostępnione na platformie zakupowej SAP Ariba. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi pytania, które wpłynie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert.	
12.	<b>Dokumenty wymagane przy dostawie:</b>	
a)	karta gwarancyjna	TAK / NIE
b)	deklaracja zgodności WE oraz jeżeli jest wymagany certyfikat badań typu WE	TAK / NIE
c)	instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej	TAK / NIE
d)	deklaracja zgodności CE	TAK / NIE
13.	W przypadku wygrania przetargu wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przed jej podpisaniem) w formie: a) pieniężnej, b) poręczeniu bankowym, c) gwarancji bankowej Ad. do b, c. <b>przed podpisaniem umowy/po podpisaniu umowy*</b> * niewłaściwe skreślić	Forma zabezpieczenia: .....
14.	Do oferty należy dołączyć: - kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty wraz z dowodem opłaty składki ubezpieczeniowej, - certyfikat autoryzacji serwisu.	

Złożona(e) cena(y) jest(są) kompletna(e), jednoznaczna(e) i obejmuje(a) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny oraz innych wymogów sprecyzowanych w niniejszym dokumencie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert tj. 100% cena.

W razie nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu postępowania lub złożenia oświadczenia o braku możliwości realizacji przedmiotu postępowania po wyborze oferty i zgodnie z jej treścią, w okresie jej ważności Spółka CBJ może naliczyć wybranemu oferentowi karę w wysokości 10% wartości wybranej oferty netto.

**Przystępując do przedmiotowego postępowania w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy, że:**

Wykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązane są do bezwzględnego zachowania trzeźwości podczas przebywania/wjazdu/wejścia na teren Zamawiającego oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren Zamawiającego alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz zobowiązane są do stosowania się do wewnętrznych procedur Zamawiającego dotyczących kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.

W przypadku próby wejścia/wjazdu/przebywania na terenie Zamawiającego pracownika Wykonawcy (lub osób, którymi Wykonawca posługuje się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wnoszenie (przez ww. osoby) na teren Zamawiającego napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu, oraz niezastosowanie się (przez ww. osoby) do wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie procedury kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków i skutkować będzie możliwością naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca oraz wszystkie osoby wykonujące prace w jego imieniu zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

Za naruszenie przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca nie ma prawa filmowania, fotografowania, nagrywania, transmitowania oraz utrwalania przy pomocy urządzeń elektronicznych na terenie Zamawiającego (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.).

Za naruszenie zakazu filmowania, fotografowania, nagrywania, transmitowania oraz utrwalania przy pomocy urządzeń elektronicznych na terenie Zamawiającego (w tym na terenie KGHM Polska Miedź S.A.), Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy

## PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2024, wolnostojące, ładowane od przodu, obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej. Zmywarka przystosowana do pracy z wykorzystaniem z wodą demineralizowaną pod ciśnieniem.

Wymiary zewnętrzne z uwzględnieniem wszystkich części zmywarki:  
maksymalna:

- wysokość 850 mm,
- szerokość 600 mm,
- głębokość 650 mm.

Wyposażenie instalacyjne:

wszystkie niezbędne akcesoria instalacyjne umożliwiające podłączenie do źródeł prądu, przyłącza wody zimnej i ciepłej; węże doprowadzające wodę wyposażone w dwa zawory elektromagnetyczne, podłączone do wyłącznika pływakowego zapobiegające przed niekontrolowanym wyciekami wody.

Pozostałe wyposażenie:

- teleskopowe prowadnice,
- wbudowane pompy: odpływowa, wydajna pompa obiegowa do natrysku wody, pompa do zasilania wodą demineralizowaną ze zbiornika grawitacyjnego,
- wbudowany zmiękcacz wody z funkcją automatycznej regeneracji złoża do wody zimnej i ciepłej, zmniejszający ryzyko tworzenia się kamienia w obwodzie hydraulicznym urządzenia,
- agregat suszący o wydajności nie mniej niż 180 m<sup>3</sup>/h,
- urządzenie wyposażone w 2 dozowniki dla środków myjących (detergent oraz neutralizator) w płynie, dodatkowo wyposażone w przepływomierze dla prawidłowego dozowania środków myjących i neutralizujących i w czujniki poziomu detergentów,
- system aktywnego suszenia z wykorzystaniem agregatu suszącego,
- możliwość mycia naczyń szklanych i z tworzyw sztucznych (kolbki 50 ml i 100 ml) z wykorzystaniem standardowych gotowych do wykorzystania programów oraz możliwością tworzenia programów użytkownika,
- możliwość wyłączania/włączania suszenia, płukania wodą demineralizowaną oraz możliwość stosowania tylko suszenia lub tylko płukania,
- komora myjąca z nie mniej niż dwoma poziomami mycia/suszenia iniekcyjnego, wykonana wraz z wszystkimi elementami stałymi z kwasoodpornej stali nierdzewnej; objętość użytkowa nie mniejsza niż 160 litrów,
- możliwość mycia iniekcyjnego i nieiniekcyjnego na obu poziomach,
- komora zamykana pojedynczymi drzwiami znajdującymi się od frontu, otwieranie uchylne ku dołowi do pozycji poziomej,
- odprowadzenie wody i pary z komory po każdym etapie cyklu,
- wyświetlacz umieszczony na zewnątrz zmywarki, w górnej części frontu, z wyświetlaczem informującym o stanie programu (co najmniej czas pozostały do zakończenia danej fazy mycia),
- kosz górny i dolny zintegrowany z ewentualnymi iniekcjami w zależności od jego rodzaju (odpowiednie do mycia kolbek plastikowych i szklanych 50 i 100 ml),
- dodatkowa pompa do płukania rozcieńczonym kwasem azotowym,

- demineralizator o wydajności nie mniejszej niż 20 L/h umożliwiający produkcję wody I klasy czystości oraz III klasy czystości zgodnie z normą PN-EN ISO 3696:1999 wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym umożliwiającym magazynowanie wody III klasy o poj. nie mniejszej niż 80 L oraz wbudowanym zbiornikiem z pętlą wody recyrkulacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 2 L.

Urządzenie powinno być dostarczone z kompletem filtrów (plus 1 komplet filtrów w zapasie) i przyłączy do podłączenia zmywarki.

Dostawca musi posiadać w sprzedaży dedykowane detergenty stosowane bez utraty gwarancji.

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy