

Warszawa, dn. 27.09.2024

Centrala ZUS  
ul. Szamocka 3/5  
Warszawa 01-748

Nr dokumentu: K/50428/24

Sygnatura sprawy: 995100.273.93.2024

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Zapytanie Publiczne na zakup i dostawę termohigrometrów i termohigrometrów - rejestratorów temperatury oraz wilgotności powietrza..**

## **Odpowiedzi na pytania**

Organizacja zamawiającego udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

### **Pytanie 1:**

Pytania do części B:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rejestratorów z pamięcią danych 3 200 000 wyników?
- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rejestratorów z rozdzielczością wilgotności 0,5%?

### **Odpowiedź:**

Dzień dobry,

W nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że:

- Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rejestratorów z pamięcią danych do 3 200 000 wyników,
- Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rejestratorów z rozdzielczością wilgotności 0,5%.



ZAKŁAD  
UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH

**Załączniki:**