

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu”.

Zakres rzeczowy zadania

Miejsce dostawy: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole.

Zakres dostawy:

CZĘŚĆ I

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość
1	Kardiomonitor z modułem RR	1
<p>Kardiomonitor GE HealthCare B125 z modułem RR Kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o przekątnej 12, rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, wyświetlanie do 12 przebiegów jednocześnie Pamięć 168 godzin trendów wysokiej rozdzielczości Historia zdarzeń alarmowych oraz 200 wycinków zawierających fragment krzywej dynamicznej</p> <p>Akcesoria i algorytmy pomiarowe:</p> <p>EKG: Monitorowanie od 1 do 7 odprowadzeń z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu Ek-Pro – wieloodprowadzeniowa analiza arytmii, w 4 odprowadzeniach jednocześnie, rozróżnianie 16 arytmii, w tym migotanie przedsionków Monitorowanie odchylenia ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie W komplecie do każdego monitora: przewód główny, przewody do podłączenia 5- elektrod dla dzieci i dorosłych Impedancyjny pomiar oddechu (RR)</p> <p>NIBP: Najwyższej klasy algorytm DINAMAP SuperSTAT z dwutubowym systemem wężyków i mankietów, odporny na artefakty i niemierną akcję serca, zapewnia precyzyjne i szybkie pomiary ciśnienia W komplecie do każdego monitora: wężyk dla dorosłych i dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych, w różnych rozmiarach</p> <p>SpO2: Algorytm pomiarowy GE TruSignal Prezentacja wartości saturacji, wskaźnika perfuzji i krzywej pletyzmograficznej W komplecie do każdego monitora: wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych</p> <p>Temperatura: 2 kanały pomiarowe Możliwość wyboru etykiety zgodnej z lokalizacją pomiaru W komplecie: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych</p>		

CZĘŚĆ II

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość
1	Kardiotokograf KTG	1
<p>Kardiotokograf KTG Smart 3 z analizą STV ver. 2021 Producent: Medical Econet Kardiotokograf z wbudowaną analizą STV. Cięża bliźniacza w zestawie Dotykowy ekran 7"</p>		

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na wyroby równoważne.

Wymogi szczegółowe

Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. przedmiotu zamówienia, w tym **m.in. koszty urządzenia, transportu do siedziby Zamawiającego, montażu, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania urządzenia.**

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich.

Zakres dokumentacji

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kartę gwarancyjną urządzenia.

Gwarancja

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie licząc od dnia odbioru dostawy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.