

# Ocena jakości

Zad. nr: 1

Infuzory

Ocena jakości

Próbki

1	Badania potwierdzające stabilność z Fluorouracil oraz Acidum Levofolicum: Tak - 25 pkt, Nie - 0 pkt. Dokładność podawania: do +/- 5% - 40 pkt. do +/- 10% - 25 pkt. do +/- 15% - 15 pkt. powyżej 15% - 0 pkt. Łatwość napełniania do 35 pkt.	5 szt.
2	Badania potwierdzające stabilność z Fluorouracil oraz Acidum Levofolicum: Tak - 25 pkt, Nie - 0 pkt. Dokładność podawania: do +/- 5% - 40 pkt. do +/- 10% - 25 pkt. do +/- 15% - 15 pkt. powyżej 15% - 0 pkt. Łatwość napełniania do 35 pkt.	20 szt.