



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej Specyfikacją, SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą:

DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW

numer postępowania: 144/ZP/2025

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień przekraczających kwotę 221 000,00 €.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:

- Strony internetowej Zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
- Strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma: <https://ezamowienia.gov.pl/>
- Poczty elektronicznej Zamawiającego.

I. ZAMAWIAJACY

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. 12 64 68 207, fax. 12 64 68 173, 930;

REGON: 121188694 NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- <https://ezamowienia.gov.pl>
- www.szpitalrydygier.pl

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

1. W zakresie formalnym:
 - ❖ Małgorzata Zbroja: mzbroja@rydygierkrakow.pl
2. W zakresie merytorycznym:
 - ❖ Joanna Krauz: jkrauz@rydygierkrakow.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostarczenie sprzętów medycznych** do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w **Załącznikach nr 1A-1F do nin. Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta).
2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie części, której dotyczą) zostaną odrzucone.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący **Załącznik nr 3 do nin. Specyfikacji**.

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 144ZP/2025

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. **Liczba części: 6.**

VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin dostarczenia sprzętu:
 - a) **do 4 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy PAKIETU 1, 2, 3, 4, 5**
 - b) **do 6 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy PAKIETU 6**

2. Dostarczenie, a jeśli dotyczy zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

- 1) nie podlegają wykluczeniu
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - d) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. X.1.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

IX. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniędzy;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)**.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

X.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)**;
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),** Wykonawca przedkłada:
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)**,

- b) **oświadczenia, że Wykonawca** nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **Załącznik nr 2 do Specyfikacji.**

X.2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY PZP, SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)

1. Zamawiający, wezwie do złożenia:

Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- a) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- b) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
- c) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- d) **zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- e) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.**
- f) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.**

2. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) ust. 1 pkt. 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;
 - 2) ust. 1 pkt. 1 lit b, c, d – zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 Specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
 - ❖ **Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności – dotyczy PAKIETU 1, 2, 3, 4, 5, 6**
 - ❖ **Kart katalogowych producenta poszczególnych narzędzi, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów – dotyczy PAKIETU 6.**
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
2. Ofertę wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
3. Ofertę stanowi Formularz ofertowy z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-736eb7a7-ae34-4fc9-b734-f0fbe91d4704**
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
18. Zamawiający nie przewiduje odstępnień od użycia środków komunikacji elektronicznej.
19. **Znak sprawy: 144/ZP/2025**
20. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Zbroja / mail: mzbroja@rydygierkrakow.pl / tel. (12) 64 68 207 / Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
21. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W SWZ

I. Informacje ogólne

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zaleca się, aby oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

II. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia 08.09.2025 r. do godziny 09:00**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert
13. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.

III. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.09.2025 r., o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

IV. Dokumenty składające się na ofertę

- a) **Formularz Ofertowy**, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy,
 - b) **szczegółowa oferta cenowa** (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji),
UWAGA! W przypadku niedołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie informacji o numerze katalogowym produktu oraz nazwie producenta.
 - c) **dokumenty i oświadczenia** potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji),
 - d) **dokumenty** wskazane w rozdz. XI Specyfikacji,
 - e) **podpisany i wypełniony odpowiednio Załącznik nr 1A – 1F do Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta),
 - f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
 - g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - h) **potwierdzenie wniesienia wadium.**
1. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
 5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)).
 6. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.12.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.** W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie **art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),**
 - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
 - wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
 - wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **12 540,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).
- W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

PAKIET 1	370,00 zł
PAKIET 2	930,00 zł
PAKIET 3	300,00 zł
PAKIET 4	120,00 zł
PAKIET 5	320,00 zł
PAKIET 6	10 500,00 zł

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
- Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:
BGŻ BNP PARIBAS NR: 55 1600 1462 1828 9639 2000 0004
z dopiskiem „**Wadium przetarg – DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW, nr 144/ZP/2025, pakiet nr ...**”
- Wadium w pozostałych formach winno być wniesione za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. XIII – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
- Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
- Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
- Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

XV. ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	90%
OKRES GWARANCJI	10%

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

Kryterium CENA

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 90 gdzie:

- cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)
- cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)

Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 1, 3, 4, 6

- 24 miesiące: 0 pkt
- 36 miesięcy: 5 pkt
- 48 miesięcy i więcej: 10 pkt

Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 2

- 36 miesięcy: 0 pkt
- 48 miesięcy: 5 pkt
- 60 miesięcy i więcej: 10 pkt

Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy PAKIETU 5

- 60 miesięcy: 0 pkt
- 72 miesięcy: 5 pkt
- 84 miesięcy i więcej: 10 pkt

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów kryterium **CENA** oraz kryterium **OKRES GWARANCJI**.

XVI. OFERTA CENOWA

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
2. **Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli:**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia (zgodnie z SWZ)	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy	Nawa producenta	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
								Iloczyn kolumn 7 i 8, dodany do poz. w kol. 7	Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 10 i 8	Suma kolumn 10 i 11
1.											
RAZEM											

UWAGA:

Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.

Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę.

- cena netto ma zawierać w szczególności: odpowiednio wynagrodzenie (w tym koszty) sprzętów, dostarczenia, montażu, instalacji, szkoleń, serwisu, napraw, transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT,
- stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW.

3. Warunki płatności:

- terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
- forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
- w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
- Cena oferty ma być podana w PLN.
- Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie.

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3A i 3 B do Specyfikacji.
- Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający

zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle drogą mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczzonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.**, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 46 48 502;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.** jest Pan Jacek Dziedzic, adres e-mail rodo@rydygierkrakow.pl, nr. tel. 12 64 68 888;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **144/ZP/2025 – DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ”;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE

1. **Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.**
2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
11. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ – PAKIET 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu: Wirówka laboratoryjna nablutowa

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025	Tak	
2.	Zakres obrotów w zakresie min. 300-4500 obr/min	Tak	
3.	Wirówka wyposażona w czasomierz w przedziale min. od 30 s. do 90 min. oraz możliwość ustawienie nieograniczonego czasu.	Tak	
4.	Wirnik: <ul style="list-style-type: none"> • Typ: horyzontalny • Liczba gilz (zawieszek): 4 • Pojemniki do gilz: 4 szt. 	Tak	
5.	Pojemniki do probówek: <ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilne z probówkami o objętości: od 5 ml do 15 ml • Kompatybilne z probówkami o wymiarach: średnica od 16 mm do 100 mm, wysokość regulowana 	Tak	
6.	Podkładki redukujące głębokość — umożliwiające dostosowanie głębokości pojemnika do różnych wysokości probówek	Tak	
7.	Wkładki redukujące szerokość — pozwalające na użycie węższych probówek bez luzów	Tak	
8.	Zasilanie 230 V, 50 Hz	Tak	
9.	Obudowa odporna na działanie środków chemicznych i łatwa do dezynfekcji	Tak	
10.	Wyświetlacz typu LCD	Tak	
11.	Wirówka wyposażona w blokadę pokrywy	Tak	
12.	Wymiary H x W x D [mm] +/- 5 % 300 x 360 x 450	Tak	
13.	Automatyczne otwieranie pokrywy	Tak	
14.	Awaryjne otwieranie pokrywy	Tak	
15.	Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej	Tak	
Wymagania dodatkowe			
16.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
17.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
18.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
19.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
20.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
21.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
22.	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji. Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów. Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów.	Tak	
23.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % okres gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ – PAKIET 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu: Urządzenia do fizykoterapii – wg listy.

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok pr. 2025	Tak	
2.	Urządzenie bez ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	Tak	
3.	Zasilanie urządzeń: 230V	Tak	
Aparat do elektroterapii i ultradźwięków – 1 szt.			
4.	Aparat trzykanałowy obsługujący 2 niezależne kanały elektroterapii i 1 kanał ultradźwięków	Tak	
5.	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cali do sterowanie aparatem	Tak	
6.	Wposażenie aparatu: min. 2 przewody do elektrod, min. 4 elektrody 70x50 ± 5 mm, min. 4 woreczki na elektrody 70x50 ± 5 mm, pasy do mocowania elektrod – min. 2 szt, pasy do mocowania głowic ultradźwiękowych bezobsługowych – min. 2 szt., żel 300 ml – min. 1 szt., kabel sieciowy wraz z zasilaczem.	Tak	
7.	Parametry elektroterapii:		
8.	Niezależna praca 2 kanałów na różnych parametrach prądów	Tak	
9.	Dostępne prądy min.: <ul style="list-style-type: none"> • Galwaniczny, • Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), • Träberta, • Faradaya, • NPHV • Sekwencje, • Neofaradyczny, • Rosyjska stymulacja – prąd Kotza • Impulsy trapezoidalne • Impulsy stymulujące • Impulsy prostokątne • Impulsy trójkątne • Impulsy eksponencjalne • Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym • Impulsy łączone • Impulsy Przerywane • TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), • 2-polowa interferencja • 4-polowa interferencja • Izoplanarne pole wektorowe • Fale o średniej częstotliwości • Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta • Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha • HVT • Impulsy IG • Modulowany prąd impulsowy • Prąd VMS • Prąd Kotza • EPIR • Prąd Leduca • Fale H • Mikroprądy • Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta • Stymulacja spastyczna wg Jantscha • Elektrodiagnostyka 	Tak	
10.	Prosta zmiana polaryzacji elektrod	Tak	
11.	Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)	Tak	

12.	Programowalne sekwencje (zestawy) prądów	Tak	
13.	Elektrodiagnostyka min.: krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.	Tak	
14.	Test jakości elektrod	Tak	
15.	Sygnały dźwiękowe	Tak	
16.	Kontrola kontaktu elektrod ze skórą	Tak	
17.	Regulacja kontrastu ekranu	Tak	
18.	Możliwość zmiany kolorów ekranu	Tak	
19.	Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu	Tak	
20.	Płynna modyfikacja parametrów prądów	Tak	
21.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50	Tak	
22.	Historia ostatnich zabiegów min. 20	Tak	
23.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
24.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50	Tak	
25.	Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie	Tak	
26.	Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie	Tak	
27.	Menu w j. polskim	Tak	
28.	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii	Tak	
29.	Identyfikacja podpiętych akcesoriów	Tak	
30.	Parametry ultradźwięków:		
31.	Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej	Tak	
32.	Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm ²	Tak	
33.	Podgrzewane głowice ultradźwiękowe	Tak	
34.	Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu	Tak	
35.	Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta	Tak	
36.	Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz)	Tak	
37.	Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz)	Tak	
38.	Współczynnik wypełnienia min. 5-95 %	Tak	
39.	Natężenie: - praca impulsowa w zakresie min. 0,1 - 3W/cm ² - praca ciągła min. do 2W/cm ²	Tak	
40.	Głowica bezobsługowa o polu zabiegowym min. 12 cm ² doczepiana do ciała pacjenta – 2 szt.	Tak	
41.	Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku	Tak	
42.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50	Tak	
43.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
44.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50	Tak	
45.	Sygnały dźwiękowe	Tak	
46.	Identyfikacja aktywnych akcesoriów.	Tak	
47.	Menu w j. polskim	Tak	
Przenośny aparat do magnetoterapii – 1 szt.			
48.	Aparat dwukanałowy do magnetoterapii	Tak	
49.	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem	Tak	
50.	Autotest podłączonych aplikatorów magnetoterapii	Tak	
51.	Maksymalna indukcja impulsowa min. 128 mT	Tak	
52.	Zakres częstotliwości min. 0-166 Hz	Tak	
53.	Możliwość podłączenia do aparatu dwóch niezależnych aplikatorów	Tak	
54.	Regulacja kontrastu ekranu	Tak	
55.	Możliwość zmiany kolorów ekranu	Tak	
56.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50	Tak	
57.	Historia ostatnich zabiegów – min. 20	Tak	
58.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
59.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych - min. 50	Tak	
60.	Sygnały dźwiękowe	Tak	
61.	Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie	Tak	
62.	Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie	Tak	
63.	Identyfikacja aktywnych akcesoriów.	Tak	
64.	Aparat wyposażony w aplikator płaski liniowy	Tak	
65.	Menu w j. polskim	Tak	
66.	Waga max 3 kg.	Tak	
67.	Torba transportowa z wydzielonym miejscem na aparat oraz akcesoria	Tak	
Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1 szt.			

68.	Aparat trzykanałowy obsługujący 2 niezależne kanały elektroterapii i 1 kanał laseroterapii	Tak	
69.	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cali do sterowania aparatem	Tak	
70.	Wyposażenie aparatu: min. 2 przewody do elektrod, min. 4 elektrody 70x50 ± 5 mm, min. 4 woreczki na elektrody 70x50 ± 5 mm, pasy do mocowania elektrod – min. 2 szt., kabel sieciowy wraz z zasilaczem.	Tak	
71.	Parametry elektroterapii:		
72.	Niezależna praca 2 kanałów na różnych parametrach prądów	Tak	
73.	Dostępne prądy min.: <ul style="list-style-type: none"> • Galwaniczny, • Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), • Träberta, • Faradaya, • NPHV • Sekwencje, • Neofaradyczny, • Rosyjska stymulacja – prąd Kotza • Impulsy trapezoidalne • Impulsy stymulujące • Impulsy prostokątne • Impulsy trójkątne • Impulsy eksponencjalne • Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym • Impulsy łączone • Impulsy Przerywane • TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), • 2-polowa interferencja • 4-polowa interferencja • Izoplanarne pole wektorowe • Fale o średniej częstotliwości • Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta • Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha • HVT • Impulsy IG • Modulowany prąd impulsowy • Prąd VMS • Prąd Kotza • EPIR • Prąd Leduca • Fale H • Mikroprądy • Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta • Stymulacja spastyczna wg Jantscha • Elektrodiagnostyka 	Tak	
74.	Prosta zmiana polaryzacji elektrod	Tak	
75.	Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)	Tak	
76.	Programowalne sekwencje (zestawy) prądów	Tak	
77.	Elektrodiagnostyka min.: krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.	Tak	
78.	Test jakości elektrod	Tak	
79.	Sygnały dźwiękowe	Tak	
80.	Kontrola kontaktu elektrod ze skórą	Tak	
81.	Regulacja kontrastu ekranu	Tak	
82.	Możliwość zmiany kolorów ekranu	Tak	
83.	Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu	Tak	
84.	Płynna modyfikacja parametrów prądów	Tak	
85.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika - min. 50	Tak	
86.	Historia ostatnich zabiegów min. 20	Tak	
87.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
88.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – min. 50	Tak	
89.	Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie	Tak	
90.	Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączenie	Tak	
91.	Menu w j. polskim	Tak	
92.	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii	Tak	
93.	Identyfikacja podpiętych akcesoriów	Tak	
94.	Parametry lasera:		
95.	Sonda laserowa punktowa, podczerwona o mocy min. 400mW i długości fali min. 830nm	Tak	
96.	Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz	Tak	

97.	Częstotliwości min. Nogiera i EAV	Tak	
98.	Autotest podłączonych sond laserowych	Tak	
99.	Współczynnik wypełnienia min. 10 – 90 %	Tak	
100.	Dawka płynnie regulowana min. 0,1 – 99,0 J/cm2	Tak	
101.	Okulary ochronne do laseroterapii – min. 2 szt.	Tak	
102.	Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych	Tak	
103.	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie	Tak	
104.	Klasa lasera 3B	Tak	
105.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 50	Tak	
106.	Historia ostatnich zabiegów min. 20	Tak	
107.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
108.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych min. 50	Tak	
109.	Identyfikacja aktywnych akcesoriów.	Tak	
110.	Menu w j. polskim	Tak	
Przenośny aparat do laseroterapii – 1 szt.			
111.	Aparat jednokanałowy do laseroterapii	Tak	
112.	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4 cala do sterowanie aparatem	Tak	
113.	Sonda laserowa podczerwona o mocy min. 100mW i długości fali min. 830nm – 1 szt.	Tak	
114.	Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy min. 0 -10000 Hz	Tak	
115.	Częstotliwości min. Nogiera i EAV	Tak	
116.	Autotest podłączonych sond laserowych	Tak	
117.	współczynnik wypełnienia 10 – 90 %	Tak	
118.	Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2	Tak	
119.	2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii	Tak	
120.	Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych	Tak	
121.	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie	Tak	
122.	Klasa lasera 3B	Tak	
123.	Regulacja kontrastu ekranu	Tak	
124.	Możliwość zmiany kolorów ekranu	Tak	
125.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 50	Tak	
126.	Historia ostatnich zabiegów – min. 20	Tak	
127.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) – min. 50	Tak	
128.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych - min. 50	Tak	
129.	Sygnały dźwiękowe	Tak	
130.	Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie	Tak	
131.	Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie	Tak	
132.	Identyfikacja aktywnych akcesoriów.	Tak	
133.	Menu w j. polskim	Tak	
134.	Sonda laserowa podczerwona IR 400 mW – 1 szt.	Tak	
135.	Torba transportowa z wydzielonym miejscem na aparat oraz akcesoria	Tak	
136.	Waga max 3 kg.	Tak	
Wymagania dodatkowe			
137.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności	Tak	
138.	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak	36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 5 pkt 60 miesięcy i więcej – 10 pkt
139.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
140.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
141.	Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
142.	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji. Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów. Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów.	Tak	
143.	Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
144.	Kryteria oceny: 90% najniższa cena 10% okres gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SWZ – PAKIET 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

PRZEDMIOT PRZETARGU: Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 1 szt.

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

ROK PRODUKCJI: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 1 szt.			
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak	
2.	Fotel przeznaczony do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej	Tak	
3.	Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały	Tak	
4.	Siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego, wyprofilowanego odlewu - bez ostrych krawędzi i rogów. Wykonany ze zmywalnego, gładkiego tworzywa sztucznego bez szwów, łączeń i bez dodatkowej tapicerki. Fotel łatwy do dezynfekcji	Tak	
5.	Dopuszczalne maksymalne obciążenie wózka (waga: pacjent + osprzęt i dodatkowe urządzenia) min. 225 kg	Tak	
6.	Długość całkowita fotela 1000 mm \pm 50 mm	Tak	
7.	Szerokość całkowita fotela z opuszczonymi barierkami 715 mm \pm 5 mm	Tak	
8.	Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1145 mm \pm 5 mm	Tak	
9.	Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 1850 mm \pm 5 mm	Tak	
10.	Szerokość siedziska 545 mm \pm 5 mm	Tak	
11.	Głębokość siedziska 480 mm \pm 5 mm	Tak	
12.	Wysokość siedziska od podłoża: 530 mm \pm 5 mm, od podnóżków: 380 mm \pm 5 mm	Tak	
13.	Wysokość oparcia pleców 500 mm \pm 50 mm	Tak	
14.	Długość podłokietników 510 mm \pm 5 mm	Tak	
15.	Podłokietniki wykonane w całości z profili stalowych pokrytych materiałem antypoślizgowym - konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiającą łatwą dezynfekcję z wszystkich stron	Tak	
16.	Wyprofilowane zakończenia podłokietników w sposób umożliwiający bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas wstawania	Tak	
17.	Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające dostęp do pacjenta	Tak	
18.	Uchwyty do prowadzenia fotela – pionowe, wyprofilowane, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające ustawienie łokci pod kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu	Tak	
19.	Wózek wyposażony w pełne koła tylne o średnicy 300 mm \pm 10 mm, zapewniające większą zwrotność fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem; Koła przednie skrętne o średnicy 120 mm \pm 10 mm	Tak	
20.	Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny	Tak	
21.	Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa.	Tak	
22.	Przyciski, dźwignie aktywujące ruchome elementy fotela oznakowane w widoczny, jednokolorowy sposób.	Tak	
23.	Podnóżki – powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym,	Tak	

	niezależne, uchylne - z funkcją odwodzenia na boki (przyciski nożne po obydwu stronach fotela) pozwalają na zmniejszenie ryzyka potknięcia, zwiększają dostęp do pacjenta i ułatwiają bliski podjazd do łóżka – 2 szt.		
24.	Podpórki pod łydki - niezależne, składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane oznakowanymi dźwigniami ręcznymi zlokalizowanymi z obu stron siedziska – 2 szt.	Tak	
25.	Kółka przeciwwyrotne wbudowane w tył ramy fotela zwiększające stabilność (nie będące kołami jezdnyymi)	Tak	
26.	Rama fotela umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi	Tak	
27.	Uchwyt z tworzywa sztucznego na kartę i dokumenty montowany za oparciem fotela, łatwy w czyszczeniu	Tak	
28.	Możliwość mycia ciśnieniowego fotela	Tak	
Wypożyczenie dodatkowe			
29.	Stojak na kroplówki montowany do fotela na stałe, chromowany, nieskładany, o grubości 25 mm ± 5 mm, zakończony 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w różnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego (min. 5 kolorów) – 1 szt.	Tak	
30.	Pionowy uchwyt na butlę z tlenem - przytwierdzony w jednej pozycji. Uchwyt w min. trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego – 1 szt.	Tak	
31.	Tworzywowe uchwyty pod siedziskiem po prawej i lewej stronie do zawieszania worków urologicznych – 2 szt.	Tak	
Wymagania dodatkowe			
32.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
33.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
34.	Gwarancja min. 24 miesiące.	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
35.	Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od sprzedaży	Tak	
36.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
37.	Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
38.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
39.	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji; Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów; Szkolenie potwierdzone wydaniem Imiennych Certyfikatów	Tak	
40.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % okres gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SWZ – PAKIET 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

PRZEDMIOT PRZETARGU: APARAT DO MASAŻU LECZNICZEGO Z EKOPOMPA – 1 SZT.

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

ROK PRODUKCJI: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak	
2.	Urządzenie wyposażone w zamknięty obieg wody, umożliwiający prowadzenie zabiegu masażu wodnego bez konieczności podłączenia do sieci wodociągowej	Tak	
3.	Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy - zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym	Tak	
4.	Możliwość regulacji intensywności masażu przez użytkownika - zawór regulacji	Tak	
5.	Mobilna konstrukcja urządzenia, wyposażona w 4 kółka, każde z hamulcem oraz uchwyt transportowy	Tak	
6.	Wymiary urządzenia (dł.×szer.×wys.): 60cm × 50cm × 80cm ± 5cm (dotyczy każdego parametru)	Tak	
7.	Błat urządzenia wykonany z materiału łatwego do czyszczenia, odpornego na działanie wody i środków dezynfekujących	Tak	
8.	Szuflada podbłatowa do przechowywania	Tak	
9.	Stalowe uchwyty w konstrukcji wózka	Tak	
10.	Drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz, zapewniające dostęp serwisowy	Tak	
11.	Urządzenie wyposażone w system chłodzący, składający się z wentylatora oraz otworów wentylacyjnych zapewniających właściwą cyrkulację powietrza	Tak	
12.	Pojemność robocza zbiornika w zakresie: 7 - 10 litrów	Tak	
13.	Pobór prądu: do 3 A	Tak	
14.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz	Tak	
15.	Masa całkowita urządzenia: max 40 kg	Tak	
Wyposażenie			
16.	Co najmniej 15 gumowych membran do zabiegów leczniczych o różnych kształtach i zastosowaniach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • membrana płaska z krążkiem, • membrana płaska z kolcami, • membrana płaska z jedną kulką, • membrana w kształcie smoczka, • membrana dwurzędowa – grzebień, • membrana trzyczędowa – grzebień, • membrana - grzybek, • membrana z gąbką, • membrana pięciokulkowa, • membrana stożkowa do zabiegów punktowych 	Tak	
17.	Głowica wibracyjna z podwójnym, gumowym przewodem (dł. przewodu w zakresie 1,5m - 2m) – 1 szt.	Tak	
18.	Króciec gumowy do podłączenia – 1 szt.	Tak	
19.	Tuleja z rozdzielaczem – 1 szt.	Tak	
20.	Zestaw uszczelniający min. 6 sztuk o różnych średnicach	Tak	
21.	Metalowa kształtka – 1 szt.	Tak	
Wymagania dodatkowe			
22.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty).	Tak	

23.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej.	Tak	
24.	Gwarancja min. 24 miesiące.	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
25.	Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od sprzedaży	Tak	
26.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia.	Tak	
27.	Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów.	Tak	
28.	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji. Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów. Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów.	Tak	
29.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
30.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % okres gwarancji.	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1E DO SWZ – PAKIET 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu: Lampa czołowa z lupami

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak	
2.	Trwałość diod LED min. 50 000 godz. pracy.	Tak	
3.	Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90	Tak	
4.	Akumulator pozwalający na min. 3 godziny pracy zamontowany na czepcu. Czas ładowania baterii max. 2,5 godz. Ładowarka sieciowa w zestawie	Tak	
5.	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Tak	
6.	Brak kabli wychodzących z czepca.	Tak	
7.	Oświetlenie min. 90 000 luxów w odległości pracy 180 mm.	Tak	
8.	Temperatura barwowa – 5 500K	Tak	
9.	Dokładna regulacja pola oświetlenia w zakresie min. 30 - 80 mm średnicy (przy odległości pracy 420 mm).	Tak	
10.	Pełna regulacja kąta pochylenia	Tak	
11.	Regulator jasności zamontowany z boku czepca	Tak	
12.	Lampa zamontowana na czepcu	Tak	
13.	Czepiec elastyczny, regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia na głowie operatora	Tak	
14.	Bezstopniowa regulacja jasności świecenia	Tak	
15.	Waga całości (bez akumulatora) max 300g, waga z akumulatorem na czepcu max 500g	Tak	
16.	Możliwość podłączenia lup	Tak	
17.	Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odbłasków	Tak	
18.	Dostępne różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu	Tak	
19.	Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą sztywnego łącznika	Tak	
20.	Lupa kurzoodporna i wodoszczelna	Tak	
21.	Dokładna regulacja rozstawu okularów pozwalająca na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic	Tak	
22.	Powiększenie: 2,5 x	Tak	
23.	Odległość pracy: 520 mm	Tak	
24.	Głębokość ostrości 260 mm	Tak	
25.	Szerokie, wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy minimum 180 mm	Tak	
26.	Doskonale czysta, achromatyczna optyka zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazu	Tak	
27.	Akumulator bezprzewodowy montowany na czepcu – 2 szt.	Tak	
28.	Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii	Tak	
29.	Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa	Tak	
30.	Czas ładowania – 2 godziny	Tak	
31.	Czas pracy na baterii akumulatorowej – 3,5 godziny	Tak	
32.	Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej	Tak	
33.	Ładowarka sieciowa	Tak	
Wymagania dodatkowe			
34.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
35.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	

36.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
37.	Gwarancja min. 60 miesiące	Tak	60 miesiące – 0 pkt. 72 miesiące – 5 pkt. 84 miesiące i więcej – 10 pkt.
38.	Naprawy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
39.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
40.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % okres gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1F DO SWZ – PAKIET 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH

PRZEDMIOT PRZETARGU: **Tor wizyjny wraz z narzędziami do procedur laryngologicznych**

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Urządzenia i narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, rok pr. 2025	Tak	
Tor wizyjny - zestaw			
2.	Monitor medyczny		
3.	Monitor medyczny min. Full HD	Tak	
4.	Przekątna ekranu monitora min. 27"	Tak	
5.	Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli	Tak	
6.	Format obrazu min. 16:9	Tak	
7.	Sterownik kamery		
8.	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo min.: - 2 wyjście wideo typu Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) - 1 wyjście wideo typu 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) - 1 wyjście wideo typu DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)	Tak	
9.	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia np.: klawiatury zewnętrznej, pamięci typu PenDrive, dedykowanej drukarki	Tak	
10.	Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp	Tak	
11.	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia opisanego poniżej źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego	Tak	
12.	Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon	Tak	
13.	Wprowadzanie danych pacjenta odbywa się przy pomocy klawiatury z touchpad'em dołączonej do zestawu m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID.	Tak	
14.	Funkcja wyświetlania imienia i nazwiska pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączania wyświetlania w dowolnym momencie	Tak	
15.	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie	Tak	
16.	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie	Tak	
17.	Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie	Tak	
18.	Zoom cyfrowy regulowany w min. 5 poziomach	Tak	
19.	Jasność regulowana w min. 4 poziomach	Tak	
20.	Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo do pamięci zewnętrznej typu PenDrive podłączonej bezpośrednio do sterownika kamery, pamięć o pojemności min. 32GB dołączona do zestawu	Tak	
21.	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi min.: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników	Tak	

22.	Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci typu PenDrive	Tak	
23.	Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła poprzez przyciski głowicy kamery.	Tak	
24.	Głowica kamery		
25.	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD min. 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULL HD opisanym powyżej	Tak	
26.	Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery	Tak	
27.	Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia	Tak	
28.	Zoom: cyfrowy lub optyczny	Tak	
29.	Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD	Tak	
30.	Źródło światła LED		
31.	Źródło światła wykorzystujące technologię światła LED Temperatura barwowa z zakresu 5900K - 6100K	Tak	
32.	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin	Tak	
33.	Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy	Tak	
34.	Wyświetlany wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawioną intensywność światła	Tak	
35.	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z opisanym powyżej sterownikiem kamery	Tak	
36.	Możliwość zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez przyciski opisanej powyżej głowicy kamery	Tak	
37.	Wózek aparaturowy		
38.	Wózek aparaturowy na podstawie jezdnej – 4 podwójne, antystatyczne koła, z możliwością blokady każdego z osobna,	Tak	
39.	Wózek wyposażony w min. 6 gniazd elektrycznych	Tak	
40.	Półki do postawienia aparatury medycznej min. 2 szt. oraz zamykana szuflada min. 1 szt.	Tak	
41.	Ramię obrotowe do monitora z uchwytem VESA - 1szt. - możliwość regulacji wysokości, - możliwość pochylania, - mocowane bocznie, - zasięg min. 760 mm,	Tak	
42.	Wysięgnik na płyny, z regulacją wysokości, głowica min. 2-haczykowa	Tak	
43.	Uchwyt kamery, z wyjmowanymi wkładami montowany do wózka	Tak	
Narzędzia do procedur laryngologicznych			
44.	Optyka, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 180 mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w środkach dezynfekcyjnych. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki- 2 szt.	Tak	
45.	Światłowód, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 2 szt.	Tak	
46.	Kosz druciasty do przechowywania i sterylizacji min. 2 optyk sztywnych o długości do 20 cm i średnicy do 10 mm, wymiary zewnętrzne min. 350x125x50mm- 2 szt.	Tak	
47.	Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące, do zatok, typu STAMMBERGER; bransze skierowane 15° do góry, długość robocza 12,5 cm, do użycia z przewodem bipolarnym wysokiej częstotliwości - 2 szt.	Tak	
48.	Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące, do zatok, typu STAMMBERGER; bransze skierowane 45° do góry, długość robocza 12,5 cm, do użycia z przewodem bipolarnym wysokiej częstotliwości - 2 szt.	Tak	

49.	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 2, z portem do mycia, długość robocza 13 cm- 4 szt.	Tak	
50.	Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm- 2 szt.	Tak	
51.	Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70 stopni do góry, tnący wstecznie, średni, bransze 3,5 x 3 mm, długość robocza 13 cm, łańcuchowy - 2szt.	Tak	
52.	Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, zakrzywione do góry pod kątem 65°, bransze miseczkowe o średnicy 3 mm, otwierane poziomo; z podłączeniem do mycia; długość robocza 12 cm- 2 szt.	Tak	
53.	Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, zakrzywione do góry pod kątem 65°, bransze miseczkowe o średnicy 3 mm, otwierane pionowo; z podłączeniem do mycia; długość robocza 12 cm - 2 szt.	Tak	
54.	Stolik do podpórki piersiowej i uchwytu laryngoskopu typu GÖTTINGEN, mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego, autoklawowalny; zestaw zawiera ramię obrotowe z ruchomą płytą, drążek do regulacji wysokości, bloki mocujące (montowane na stole operacyjnym wyposażonym w standardową szynę ślizgową 25x10mm) - 1 szt.	Tak	
55.	Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm - 2 szt.	Tak	
56.	Kleszcze biposyjne i chwytne; otwierane pionowo, koniec dystalny płaszcza zginalny, bransze miseczkowe o średnicy 4 mm; wyposażone w port do mycia, długość robocza 18 cm, do stosowania przy sinoskopii przez trokar o średnicy zewnętrznej 5 mm - 2 szt.	Tak	
57.	Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego - 1 szt.	Tak	
58.	Kaniula zatokowa typu EICKEN, z zaworem LUER-lock, długo zakrzywiona, giętka, ząbkowana płytka uchwytu, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 10 szt.	Tak	
59.	Dłuto typu COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szerokość 4 mm, długość 18,5 cm - 2 szt.	Tak	
60.	Odgryzacz do zatoki czołowej typu HOSEMANN, prosty, średnica końcówki 3,5 mm, przednia część nieruchoma, tylna tnąca, ruchoma; płaszcza o średnicy 2,5mm z centralnym kanałem płuczającym i podłączeniem typu LUER-Lock do mycia, długość robocza 13 cm - 2 szt.	Tak	
61.	Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm - 2 szt.	Tak	
62.	Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 40°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm – 2 szt.	Tak	
63.	Kaniula zatokowa typu EICKEN-CASTELNUOVO, z LUER-Lock, giętka, kształt-S, mocno zagięta, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm - 2 szt.	Tak	
64.	Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm – 1 szt.	Tak	
65.	Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt.	Tak	
66.	Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzywione 65°, długość 12 cm – 1 szt.	Tak	
67.	Sztanica typu HAJEK-KOFLER, nieprzelotowa, dolna, odgryzająca 90°, rozmiar 3,5 x 3,7 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt.	Tak	
68.	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, bardzo delikatna, koniec 0,2 mm, długość 16 cm – 1 szt.	Tak	
69.	Narzędzia posiadają możliwość: - mycia i dezynfekcji, - sterylizacji (sterylizacja parowa w autoklawach, programy: 134°C – 5-7 min, 121°C – 20 min lub tlenkiem etylenu dla materiałów termolabilnych)	Tak	
Wymagania dodatkowe			
70.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
71.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
72.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
73.	Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu	Tak	
74.	Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
75.	Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie codziennej obsługi technicznej, przeglądów okresowych oraz drobnych napraw, umożliwiające samodzielne utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym po okresie gwarancji. Szkolenie powinno zawierać zestawienie czynności kontrolnych wykonywanych podczas przeglądów.	Tak	

	Szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów.		
76.	Narzędzia trwale oznakowane (min. logo producenta, nr katalogowy)	Tak	
77.	Karty katalogowe producenta poszczególnych narzędzi dołączone do oferty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (dołączyć do oferty)	Tak	
78.	W przypadku braku możliwości naprawy narzędzia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany narzędzia na nowe, nie później niż w ciągu max. 10 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.	Tak	
79.	Dostawa do 6 tyg. od daty zawarcia umowy	Tak	
80.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % okres gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI UDZIELANIA LUB DALSZEGO WYKONYWANIA WSZELKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam, iż:

A) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.

A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

B) Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:

zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykule 5k ust. 1 lit.
Rozporządzenia /wskazać właściwą literę z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam, iż:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

są nadal aktualne.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że:

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:
 - a)
 - b)
- 2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

* niepotrzebne skreślić lub oznaczyć w inny sposób

** (jeżeli dotyczy)