

**Załącznik nr 1-11 do SWZ**
**Grupa 11: Videorektoskop diagnostyczny - 1 szt.**

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Parametr oceniany
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024	TAK, podać	Bez punktacji
2.	Typ/model, producent, kraj	podać	Bez punktacji
3.	Zestaw zawiera: - źródło światła LED (3000K) z wbudowanym procesorem obrazu - elektroniczna regulacja światła 5 – 100% - czas pracy LED 10 000 godz. - światłowód 1,8 m, śr. 4,8 mm - kamera FULL HD do przechwytywania obrazu na ekran monitora, podgląd kamery - zasilanie 110 – 240V; 50 – 60 Hz - głowica rektoskopowa, światłowodowa - głowica anoskopowa umożliwiającą jednoczesne wprowadzenie igły lekarskiej kanałem roboczym i podgląd tej czynności, śr. 25 mm, dł. robocza 25 mm, kanał do igły lekarskiej o dł. 80 mm - łącznik kątowy, adapter kątowy umożliwiający podgląd wprowadzonych szczypek biopsyjnych na ekran monitora - regulacja kąta obrotu 360° - podwójny przełącznik nożny do zmiany formy zapisu (zdjęcia/wideo) - dedykowany wózek komputerowy z uchwytem na kamerę - uchwyt, pompka powietrza	Tak, podać	Bez punktacji
4.	Komputer, monitor 24" FULL HD, klawiatura, mysz bezprzewodowa	Tak, podać	Bez punktacji
5.	Szczytki biopsyjne	Tak	Bez punktacji
6.	Software pozwalający udokumentować zabieg w postaci zdjęć i filmów	Tak	Bez punktacji
7.	Baza danych pacjentów	Tak	Bez punktacji
	Inne:		
8.	Oznakowanie CE	Tak	Bez punktacji
9.	Wyrób medyczny	Tak	Bez punktacji
	Warunki gwarancji i serwisu:		
10.	Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw	TAK (podać w Formularzu ofertowym)	24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt

11.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	Bez punktacji
12.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	Bez punktacji
13.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)	TAK	Bez punktacji