

**Załącznik nr 1-2 do SWZ**
**Grupa 2: Aparat EKG + wózek – 1 zestaw**

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Parametr oceniany
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku	TAK (podać)	Bez punktacji
	Typ/model, producent, kraj	podać	Bez punktacji
<b>Wymagania szczegółowe:</b>			
1.	Aparat 12 - kanałowy	TAK	Bez punktacji
2.	Jednoczesne monitorowanie wszystkich 12 odprowadzeń	TAK	Bez punktacji
3.	Ekran dotykowy: LCD IPS min. 10,1"	TAK (podać)	Bez punktacji
4.	Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800px	TAK (podać)	Bez punktacji
5.	Pamięć wewnętrzna funkcjonalność – przechowywanie do 100 000 badań	TAK (podać)	Bez punktacji
6.	Wydruk na papierze termicznym do wyboru: rolka 210mm, rolka 112mm lub składanka A4	TAK	Bez punktacji
7.	2 rolki papieru wewnątrz aparatu	TAK	Bez punktacji
8.	Wirtualnie wyświetlana klawiatura alfanumeryczna	TAK	Bez punktacji
9.	Praca w trybie ręcznym i automatycznym	TAK	Bez punktacji
10.	Pełna detekcja kardiostymulatorów	TAK	Bez punktacji
11.	Wbudowana drukarka termiczna	TAK	Bez punktacji
12.	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej poprzez USB	TAK	Bez punktacji
13.	Możliwość wydruku badania na dowolnej drukarce sieciowej Wi-Fi	TAK	Bez punktacji
14.	Tryb oszczędzania baterii	TAK	Bez punktacji
15.	Możliwość synchronizacji wielu aparatów	TAK	Bez punktacji
16.	Moduł zdalnego serwisu, tzw. asystent online (diagnostyka aparatu i wsparcia techniczne na odległość przez internet)	TAK	Bez punktacji
17.	Bezprzewodowy moduł transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografu	TAK	Bez punktacji
18.	Szyfrowanie danych przechowywanych w aparacie	TAK	Bez punktacji
19.	Możliwość podpięcia bezprzewodowej myszki i klawiatury	TAK	Bez punktacji
20.	Opcja klonowania ekranu za pomocą portu HDMI	TAK	Bez punktacji
21.	Funkcja dostosowywania poziomów częstotliwości próbkowania sygnału EKG do 32000 Hz	TAK (podać)	Bez punktacji
22.	Eksport / Import badań: HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCP	TAK	Bez punktacji
23.	Interfejs: WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, drukarki sieciowe	TAK	Bez punktacji
24.	Czas pracy na baterii: do 8h	TAK (podać)	Bez punktacji

25.	Wymiary: 343 x 295 x 170 mm +/-10%	TAK (podać)	Bez punktacji
26.	Waga: max 3,7 kg z baterią	TAK (podać)	Bez punktacji
27.	Blokada ekranu dotykowego bez konieczności wyłączenia aparatu celem dezynfekcji urządzenia.	TAK	Bez punktacji
	<b>Wypożyczenie:</b>	TAK	Bez punktacji
28.	elektrody kończynowe 4 sztuki	TAK	Bez punktacji
29.	elektrody przedsercowe 6 sztuk	TAK	Bez punktacji
30.	kabel EKG	TAK	Bez punktacji
31.	papier 1 rolka	TAK	Bez punktacji
32.	żel do EKG	TAK	Bez punktacji
33.	wózek pod oferowany aparat EKG	TAK	Bez punktacji
<b>Warunki gwarancji i serwisu:</b>			
34.	Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw	TAK (podać w Formularzu ofertowym)	24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt
35.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	Bez punktacji
36.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	Bez punktacji
<b>Inne:</b>			
37.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa	TAK	Bez punktacji
38.	Oznakowanie CE	TAK	Bez punktacji
39.	Wyrób medyczny	TAK	Bez punktacji