

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Grupa 3: Przystawka do biopsji przekroczonej - 1 szt.

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr Wymagany	Parametr oceniany
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku	TAK (podać)	Bez punktacji
2.	Typ/model, producent, kraj	podać	Bez punktacji
Wymagania szczegółowe:			
3.	Przystawka do biopsji przekroczonej do głowicy CONVEX kompatybilna z posiadanym aparatem USG ARTIETTA 750 VE	TAK	Bez punktacji
Warunki gwarancji i serwisu:			
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK (podać w Formularzu ofertowym)	24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt
5.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	Bez punktacji
6.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	Bez punktacji
Inne:			
7.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa	TAK	Bez punktacji
8.	Oznakowanie CE	TAK	Bez punktacji
9.	Wyrób medyczny	TAK	Bez punktacji