

Załącznik nr 1-5 do SWZ
Grupa 5: Myjnia – dezynfektor - 1 szt.

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Parametr oceniany
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku	TAK (podać)	Bez punktacji
2.	Typ/model, producent, kraj	podać	Bez punktacji
	Wymagania szczegółowe:		
3.	Kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni.	TAK	Bez punktacji
4.	Wymiary (szer.głęb.wys.) zewnętrzne myjni, max.: 700x800x2300 mm.	TAK (podać)	Bez punktacji
5.	Wymiary (szer.głęb.wys.) komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm	TAK (podać)	Bez punktacji
6.	Pojemność minimum: 10 tac o wymiarach 540x260x50 mm.	TAK (podać)	Bez punktacji
7.	Dezynfekcja termiczna 90 i 93 °C, możliwość sterowania wartością Ao.	TAK	Bez punktacji
8.	Wolnostojąca, nieprzelotowa	TAK	Bez punktacji
9.	Obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej.	TAK	Bez punktacji
10.	Myjnia – dezynfektor wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	Bez punktacji
11.	Energooszczędny układ ogrzewania wody	TAK	Bez punktacji
12.	Jednodrzwiowa, drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone.	TAK	Bez punktacji
13.	System dystrybucji wody z jednopunktowego przyłącza wózka załadowniczego, znajdujący się na dnie komory.	TAK	Bez punktacji
14.	Miejsce na min. 3 kanistry 5 litrowe ze środkami chemicznymi w obrysie myjni.	TAK (podać)	Bez punktacji
15.	Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do obsługi urządzenia po stronie załadownczej.	TAK (podać)	Bez punktacji
16.	Komunikaty wyświetlane w języku polskim.	TAK	Bez punktacji
17.	Wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie dotykowym na stronie załadownczej	TAK	Bez punktacji
18.	Wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym.	TAK	Bez punktacji
19.	Archiwizacja w sterowniku urządzenia min. 15 tys. ostatnich raportów procesu	TAK (podać)	Bez punktacji
20.	Możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni.	TAK	Bez punktacji
21.	Liczba programów mycia dezynfekcji minimum 20, w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.	TAK (podać)	Bez punktacji
22.	Możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika.	TAK	Bez punktacji
23.	Min. 2 pompy dozujące środki chemiczne.	TAK (podać)	Bez punktacji
24.	Min. 2 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego.	TAK (podać)	Bez punktacji

25.	Min. 2 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5 litrowych).	TAK (podać)	Bez punktacji
26.	Przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej.	TAK	Bez punktacji
27.	Pomiar temperatury przy pomocy czujników min. PT 100.	TAK (podać)	Bez punktacji
28.	Oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia.	TAK	Bez punktacji
29.	Wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz	TAK	Bez punktacji
30.	Interfejs sieciowy RJ 45	TAK	Bez punktacji
31.	Serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i online poprzez dostęp internetowy.	TAK	Bez punktacji
32.	Wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu o szerokości min. 10 cm.	TAK (podać)	Bez punktacji
33.	Wyłącznik awaryjny na panelu po stronie załadowniczej.	TAK	Bez punktacji
34.	Możliwość użytkowania środków różnych producentów również w okresie gwarancji.	TAK	Bez punktacji
35.	Przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz, moc max. 15 kW	TAK (podać)	Bez punktacji
36.	Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.	TAK	Bez punktacji
37.	Wózek transportowy (kompatybilny z oferowaną myjnią oraz posiadaną przez Zamawiającego myjnią Uniclean PL II 10) do załadunku i rozładunku komory, myjnia wyposażona w system dokowania wózka transportowego – 1 szt.	TAK	Bez punktacji
38.	Wózek załadowniczy (kompatybilny z oferowanym wózkiem transportowym oraz posiadanym przez Zamawiającego wózkiem transportowym i posiadaną myjnią Uniclean PLII 10), do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 8 tac o wymiarach min 480x255x100 mm (dł. x szer. x wys.), z możliwością doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 1 szt.	TAK (podać)	Bez punktacji
Inne			
39.	Oznakowanie CE	TAK	Bez punktacji
40.	Wyrób medyczny	TAK	Bez punktacji
41.	Zamontowanie myjni z niezbędnymi połączeniami instalacyjnymi: <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego 3f z odpowiednim zabezpieczeniem, wyłącznikiem i gniazdem z lokalnej rozdzielni do miejsca użytkowania, – wykonanie kanału wentylacji mechanicznej wyciągowej - lokalnie włączenie do istniejącej – wykonanie podłączenia wodnego - lokalne rozgałęźniki. 	TAK	Bez punktacji
Warunki gwarancji i serwisu:			
42.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK (podać w Formularzu ofertowym)	24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt

43.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	Bez punktacji
44.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	Bez punktacji
45.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa	TAK	Bez punktacji
46.	Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem)	TAK	Bez punktacji
47.	Karta gwarancyjna (dostarczyć wraz z urządzeniem)	TAK	Bez punktacji
48.	Wykaz punktów serwisowych (dostarczyć wraz z urządzeniem)	TAK	Bez punktacji
49.	Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych (dostarczyć wraz z urządzeniem)	TAK	Bez punktacji