

## Załącznik nr 1-9 do SWZ

### Grupa 9: Myjnia ultradźwiękowa - 1 szt.

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Parametr oceniany
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025	TAK (podać)	Bez punktacji
2.	Typ/model, producent, kraj	podać	Bez punktacji
3.	Myjnia ultradźwiękowa wymiar wew. wanny min. 550x300x200mm, wymiary zew. 675x480x355 mm, materiał komory stal nierdzewna, częstotliwość 40khz, regulator temperatury 20-80°C, programator czasowy z układ 0-99 min, pokrywa komory myjącej	TAK (podać)	Bez punktacji
Warunki gwarancji i serwisu:			
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK (podać w Formularzu ofertowym)	24 miesiące – 0 pkt 36 miesiące – 5 pkt
5.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	Bez punktacji
6.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	Bez punktacji
7.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa	TAK	Bez punktacji