

## Załącznik nr 3-2 do SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Specjalistyczny  
im. Edmunda Biernackiego  
ul. Żeromskiego 22  
39-300 Mielec  
NIP: 8171750893  
REGON: 000308637  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ  
ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**sprzedaż i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego  
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,  
SzS.ZP.261.76.2025**

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia o poniższych parametrach:

**Grupa 2: Aparat EKG + wózek – 1 zestaw**

L.p.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Parametr wymagany	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „parametr wymagany”)
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku	TAK (podać)	
	Typ/model, producent, kraj	podać	
Wymagania szczegółowe:			

1.	Aparat 12 - kanałowy	TAK	
2.	Jednoczesne monitorowanie wszystkich 12 odprowadzeń	TAK	
3.	Ekran dotykowy: LCD IPS min. 10,1"	TAK (podać)	
4.	Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800px	TAK (podać)	
5.	Pamięć wewnętrzna funkcjonalność – przechowywanie do 100 000 badań	TAK (podać)	
6.	Wydruk na papierze termicznym do wyboru: rolka 210mm, rolka 112mm lub składanka A4	TAK	
7.	2 rolki papieru wewnątrz aparatu	TAK	
8.	Wirtualnie wyświetlana klawiatura alfanumeryczna	TAK	
9.	Praca w trybie ręcznym i automatycznym	TAK	
10.	Pełna detekcja kardiotymulatorów	TAK	
11.	Wbudowana drukarka termiczna	TAK	
12.	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej poprzez USB	TAK	
13.	Możliwość wydruku badania na dowolnej drukarce sieciowej Wi-Fi	TAK	
14.	Tryb oszczędzania baterii	TAK	
15.	Możliwość synchronizacji wielu aparatów	TAK	
16.	Moduł zdalnego serwisu, tzw. asystent online (diagnostyka aparatu i wsparcia techniczne na odległość przez internet)	TAK	
17.	Bezprzewodowy moduł transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografu	TAK	
18.	Szyfrowanie danych przechowywanych w aparacie	TAK	
19.	Możliwość podpięcia bezprzewodowej myszki i klawiatury	TAK	
20.	Opcja klonowania ekranu za pomocą portu HDMI	TAK	
21.	Funkcja dostosowywania poziomów częstotliwości próbkowania sygnału EKG do 32000 Hz	TAK (podać)	
22.	Eksport / Import badań: HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCP	TAK	
23.	Interfejs: WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, drukarki sieciowe	TAK	
24.	Czas pracy na baterii: do 8h	TAK (podać)	
25.	Wymiary: 343 x 295 x 170 mm +/-10%	TAK (podać)	
26.	Waga: max 3,7 kg z baterią	TAK (podać)	
27.	Blokada ekranu dotykowego bez konieczności wyłączenia aparatu celem dezynfekcji urządzenia.	TAK	
	<b>Wyposażenie:</b>	TAK	
28.	elektrody kończynowe 4 sztuki	TAK	

29.	elektrody przedsercowe 6 sztuk	TAK	
30.	kabel EKG	TAK	
31.	papier 1 rolka	TAK	
32.	żel do EKG	TAK	
33.	wózek pod oferowany aparat EKG	TAK	
<b>Warunki gwarancji i serwisu:</b>			
34.	Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy.	TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych	
35.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
<b>Inne:</b>			
36.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa	TAK	
37.	Oznakowanie CE	TAK	
38.	Wyrób medyczny	TAK	

.....  
(podpis Wykonawcy  
lub jego uprawnionego przedstawiciela)