

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa wyposażenia pracowni Collegium Medicum UJK”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) - dalej PZP

Nr postępowania: KU.2301. 147. 2025

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zatwierdzam:

.....

REKTOR

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277; Adres strony internetowej : www.ujk.edu.pl

Rozdział 2. Adres strony internetowej na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2550f327-f118-496e-a126-fe0d788d072b>

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Niniejsze zamówienie jest kontynuacją części zamówienia ujętego w planie postępowań na 2025 rok (poz. 2.2.10);
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni Collegium Medicum tj. :

CZĘŚĆ 1 :

1. Modele do nauczania anatomii 1 komplet
2. Trenażer do wkluc zewnatrzoponowych i rdzeniowych 2 sztuki
3. Symulator do nauki osluchiwania 1 sztuka
4. Modele szkieletu czlowieka 9 sztuk

CZĘŚĆ 2 :

- 2.1. mikroskopy z wyposazeniem 10 kompletow
- 2.2. mikroskop odwrocony z kamera i systemem analizy obrazu 2 sztuka
- 2.3. Inkubator CO2 1 sztuka
- 2.4. Pipety 8 kanałowe 9 sztuk
- 2.5. Zestaw pipet jednokanałowych 2 komplety (kazdy po 6 sztuk)
- 2.6. Statyw do pipet 1 komplet
- 2.7. Płuczka do ELISA 1 sztuka
- 2.8. Zestaw pipet wielokanałowych 10 sztuk + statyw 2 sztuki - 1 komplet

CZĘŚĆ 3 :

- 1.1. Inkubator z wytrzasaniem 1 sztuka

CZĘŚĆ 4:

- 4.1. Homogenizator z adapterami 1 sztuka

CZĘŚĆ 5:

- 5.1. Zamrazarka niskotemperaturowa 1 sztuka
- 5.2. Chlodziarko-zamrazarka 1 sztuka
- 5.3. Zamrazarka laboratoryjna 1 sztuka

CZĘŚĆ 6:

- 6.1. Zaklejarka taśmowa dla wysokiej jakości preparatów do skanowania 2 sztuki
- 6.2. Drukarka laserowa do szkielek preparatów 1 sztuka

CZĘŚĆ 7 :

7.1. szafy archiwalne do przechowywania materiału biologicznego w postaci kostek parafinowych – 6 sztuk

CZĘŚĆ 8 :

8.1. Modele embriologiczne 1 komplet

CZĘŚĆ 9 :

9.1. Rozbudowa mikroskopu konsultacyjnego NIKON do 5 stanowisk 1 komplet

2. Kod CPV:

34152000-7 Symulatory szkoleniowe

391622000 - Trenażery

38510000-3 Mikroskopy

33152000-0 Inkubatory

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

38437120-4 Stojaki na pipety

33191110-9 Autoklawy

38436600-6 Homogenizatory zanurzeniowe

39711120-6 Zamrażarki

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

30232110-8 Drukarki laserowe

39180000-7 Meble laboratoryjne

Pozostałe informacje – dotyczy każdej części

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- transportu dostarczonego sprzętu do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;
- wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego ;
- podłączenia / montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu – w celu wykazania poprawności działania

- świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu, na zasadach określonych w umowie.

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt określony został w załączniku nr 1. (Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż wskazany w załączniku nr 1 zostaną odrzucone).
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, musi pochodzić z bieżącej produkcji tzn. musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
7. Dostarczony sprzęt powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę jego przeznaczenie.
8. Dostarczony sprzęt musi w dniu dostawy posiadać kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi (w wersji papierowej) oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego są zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
9. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcja obsługi może być dodatkowo zapisana na DVD, CD lub pendrive).
10. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w sposób zapewniający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z uwzględnieniem zasad wynikających z:
 - 1) Ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z 4 kwietnia 2019, Dz.U. 2019 poz. 848, z późn.zm. Dz.U. 2023 poz. 511);
 - 2) Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (z 19 lipca 2019, Dz. U. 2019 poz. 1696);
 - 3) Standardami dostępności dla polityki spójności (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych);

- 4) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (sporządzona w Nowym Jorku w 2006 roku, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku, Poz. 1169).

UWAGA:

W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta sprzęt można zastąpić równoważnym, który nie będzie gorszy niż ten wskazany w SWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w SWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sprzętu oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną lub kilka części zamówienia, dowolnie według wyboru wykonawcy.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
15. Zamawiający na podstawie art.462 ust.2 PZP żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znani).

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
17. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19. Dostawę należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z umową oraz niniejszą SWZ.
20. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą nw. Przedmiotowe środki dowodowe :
 - 1) szczegółowy opis oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych, z podaniem nazwy, modelu i producenta oferowanego sprzętu. Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 1 do SWZ.

Wymagana forma: w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany sprzęt spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia – dotyczy każdej części zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na : 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu.
3. Miejsce realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego – UJK w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 19, do pomieszczeń wskazanego przez Zamawiającego.
4. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia wykonawcy – dotyczy każdej części zamówienia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1 w art. 108 ust. 1 PZP, tj. :

- a. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
 - iii. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- iv. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- v. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
- vi. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- vii. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- b. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- c. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- d. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - e. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - f. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 1.2. w art. 109 ust. 1** – w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art.109 ust.1 pkt. 4);
- 1.3. w art. 7 ust. 1** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
- 1.4. w art. 5k** rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1)
- 2.** Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz art.109 ust.1 pkt.4) jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy każdej części zamówienia

1. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

- 1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835); oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1)
- 1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- 1.3. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał

pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku, kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych – dotyczy każdej części zamówienia

1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w Rozdziale 7 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ w pkt. 9 (poniżej)
3. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

4. JEDZ sporządza odrębnie:

- 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- 2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- 3) podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca.

5. Wykonawca może sporządzić oświadczenie JEDZ za pośrednictwem systemu dostępnego poprzez stronę internetową <https://espd.uzp.gov.pl/> lub

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

6. Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik nr 4 do SWZ), w wersji edytowalnej. Formularz JEDZ należy wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisanie ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

7. W Części IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

8. Do oferty wykonawca załącza również:

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

Wymagana forma:

oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji na

zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku.

- 3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;
- 4) Szczegółowy opis oferowanego sprzętu – zgodnie z Rozdziałem 5 SWZ ;
- 5) Oświadczenie wstępne wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) – dotyczy również podwykonawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega;
- 6) Oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 - dotyczy również podwykonawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega;
9. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP , dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP
- f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835)
- g) art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.9 ppkt.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt.9 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

11. Dokument, o którym mowa w ppkt 2) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.11.

13. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

14. W zakresie nieuregulowanym PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

I. Informacje ogólne

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: [strona główna platformy e-Zamówienia](#) oraz poczty elektronicznej bkotras@ujk.edu.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są:
 - 1) w sprawach proceduralnych: Barbara Kotras, e-mail: bkotras@ujk.edu.pl
4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe

informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
 - 1) Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
 - 2) Inne.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 22/4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
13. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu dot. środków komunikacji elektronicznej.
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

II. Przygotowanie i złożenie oferty:

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Oferta winna być złożona w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w SWZ. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane podpisem kwalifikowanym.
4. Dokumenty/pliki podpisane przez osoby umocowane należy złożyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty

musi odpowiadać treści SWZ.

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa).

III. Pozostałe informacje

1. Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest Barbara Kotras email: bkotras@ujk.edu.pl
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania KU.2301.144.2025
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ
6. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 11. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni**, tj. **do dnia: 5.05.2026r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Wykonawca składa wiążącą ofertę przez przekazanie **wypełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, przygotowanego przez Zamawiającego** i zamieszczonego na stronie internetowej postępowania. **Ofertę** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4. **Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; oświadczenie dotyczące wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1),

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1)

- 2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; (jeżeli dotyczy);
- 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
- 4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie (jeżeli dotyczy);
- 5) Wykaz oferowanego sprzętu; Jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy produktów o równoważnych cechach jakościowych do produktów wskazanych w SWZ - Wykonawca do oferty załączy przedmiotowy środek dowodowy, którym dla Zamawiającego jest np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu w języku polskim, potwierdzająca spełnianie równoważności przez oferowany sprzęt wymagań Zamawiającego. Wymagania równoważności: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać określone w załączniku parametry na poziomie minimum, lub wyższe parametry jakościowe niż sprzęt wskazany przez zamawiającego.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

6. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium – dotyczy każdej części

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdział 14. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 5.02.2026 r. **do godziny 10:00**.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 15. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 5.02.2026 r. **o godzinie 10:30** na Platformie eZamawiający
2. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 16. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę ofertową na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Podana w ofercie cena brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7. Zamawiający będzie ubiegał się o dokument upoważniający do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia VAT zgodnie z aktualną podstawową stawką podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na urządzenia „0% VAT”, Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość naliczonego podatku.

Rozdział 17. Opis kryteriów oceny ofert

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag (dotyczy każdej części)

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	cena brutto	60%	60
2	Wydłużenie gwarancji	30%	30
3	Termin dostawy	10%	10

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1) Sposób oceny ofert dla kryterium nr 1 - cena brutto (1):

najniższa oferowana cena brutto

----- x 60 pkt

cena brutto badanej oferty

2) Sposób oceny ofert dla kryterium nr 2 - wydłużenie gwarancji i rękojmi (2):

Za zaproponowanie gwarancji wymaganej przez zamawiającego w załączniku nr 1 oferta otrzyma 0 pkt. Za każdy miesiąc wydłużenia gwarancji oferta otrzyma 1 pkt; oznacza to że za zaproponowanie gwarancji dłuższej od wymaganej o 30 miesięcy i więcej oferta otrzyma 30 pkt.

3) Sposób oceny oferty dla kryterium nr 3 - termin dostawy (3) :

Za zaproponowanie terminu 30 dni kalendarzowych oferta otrzyma 0 pkt.

Za skrócenie terminu dostawy o:

- 5 dni oferta otrzyma 5 punktów;
- 10 dni i więcej oferta otrzyma 10 punktów.

Oferta z terminem dostawy dłuższym niż 30 dni kalendarzowych zostanie odrzucona.

Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

$$D = (1) + (2) + (3)$$

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP i niniejsze SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która zawiera niższą cenę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien Przedłożyć:

- 1) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- 2) umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 20. Informacje dotyczące treści umowy

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w szczególności w poniższych przypadkach :
 - 4.1. Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 - 4.2. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3. Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).

4.4. Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub wykazać że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.462 ust.7)

- 4.5. zmiana sprzętu jeżeli zaproponowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub zastąpiony nowszą wersją – pod warunkiem, że nie będzie gorszy niż ten wskazany w SWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełni wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Taka zmiana nie może skutkować zwiększeniem ceny za dostarczany sprzęt. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
- 4.6. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdział 22. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” oraz w związku Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 niniejszym informujemy, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl.
- 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku finansowania ze środków europejskich przez okres realizacji projektu oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji projektowej i trwałości projektu, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021–2027 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.
- 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

- b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem,

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Wzór oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 5- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – wzór

Załącznik nr 6 Oświadczenie (dot. art.5 k i art. 7 ust.1)

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą

Komisja akceptuje treść specyfikacji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć 1				
L p	Nazwa asortymentu	Ilość	Jed-nostka	OPIS TECHNICZNY
1	2	3	4	5
1.	Modele do nauczania anatomii	1	komple t	<p>Model do nauki badania prostaty - 1 sztuka Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Replika miednicy męskiej naturalnych rozmiarów z fragmentem części brzusznej oraz proksymalnymi fragmentami ud; – Trenażer powinien zawierać co najmniej 4 wymienne modele prostaty (o różnym stopniu zaawansowania nowotworu), które można umieszczać wewnątrz miednicy; – Trenażer powinien być wykonany ze skóropodobnego materiału, przypominającym w wyglądzie ludzką skórę; – Zestaw powinien zawierać co najmniej: 1x trenażer w postaci miednicy męskiej, 4 wymienne wkładki gruczołowe opisane o różnym stadium rozwoju nowotworu, gumowe rękawiczki, środek czyszczący. – Wymiary: 55x38x31cm (+/-10%), – Waga: 10kg (+/-2kg) <p>Model do nauki cewnikowania pęcherza – męski- 1 sztuka</p> <p>Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – do nauki katetyzacji pęcherza moczowego;

				<ul style="list-style-type: none"> – Powinien przedstawiać męską miednicę naturalnych rozmiarów wraz z genitaliami oraz proksymalnymi fragmentami ud; – Zachowana prawidłowa, anatomiczna pozycja pęcherza moczowego i genitaliów; – Pęcherz zaprojektowany tak aby zapewnić prawidłową, anatomiczną i nieprzerwaną drogę cewki moczowej od ujścia do szyjki pęcherza; – Kształt pęcherza zaprojektowany tak aby uniknąć nierealistycznego oporu; – Trenażer powinien umożliwiać także naukę palpacji tylnej części pęcherza w celu prawidłowej oceny głębokości zakładania cewnika; – Powinien posiadać zawór, który zapobiega nierealistycznemu oporowi podczas zakładania cewki do pęcherza; – Pęcherz powinien być transparentny co umożliwi studentom obserwację położenia i głębokości cewnika; – Pęcherz łatwo powinien łączyć się z workiem na plyn, który zapewnia "naturalny przepływ" moczu po prawidłowo wykonanym zabiegu cewnikowania; – Wkładka męskich genitaliów powinna zawierać wymienny napletek o niezwykle realistycznej ruchliwości, umożliwiający trening wycofywania, obsługi i innych procedur higienicznych; – Wszystkie cztery strefy cewki moczowej o prawidłowym, anatomicznym kształcie, generujące realny opór podczas cewnikowania;
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> – W zestawie ma być dołączony pasek, który po przymocowaniu, imitować będzie zwężenie prostaty spowodowane np. chorobą nowotworową stercza. <p>Model do nauki cewnikowania pęcherza – żeński- 1 sztuka.</p> <p>Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trenażer do nauki katetyzacji pęcherza moczowego; – Model kobiecej miednicy o naturalnej wielkości wraz z genitaliami oraz proksymalnymi fragmentami ud; – Zachowana prawidłowa, anatomiczna pozycja pęcherza moczowego i genitaliów; – Pęcherz ma być zaprojektowany tak aby zapewnić prawidłową, anatomiczną i nieprzerwaną drogę cewki moczowej od ujścia do szyjki pęcherza; – Wkładka płciowa ma być wykonana z trwałych materiałów przypominających ludzkie tkanki; – Kształt pęcherza ma być zaprojektowany tak aby uniknąć nierealistycznego oporu; – Trenażer powinien umożliwiać naukę palpacji tylnej części pęcherza w celu prawidłowej oceny głębokości zakładania cewnika; – Zawór, który zapobiegać będzie nierealistycznemu oporowi podczas zakładania cewki do pęcherza; – Pęcherz powinien być transparentny, co umożliwi studentom obserwację położenia i głębokości cewnika;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> – Pęcherz powinien łatwo łączyć się z workiem na płyn, który zapewnia "naturalny przepływ" moczu po prawidłowo wykonanym zabiegu cewnikowania; – Wkładka żeńskich genitaliów powinna posiadać realistyczne, elastyczne wargi sromowe, w celu doskonalenia umiejętności zlokalizowania ujścia cewki moczowej; – Wkładka żeńskich genitaliów powinna być tak zaprojektowana, aby ujście cewki moczowej nie było od razu oczywiste, podkreślając możliwość nieskutecznego cewnikowania; – Cewka moczowa powinna generować bardzo realistyczny opór podczas zakładania cewnika. <p>Model dystalnego fragmentu uda, dołu podkolanowego oraz proksymalnego fragmenty goleni – 2 sztuki</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model przestrzenny powinien przedstawiać dalszy koniec kości udowej oraz proksymalną część goleni w przekroju w części tylnej, aby uwidocznic budowę dołu podkolanowego oraz otaczającego go obszaru; – Model powinien przedstawiać przekrój przez mięśnie przedziału przedniego, tylnego i przyśrodkowego, z początkiem tętnicy i żyły podkolanowej w miejscu ich wejścia do dołu podkolanowego przez rozwór przywodziciela; – Model powinien przedstawiać struktury naczyniowo-nerwowe przebiegające w dole podkolanowym np. tętnice podkolanową, żyłę podkolanową, nerw
--	--	--	--	--

				<p>piszczelowy, nerw strzałkowy wspólny, nerw strzałkowy głęboki, nerw skórny przyśrodkowy łydki, nerw skórny boczny łydki, żyłę odpiszczelową, tętnicę piszczelową tylną, tętnicę piszczelową przednią, żyły strzałkowe);</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mięśnie, które powinien przedstawiać model: półścięgnisty, półbłoniasty, brzuchaty łydki, podkolanowy, podeszwowy; - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość/ wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka. - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami
--	--	--	--	--

				<p>(preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana)</p> <p>Model dołu łokciowego – 2 sztuki</p> <p>Model anatomiczny dołu łokciowego powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model anatomiczny dołu łokciowego przedstawiający powierzchowny przekrój dalszej części prawego ramienia i bliższej części przedramienia; – W modelu ma być usunięta skóra oraz tkanka podskórna w części przedniej, środkowej i bocznej, ukazując żyły powierzchowne (odłokciową, odpromieniową oraz pośrodkową łokcia), a także nerwy (pośrodkowy, skórne boczne oraz skórne tylne przedramienia). - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość/ wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka. - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (wraz z opisem anatomicznym w j. angielskim lub polskim);
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model stopy - 1 sztuka</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model powinien przedstawiać zarówno powierzchowne, jak i głębokie struktury dalszej części lewej kończyny dolnej i stopy; – W tylnej części mięśnie i struktury nerwowo-naczyniowe powinny być usunięte, aby wyizolować ścięgno Achillesa i odsłonić trzon kości piętowej; – Przyśrodkowo widoczne powinny być ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego i zginacza długiego palców; – Po przyśrodkowej stronie stopy widoczne powinny być: mięsień przywodziciel palucha, mięsień przyśrodkowa głowa zginacza krótkiego palucha i mięsień zginacz krótki palców; – Na grzbiecie stopy powinien być zachowany troczek prostowników oraz tętnica piszczelowa przednia; – Po stronie bocznej widoczne powinny być ścięgna mięśni strzałkowych wraz z ich troczkami;
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> – Na bocznej krawędzi stopy powinien być odsłonięty mięsień odwodziciel palca małego. - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów / części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana) <p>Model ramienia, przedramienia oraz ręki - 2 sztuki</p> <p>Model anatomiczny kończyny górnej powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p>
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Model przedstawiać ma znaczącą część budowy kończyny górnej; - W dalszej części ramienia i w dole łokciowym widoczne mają być ścięgno bicepsa, tętnica ramienna oraz nerw pośrodkowy w ułożeniu od strony bocznej do przyśrodkowej; - Rozciągnięto mięśnia dwugłowego ramienia powinno być podzielone tak, aby przedstawione zostały jego struktury głębokie - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów / narządów / części ciała człowieka. - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd. - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny;
--	--	--	--	--

				<p>- Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana)</p> <p>Model Miednicy męskiej z proksymalnym fragmentem uda - 1 sztuka</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model przestrzenny lewej strony miednicy i bliższego końca kości udowej u mężczyzny (uwidocznione w płaszczyźnie środkowej ciała w linii pośrodkowej oraz poprzecznie przez krążek międzykręgowy L3/4) przedstawiać ma powierzchowne i głębokie struktury miednicy mniejszej i większej, obszaru pachwiny i uda; • W przekroju poprzecznym uwidocznione mają być mięśnie leżące ponad osią, mięśnie ściany jamy brzusznej (mięsień prosty brzucha, mięsień skośny wewnętrzny i zewnętrzny brzucha, mięsień poprzeczny brzucha), mięsień lędźwiowy większy oraz mięsień czworoboczny lędźwi; • Oddzielone od siebie oraz od tkanki tłuszczowej powierzchownej warstwami powięziowymi, takimi jak pochewka mięśnia prostego brzucha oraz powięź piersiowo-lędźwiowa. • Mięsień lędźwiowy większy leżeć ma w pozycji bocznej do zewnętrznej tętnicy biodrowej, a lewa tętnica i żyła jądrowa widoczne mają być powierzchownie. Z boku (w dół), nerw biodrowo-pachwinowy, nerw skośny uda boczny oraz nerw
--	--	--	--	--

				<p>udowy mają znajdować się nad powierzchnią mięśnia biodrowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka' - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich; - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd. - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana) <p>Model Miednicy męskiej- 1 sztuka</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> – Model przestrzenny powinien przedstawiać dolną część tylnej ściany jamy brzusznej, jamę miednicy oraz koniec bliższy kości udowej.; – W modelu powinny być widoczne żyły biodrowe wspólne tworzące razem żyłę główną dolną; – Mięśnie biodrowe i lędźwiowe powinny być łatwe do identyfikowania; – Widoczne powinny być nerwy dołu biodrowego oraz ich przebieg, jak również przebieg nerwów płciowo-udowych na powierzchni mięśnia lędźwiowego; – Moczowody w oczekiwanym modelu powinny przechodzić również na powierzchni mięśnia lędźwiowo--udowego i z części bocznej do przyśrodkowej; – Tętnice biodrowe zewnętrzne oraz żyły przechodzące wzdłuż wchodu miednicy powinny być dobrze uwidocznione, podobnie jak nasieniowód przechodzący przez wchód z pierścienia pachwinowego głębokiego do miednicy; - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka; - Model anatomiczny powinien być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób),
--	--	--	--	---

				<p>dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd. - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana) <p>Model Miednicy żeńskiej – 1 sztuka</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pełnowymiarowy i szczegółowy model przekroju miednicy żeńskiej, – Powinien być wykonany w technologii druku 3D, najlepiej odwzorowany na dokładnym preparacie prosektoryjnym, wykorzystanym do obrazowania; Lub odwzorowany w minimum 97% na preparacie prosektoryjnym, wykorzystanym do obrazowania; – Powinien przedstawiać miednicę kobiety, podzieloną wzdłuż płaszczyzny środkowej ciała i poprzecznej na poziomie kręgu L4, bliższego kości udowej; – Model powinien zawierać struktury głębokie miednicy mniejszej i większej, pachwinę trójkąt udowy i okolicę pośladka; - Model powinien być nieruchomy, wykonany z twardego materiału;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/narządów / części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami prosektoryjnymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model Stawu Kolanowego – 2 sztuki</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pełnowymiarowy i szczegółowy model stawu kolanowego człowieka; – Przedstawiać ma staw kolanowy wraz z więzadłami w pozycji zgięciowej;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> – Z przodu, po usunięciu rzepki i części więzadła rzepki, widoczne mają być łąkotka przyśrodkowa i boczna oraz więzadło krzyżowe w widoku od przodu i od tyłu; - Model powinien być nieruchomy, wykonany z twardego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów / narządów / części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd. - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny. - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami prosektoryjnymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model Kończyny dolnej – 1 sztuka</p>
--	--	--	--	--

				<p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model przestrzenny powinien przedstawiać przekrój głęboki miednicy i uda po stronie lewej (lub prawej), uwidaczniając przebieg tętnicy udowej oraz nerwu kulszowego od części bliższej do środkowej części trzonu kości udowej; – W oczekiwanym modelu, w części bliższej miednica ma być podzielona wzdłuż płaszczyzny środkowej ciała z usuniętymi narządami miednicy; – W modelu, w miednicy mięsień guziczny powinien rozciągać się pomiędzy częścią krzyżową kręgosłupa i kolcem biodrowym a tętnicą zasłonową i nerwem zasłonowym uchodzącym do kanału zasłonowego górnego do błony zasłonowej; - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów / narządów / części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę
--	--	--	--	---

				<p>lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model Stopy – 1 sztuka</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model przestrzenny przedstawiający zarówno powierzchniowe, jak i głębokie struktury dalszej części prawej kończyny dolnej i stopy; - W części bliższej, tylna część kończyny dolnej ma być rozcięta z usunięciem mięśnia trójgłowego i ścięgna Achillesa, aby ukazać głębokie mięśnie (mięsień piszczelowy tylny, mięsień zginacz długi palców, mięsień zginacz długi palucha); - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich; - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne
--	--	--	--	---

				<p>danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model Pnia Mózgu - 3 sztuki</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przedstawiać kilka struktur głębokich mózgu i międzymózgowia do bliższej części rdzenia przedłużonego – U góry, po prawej stronie modelu, widoczne powinno być jądro soczewkowate, a wieniec promienisty torebki wewnętrznej prezentowany jest wokół. – Po lewej stronie modelu ma być niewidoczne jądro soczewkowate, ale głowa i trzon jądra ogoniastego widoczne mają być przyśrodkowo obustronnie. - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału;
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Wielkość/ wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich; - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model Półkuli Mózgu – 2 sztuki</p> <p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model przestrzenny stanowić ma hemisekcję przez płaszczyznę środkową przez cały mózg, z zachowaniem budowy prawej strony i głębokich struktur mózgu oraz przestrzeni widocznych przyśrodkowo;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Z boku prawa półkula mózgu i mózdzku pokryte mają być pajęczynówką; - Pośrodkowo zachowane mają być obszary mózgu od kresomózgowia do rdzenia przedłużonego; - Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; - Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka; - Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich; - Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w j. angielskim lub polskim; - Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd. - Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; - Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model przekroju strzałkowego przez głowę z dołem podskroniowym 1 sztuka</p>
--	--	--	--	--

				<p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model anatomiczny głowy i szyi, powinien ukazywać perspektywę jamy wewnątrzczaszkowej bez mózgu, a także boczny przekrój włączając budowę szyi; – W modelu, w płaszczyźnie środkowej ciała usunięcie mózgu (oraz zobrazowanie rdzenia podłużnego u dołu) ma pozwalać na pełny widok opony twardej wyściełającej jamę wewnątrzczaszkową, włączając namiot mózdzku rozciągający się od zatoki poprzecznej do przyczepu wyrostka klinowego kości klinowej; – Model powinien być wykonany z twardego, sztucznego materiału i nieruchomy; – Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów, narządów/ części ciała człowieka; – Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich, zawiera jednak reprezentatywne struktury anatomiczne człowieka a także inne struktury, które są trudne do zwizualizowania na preparatach prosektoryjnych a które są potrzebne do nauczania anatomii człowieka. – Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim);
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> – Model anatomiczny powinien być wykonany w materiale przypominającym twardą żywicę lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd; – Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; – Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami prosektoryjnymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana). <p>Model plastrowy głowy – 3 sztuki</p> <p>Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Model anatomiczny głowy człowieka naturalnej wielkości; – Powinien posiadać co najmniej 12 części (plastrów) - pociętych poziomo (płaszczyzna poprzeczna), co daje wyobrażenie o działaniu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego; – Każdy plaster (część) ma mieć możliwość obrócenia i zdemontowania w celu dokładniejszej analizy; – Wszystkie struktury, w tym mięśnie, organy głowy, nerwy, zakręty i bruzdy mózgu, powinny być ponumerowane i zidentyfikowane na dołączonej karcie klucza w języku polskim (dopuszcza się język angielski); <p>- Wymiary : 25x18x24cm (+/-10%);</p> <p>- Waga: 3kg (+/-500g)</p> <p>Model serca – 3 sztuki</p>
--	--	--	--	--

				<p>Model anatomiczny powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model przestrzenny przedstawiający serce osoby dorosłej o normalnym kształcie z lekkim przekrojem do nasierdžia, celem uwidocznienia tętnic wieńcowych i żył serca; • U podstawy modelu serca powinny być widoczne końcowe obszary żyły głównej górnej i żyła nieparzysta przed ujściem do prawego przedsionka; • Łuk aorty bezpośrednio przyległy do żyły głównej górnej powinien być zachowany wraz z elementami łuku aorty i tętnicami; • Model ma być nieruchomy, wykonany z twardego i sztucznego materiału; • Wielkość / wymiary modelu anatomicznego powinna być zbliżona do średniej wielkości wymiarów organów/ narządów/ części ciała człowieka; • Model anatomiczny ma być wykonany ze sztucznego materiału, który nie zawiera tkanek ludzkich. • Model anatomiczny ma być opracowany, zaprojektowany i wykonany jako fragment ciała człowieka przedstawiający struktury anatomiczne danego rejonu w poprawnych anatomicznych lokalizacjach i położeniach (nie w stylizowany sposób), dostarczony wraz z opisem anatomicznym w języku polskim (dopuszcza się opis w języku angielskim); • Model anatomiczny powinien być wykonany w sztucznym materiale przypominającym twardą żywicę
--	--	--	--	--

				<p>lub kompatybilnym, nadającym twardą oraz gładką konsystencję i lekko błyszczący wygląd;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model anatomiczny powinien być pokryty lakierową powłoką ochronną zabezpieczającą model oraz wzmacniającą efekt wizualny; • Dokładność modelu anatomicznego powinna być porównywalna (1 do 1) z oryginalnymi wzorami (preparatami mokrymi) – prawdziwa anatomia człowieka (niestylizowana).
2.	trenażer do wkłuć zewnątrzoponowych i rdzeniowych	2	Sztuki	<p>Model do nauki wkłuć zewnątrzoponowych i rdzeniowych</p> <p>Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trenażer do ćwiczenia wstrzykiwania znieczulenia miejscowego, techniki aseptycznej, wprowadzania igły między kręgi, nakłucia lędźwiowego i znieczulenia zewnątrzoponowego; – W zestawie ma być wymienna wkładka do rdzenia kręgowego zawierająca warstwę skóry, warstwę podskórną, tkankę łączną i kręgi lędźwiowe; – Cechy anatomiczne powinny obejmować: grzebień biodrowy, kręgi lędźwiowe L2 – L5, więzadło żółte, przestrzeń nadtwardówkową i oponę twardą; – Ma mieć możliwość wprowadzenia igły pomiędzy kręgi; – Ma mieć realistyczny opór igły, w tym trzaski, gdy igła przechodzi przez więzadło żółte i oponę twardą; – Ma mieć samoregenerującą się skórę;

				<ul style="list-style-type: none"> – Trenażer powinien być kompatybilny z igłami typu 18G oraz – Symulowany płyn mózgowo-rdzeniowy powinien dać się napełniać w łatwy sposób podobnie jak funkcja ustawiania ciśnienia płynu, co umożliwi pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego i mierzenie ciśnienia otwarcia płynu mózgowo-rdzeniowego; – System ciśnieniowy ma być prosty w obsłudze za pomocą przycisku w celu zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia; - Dioda LED wyświetlać ma nastawę ciśnienia w zakresie od niskiego, średniego do wysokiego ciśnienia; – Ma umożliwiać przećwiczenie procedury w pozycji leżącej na lewym boku lub w pozycji siedzącej; - Trenażera ma mieć możliwość używania do symulacji techniki aseptycznej i znieczulenia miejscowego w miejscu nakłucia.
3.	symulator do nauki osłuchiwania	1	Sztuka	<p>Model do nauki osłuchiwania serca i płuc Trenażer powinien charakteryzować się co najmniej następującymi cechami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trenażer w postaci torsu osoby dorosłej płci męskiej zachowujący cechy anatomicznej budowy torsu męskiego - Realistycznie odwzorowany tors z niewidocznymi punktami osłuchowymi: • dla płuc co najmniej 4 miejsca w przedniej części klatki piersiowej, 1 w linii środkowo pachowej oraz 9 miejsc w tylnej części klatki piersiowej; • dla serca co najmniej 5 miejsc osłuchowych w przedniej części klatki piersiowej;

				<ul style="list-style-type: none"> - Powinien umożliwiać naukę i trening osłuchiwania dźwięków serca i płuc za pomocą dedykowanego stetoskopu dostarczanego razem z zestawem; - Trenażer powinien umożliwiać osłuchiwania 10 różnych dźwięków serca oraz 12 różnych dźwięków płuc; - Powinien posiadać możliwość wyboru dźwięków serca i płuc poprzez bezprzewodowy kontroler na odległości; - Zestaw ma zawierać : 1 tors do osłuchiwania, dedykowany stetoskop, pilot / kontroler, walizkę ochronną; • Wymiary: 62x43x27cm (+/-10%), • Waga: 13kg (+/-10%)
4.	Modele szkieletu człowieka	9	Sztuk	<p>Szkielet minimum 98% odwzorowanie anatomii ludzkiej</p> <p>Przedstawiać ma wzajemne oddziaływanie strukturalne kości i mięśni (minimum 600 namalowanych miejsc przyczepów mięśniowych).</p> <p>Miejsca przyczepów początkowych (czerwone) i przyczepów końcowych (niebieskie) oznaczone mają być są po lewej stronie szkieletu natomiast po prawej stronie oznaczona ma być numeracja kości ręki, szczeliny i otwory.</p> <p>Musi spełniać cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonany ma być z bardzo trwałego i zmywalnego plastiku, – Wymagana waga zbliżona do realistycznej w stosunku do ludzkiego szkieletu (około 200 kości), – Wielkość naturalna, – 3 – częściowa czaszka,

				<ul style="list-style-type: none"> – Osobno montowane zęby, – Kończyny muszą dać się w szybki i łatwy sposób zdemontować, – Wyposażony ma być w stojak i pokrowiec przeciwkurzowy.
--	--	--	--	---

WYMAGANA GWARANCJA : Minimum 12 miesięcy

WYMAGANA REKOJMIĄ : 24 miesiące

Część 2				
1	mikroskopy z wyposażeniem	10	Sztuk	<p>Mikroskop typ: biologiczny</p> <p>Typ głowicy mikroskopu trójokularowa. Głowica typu (Siedentopf lub równoważna, obracana w zakresie 360°), dzielenie wiązki 0/100, 100/0, Kąt nachylenia głowicy <u>okularowej</u> 30 °, Powiększenie <u>w zakresie przynajmniej</u> , x40 — 1000, Okulary 10x/20 mm, Rozstaw źrenic przynajmniej, mm 47 — 75, Obiektywy: plan-achromatyczne z korekcją do nieskończoności: 4x/0,10; 10x/0,25; 20x /0,40: 40x/0,65; 100x/1,25 olejowy, Rewolwer 4 obiektywy, z oznaczeniami barwnymi obiektywów, Stolik przedmiotowy o rozmiarach przynajmniej 180x130, dwuosiowy stolik mechaniczny, bez mechanizmu zapadkowego. Regulacja dioptrii okularu, dioptrii $\pm 5D$ na obu tubusach, Kondensor typu Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przysłoną i oznaczeniem kolorami powiększenia obiektywów, Diafragma: regulowana apertura, Regulacja ostrości: współosiowy, zgrubna z pokrętką blokady i pokrętką regulacji napięcia) i precyzyjna (0,002 mm, 0,2 mm/obróć), Regulacja jasności : Elektroniczna, Zasilanie: 100—240 V, 50/60 Hz, zasilanie sieciowe AC, zasilacz AC/DC znajduje się</p>

				<p>w specjalnym gnieździe z tyłu podstawy, Typ źródła oświetlenia : lampa LED 3 W, z regulacją temperatury barwowej (3000–7000 K).</p> <p>Wymagane funkcjonalności : automatyczna regulacja jasności podczas przełączania obiektywów, wyświetlanie statusu na ekranie LCD, tryb uśpienia, tryb ekologiczny,</p> <p>W zestawie: osłona przeciw kurzowa,</p> <p>Wypożyczenie :</p> <p>Kamera spełniająca poniższe parametry:</p> <p>kamera do pracy z podłączeniem do komputera</p> <p>przetwornik CMOS min 1/1,8 cala</p> <p>rozdzielczość zapisu minimum 6 Megapikseli (3072x2048)</p> <p>rozmiar Pixela przynajmniej 2.4x2.4 (µm)</p> <p>szybkość podglądu: minimum 41 kl/s przy pełnej rozdzielczości</p> <p>ekspozycja manualna lub automatyczna,</p> <p>automatyczny lub manualny balans bieli</p> <p>oprogramowanie do współpracy z komputerem, umożliwiające sterownie parametrami obrazu,</p> <p>zapis bezpośrednio na komputerze, wymagane funkcje pomiarowe (przynajmniej: odległość, pole powierzchni, kąt, obwód, promień, kalibracja do jednostek rzeczywistych), składanie panoram, składanie obrazów w osi Z</p> <p>współpraca z systemami minimum Windows 7/8/10</p> <p>interfejsy: USB 3.0, HDMI</p> <p>złącze typu C-mount</p> <p>zasilanie: USB</p> <p>wyposażenie : łącznik mechaniczno optyczny</p>
--	--	--	--	---

				<p>Komputer:</p> <p>Procesor: minimum 14 rdzeni, minimum 18 wątków, taktowanie 1.20-4.50 GHz, minimum 18MB cache)</p> <p>Pamięć minimum RAM 32 GB (LPDDR5, 6400 MHz)</p> <p>Dysk SSD M.2 PCIe minimum 1000 GB</p> <p>Ekran Błyszczący, OLED</p> <p>Przekątna ekranu przynajmniej 13,3"</p> <p>Rozdzielczość ekranu minimum 2880 x 1800</p> <p>Karta graficzna zintegrowana minimum typu Intel Arc™ Graphics lub równoważna spełniająca poniższe parametry: Min 4 rdzenie taktowane zegarem min 1150 MHz, o pojemności pamięci min 4GB</p> <p>Kamera internetowa minimum Full HD</p> <p>Łączność: minimum Wi-Fi 7;</p> <p>Moduł Bluetooth minimum 5.4</p> <p>Złącza wymagane w ilości minimalnej:</p> <p>USB 3.2 Gen. 1 - 1 sztuka</p> <p>USB4 Typu-C - 2 sztuki</p> <p>HDMI 2.1 - 1 sztuka</p> <p>Czytnik kart pamięci microSD - 1 sztuka</p> <p>Pojemność baterii minimum 4-komorowa, o pojemności minimum 4845 mAh</p> <p>Czytnik linii papilarnych</p> <p>Czujnik światła</p> <p>Podświetlana klawiatura</p> <p>Obudowa i wykonanie: Magnezowo-aluminiowa obudowa</p>
--	--	--	--	--

				<p>Wymagany Standard militarny typu: MIL-STD-810G, Standard militarny MIL-STD-810H</p> <p>System operacyjny minimum Microsoft Windows 11 Home lub równoważny :</p> <p>Komputer musi posiadać certyfikat TCO Certified lub certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Bronze, lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań nie gorszych niż wynikające z tych certyfikatów w zakresie efektywności energetycznej oraz środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Komputer musi posiadać zaimplementowany w UEFI/BIOS wbudowany system diagnostyczny, umożliwiający testowanie kluczowych komponentów sprzętowych, takich jak: pamięć RAM, dysk twardy/SSD, procesor, wentylatory, karta graficzna itp., bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.*Brany pod uwagę będzie wynik procesora w teście passmark w dniu otwarcia ofert. Ze względu na zmienność wyników, dopuszczalny jest wynik maksymalnie 50 pkt. niższy.**Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego urządzenia, jeśli takie rozwiązanie nie zmniejszy minimalnej wymaganej liczby dostępnych portów USB.</p> <p>Oprogramowanie : Windows 11 PL 64 bit*** lub równoważny z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku twardym spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji,</p>
--	--	--	--	---

				<p>aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP/kolejne wersje firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. Licencja musi: być przeznaczona do użytku na polskim rynku być nieograniczona w czasie umożliwiać ewentualny upgrade oraz wielokrotną ponowną instalację systemu z dostarczonych nośników lub z partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (również po każdorazowej reinstalacji) nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest także możliwość przywrócenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.</p> <p>System operacyjny musi : być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innych urządzeniach; pochodzić z legalnego źródła sprzedaży*** Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows z uwagi na fakt, że większość komputerów</p>
--	--	--	--	--

				<p>użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJK działa w wyżej wymienionym systemie.</p> <p>Zasilacz minimum 65 W dedykowany przez producenta</p> <p>Wielodotkowy, intuicyjny touchpad</p> <p>Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3, HDR 500</p> <p>Wysokość 16,9 mm Szerokość 299 mm (+/-10%)</p> <p>Głębokość 210 mm (+/-10%)</p> <p>Waga max 1,30 kg</p>
2	<p>mikroskop odwrócony z kamerą i systemem analizy obrazu</p>	1	Sztuka	<p>Mikroskop odwrócony z kamerą i systemem analizy obrazu spełniający poniższe wymagania:</p> <p>Typ: biologiczny odwrócony, fluorescencyjny</p> <p>Typ głowicy mikroskopu :</p> <p>Głowica trójokularowa typu Siedentopf, obracana o 180° lub równoważna</p> <p>Powiększenie, x 100 — 1000</p> <p>Średnica tubusu okularu, przynajmniej 29,8 mm</p> <p>Rozstaw źrenic, mm 48 — 75</p> <p>Okulary 10x/22 mm,</p> <p>Obiektywy w standardzie: obiektywy plan-achromatyczne z korekcją do nieskończoności (∞):</p> <p>PLL 10x/0,25/4,3; PLL 20x/0,40/8,0; PLL 40x/0,60/3,5; faza: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2; PLL 20x/0,40/8,0 PHP2; PLL 40x/0,60/3,5 PHP2;</p> <p>Odległość robocza, mm 4,3 (10x); 8,0 (20x); 3,5 (40x)</p> <p>Rewolwer minimum 6 obiektywów</p> <p>Stolik, mm 227x208 (+/-5%)</p> <p>Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 77/134,5 (+/-5%)</p>

				<p>Stolik, stały, ze szklaną płytką Ø118 mm i mechanicznym mocowaniem; uchwyty do preparatów: 86x129,5, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm; 29x77,5 mm, Ø35 mm (+/-5%)</p> <p>Kondensor NA 0,6, odległość robocza: minimum 55 mm; kontrastowo-fazowy; ze śrubami blokującymi</p> <p>Diafragma: aperturowa przysłona irysowa</p> <p>Regulacja ostrości współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości umieszczone po obu stronach</p> <p>Regulacja jasności : Elektroniczna</p> <p>Zasilanie sieciowe AC, 85–265 V, 50/60 Hz</p> <p>Typ źródła oświetlenia: źródło światła odbitego: LED 5 W; Źródło światła przechodzącego: LED minimum 5 W</p> <p>Zastosowanie kondensor kontrastowo-fazowy z wolnym gniazdem i płytkami fazowymi do obiektywów 10x, 20x i 40x; dodatkowy mikroskop centrujący</p> <p>Moduł fluorescencyjny: filtry: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B), zielony (G)</p> <p>Filtr fluorescencyjny: typ filtra, długość fali wzbudzenia/zwierciadło dichroiczne/długość fali emisji :</p> <p>ultrafioletowy (UV), 320–380 nm/425 nm/435 nm; fioletowy (V), 380–415 nm/455 nm/475 nm; niebieski (B), 450–490 nm/505 nm/515 nm; zielony (G), 495–555 nm/585 nm/595 nm</p>
--	--	--	--	--

				<p>Metoda badania : jasnego pola, fluorescencja, kontrastu fazowego</p> <p>w zestawie : osłona przeciwkurbowa</p> <p>Wypożyczenie dodatkowe (obowiązkowe):</p> <p>Obiektyw mikroskopowy CFI Plan Fluor 100X Oil do zastosowań specjalnych</p> <p>- N.A. (apertura numeryczna): 1.3 - W.D. (odległość robocza): 0.16 mm (+/- 2%)</p> <p>Wypożyczenie dodatkowe:</p> <p>Kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> · kamera do pracy z podłączeniem do komputera · przetwornik CMOS minimum 2/3 cala · rozdzielczość zapisu minimum 5 Megapikseli (3072x2048) · rozmiar Pielki 3,45x3,45(μm) · szybkość podglądu: minimum 35 kl/s przy pełnej rozdzielczości · migawka : globalna · ekspozycja manualna lub automatyczna, automatyczny lub manualny balans bieli · oprogramowanie do współpracy z komputerem, umożliwiające sterowanie parametrami obrazu, zapis bezpośrednio na komputerze, funkcje pomiarów (przynajmniej : odległość, pole powierzchni, kąt, obwód, promień, kalibracja do jednostek rzeczywistych), składanie panoram, składanie obrazów w osi Z · współpraca z systemami minimum Windows 7/8/10 · interfejsy: USB 3.0, HDMI
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> · zasilanie: USB · wyposażenie : łącznik mechaniczno optyczny <p>Komputer:</p> <p>Procesor: minimum 14 rdzeni, minimum 18 wątków, taktowanie 1.20-4.50 GHz, minimum 18MB cache)</p> <p>Pamięć RAM minimum 32 GB (LPDDR5, 6400 MHz)</p> <p>Dysk SSD M.2 PCIe minimum 1000 GB</p> <p>Ekran Błyszczący, OLED</p> <p>Przekątna ekranu minimum 13,3"</p> <p>Rozdzielczość ekranu minimum 2880 x 1800</p> <p>Karta graficzna zintegrowana</p> <p>Kamera internetowa minimum Full HD</p> <p>Łączność: minimum Wi-Fi 7;</p> <p>Moduł Bluetooth minimum 5.4</p> <p>Złącza wymagane w ilości minimalnej:</p> <p>USB 3.2 Gen. 1 - 1 sztuka</p> <p>USB4 Typu-C - 2 sztuki</p> <p>HDMI 2.1 - 1 sztuka</p> <p>Czytnik kart pamięci microSD - 1 sztuki</p> <p>Pojemność baterii minimum 4-komorowa, o pojemności minimum 4845 mAh</p> <p>Czytnik linii papilarnych</p> <p>Czujnik światła</p> <p>Podświetlana klawiatura</p> <p>Obudowa i wykonanie: Magnezowo-aluminiowa obudowa</p> <p>Wymagany Standard militarny typu: MIL-STD-810G, Standard militarny MIL-STD-810H</p>
--	--	--	--	--

				<p>System operacyjny minimum Microsoft Windows 11 Home lub równoważny nowszy:</p> <p>Komputer musi posiadać certyfikat TCO Certified lub certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Bronze, lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań nie gorszych niż wynikające z tych certyfikatów w zakresie efektywności energetycznej oraz środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Komputer musi posiadać zaimplementowany w UEFI/BIOS wbudowany system diagnostyczny, umożliwiający testowanie kluczowych komponentów sprzętowych, takich jak: pamięć RAM, dysk twardy/SSD, procesor, wentylatory, karta graficzna itp., bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.*Brany pod uwagę będzie wynik procesora w teście passmark w dniu otwarcia ofert. Ze względu na zmienność wyników, dopuszczalny jest wynik maksymalnie 50 pkt. niższy.**Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego urządzenia, jeśli takie rozwiązanie nie zmniejszy minimalnej wymaganej liczby dostępnych portów USB.</p> <p>Oprogramowanie: Windows 11 PL 64 bit*** lub równoważny z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej instalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku twardym spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami;</p>
--	--	--	--	---

				<p>możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP / kolejne wersje firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A.Licencja musi: być przeznaczona do użytku na polskim rynku; być nieograniczona w czasie; umożliwiać ewentualny upgrade oraz wielokrotną ponowną instalację systemu z dostarczonych nośników lub z partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.</p> <p>Zainstalowany system operacyjny (również po każdorazowej reinstalacji) nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest także możliwość przywrócenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania. System operacyjny musi : być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem; być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innych urządzeniach; pochodzić z legalnego źródła sprzedaży*** Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows z uwagi na fakt, że większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJK działa w wyżej wymienionym systemie.</p> <p>Zasilacz min 65 W dedykowany przez producenta</p>
--	--	--	--	---

				<p>Wielodotkowy, intuicyjny touchpad</p> <p>Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3, HDR 500</p> <p>Wysokość 16,9 mm Szerokość 299 mm (+/-10%)</p> <p>Głębokość 210 mm (+/-10%)</p> <p>Waga max 1,20 kg</p> <p>Wymagany dodatkowy Monitor:</p> <p>Przekątna ekranu: minimum 31,5"</p> <p>Powłoka matrycy: Matowa, Rodzaj matrycy LED, IPS</p> <p>Monitor bezramkowy</p> <p>Rozdzielczość ekranu minimum 3840 x 2160 (UHD 4K)</p> <p>Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: minimum 99%</p> <p>Czas reakcji max 4 ms (GTG)</p> <p>Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free) lub technologia równoważna, Filtr światła niebieskiego:</p> <p>Jasność minimum 350 cd/m²</p> <p>Kontrast dynamiczny minimum 80 000 000:1</p> <p>Kąt widzenia w poziomie 178 stopni (+/-3%)</p> <p>Kąt widzenia w pionie i poziomie 178 stopni (+/-3%)</p> <p>Wymagane złącza w ilości minimalnej:</p> <p>HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 sztuka;</p> <p>RJ-45 (LAN) - 1 sztuka; USB 3.2 Gen. 1 - 2 sztuki ;USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 sztuka; USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 sztuka</p> <p>Głośniki 2 x minimum 3W</p> <p>Wbudowany HUB USB</p>
--	--	--	--	---

3	Inkubator z CO2	1	Sztuka	<p>Inkubator z systemem CO2 spełniający poniższe wymagania:</p> <p>System grzania - płaszczy powietrzny</p> <p>Pojemność komory 170 litrów (+/-5%)</p> <p>Zakres temperatury pracy minimum od Tot+3oC do +55oC</p> <p>Dokładność odczytu i regulacji temperatury minimum 0,1oC</p> <p>Minimum, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy wyświetlający parametry pracy / zadane, z programowalnym kodem dostępu, portem USB dostępnym z przodu urządzenia oraz dostępnym opcjonalnie interface 4-20 mA</p> <p>Jednorodność przestrzenna temperatury $\leq \pm 0,3oC$</p> <p>Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w trybie standardowym, - 93% RH (+/_ 3%) - w trybie obniżonej wilgotności 90% RH (+/_ 3%) <p>Funkcja hodowli bez kontroli wilgotności - ma mieć możliwość wyłączenia systemu nawilżania</p> <p>Zakres regulacji CO2 minimum 1 do 20%</p> <p>Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2</p> <p>Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania</p> <p>Funkcja AUTO-START</p> <p>Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami</p> <p>Wymiar roboczy półki nie mniejszy niż 42 x 46 cm</p> <p>Urządzenie umożliwiające instalację minimum 11 półek</p> <p>Obciążenie półki minimum 10 kg</p>
---	-----------------	---	--------	---

				<p>Kompaktowe wymiary o polu instalacji bezpośredniej nie większym niż 64 x 88 x 90 cm (szerokość x głębokość X wysokość)</p> <p>Zasilanie 230V / 50 Hz, max. 600 W</p> <p>Systemu filtracji HEPA (lub równoważny), pozwalający na przefiltrowanie całej objętości powietrza w komorze w ciągu maksymalnie 60 sekund, zapewniające jakość powietrza klasy ISO 5 lub równoważnej.</p> <p>Wyposażenie</p> <p>Minimum 3 półki</p> <p>Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane pełne.</p> <p>Drzwi zewnętrzne zamykane bez użycia klamki.</p> <p>Uchwyt drzwi zewnętrznych.</p> <p>W zestawie konfiguracja drzwi z prawym zawiasem</p> <p>Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej gorącym powietrzem o temperaturze przynajmniej {180oC} bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej</p> <p>Dwustopniowy reduktor CO2.</p> <p>Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej ma być w ścianie komory roboczej.</p> <p>Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów</p> <p>Oczekiwane warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.</p> <p>Świadectwa, certyfikaty i inne wymagane dokumenty (składane przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy – brak tych</p>
--	--	--	--	---

				<p>dokumentów będzie traktowany jak odstępianie od podpisania umowy z winy wykonawcy)</p> <p>Certyfikaty :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CE - producenta i serwisu (ISO 9001 lub równoważny), - autoryzacja serwisu <p>Inne warunki :</p> <p>Dostawa i instalacja max. w ciągu 30 dni 4 tygodni od podpisania umowy</p> <p>Szkolenie w języku polskim wykonane przez autoryzowany serwis w miejscu instalacji 6 godzin zegarowych.</p>
4.	Pipety 8 kanałowe	9	Sztuk	<p>Pipety 8 kanałowe spełniające poniższe wymagania:</p> <p>Pipety 8-kanałowe:</p> <p>Pipeta 10 – 100 μL (sztuk 3)</p> <p>Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej;</p> <p>Zakres objętości: 10 – 100 μL</p> <p>Sprężynujący stożek końcowy</p> <p>Skok objętości 0,1 μL</p> <p>Przypadkowy błąd pomiaru:</p> <p>10 μL: $\pm 2\%$; $\pm 0,2 \mu$L</p> <p>50 μL: $\pm 0,8\%$; $\pm 0,4 \mu$L</p> <p>100 μL: $\pm 0,3\%$; $\pm 0,3 \mu$L</p> <p>Błąd systematyczny pomiaru</p> <p>10 μL: $\pm 3\%$; $\pm 0,3 \mu$L</p> <p>50 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,5 \mu$L</p> <p>100 μL: $\pm 0,8\%$; $\pm 0,8 \mu$L</p> <p>Autoklawowalna</p> <p>Dodatkowo należy dostarczyć :</p>

				<p>końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku certyfikat 9001 lub równoważny narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, klamra blokująca (zapobiegająca sprężynowaniu) 2 sztuki narzędzie do pierścieni uszczelniających</p> <p>Pipeta 0,5 – 10 μL (sztuk 3) Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej Zakres objętości: 0,5 – 10 μL Sprężynujący stożek końcowy Skok objętości 0,01 μL Przypadkowy błąd pomiaru: 0,5 μL: $\pm 8\%$; $\pm 0,04 \mu$L 1 μL: $\pm 5\%$; $\pm 0,05 \mu$L 5 μL: $\pm 2\%$; $\pm 0,1 \mu$L 10 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,1 \mu$L Błąd systematyczny pomiaru 0,5 μL: $\pm 12\%$; $\pm 0,06 \mu$L 1 μL: $\pm 8\%$; $\pm 0,08 \mu$L 5 μL: $\pm 4\%$; $\pm 0,2 \mu$L 10 μL: $\pm 2\%$; $\pm 0,2 \mu$L Autoklawowalna Dodatkowo należy dostarczyć : końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku , instrukcja obsługi, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką),</p>
--	--	--	--	---

				<p>zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, klamra blokująca (zapobiegająca sprężynowaniu) 2 sztuki narzędzie do pierścieni uszczelniających Pipeta 30 – 300 μL (sztuk 3) Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej Zakres objętości: 30 – 300 μL Sprężynujący stożek końcowy Skok objętości 0,2 μL Przypadkowy błąd pomiaru: 30 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$ 150 μL: $\pm 0,5\%$; $\pm 0,75 \mu\text{L}$ 300 μL: $\pm 0,3\%$; $\pm 0,9 \mu\text{L}$ Błąd systematyczny pomiaru 30 μL: $\pm 3\%$; $\pm 0,9 \mu\text{L}$ 150 μL: $\pm 1\%$; $\pm 1,5 \mu\text{L}$ 300 μL: $\pm 0,6\%$; $\pm 1,8 \mu\text{L}$ Autoklawowalna Dodatkowo należy dostarczyć : końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku certyfikat 9001 lub równoważny narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, klamra blokująca (zapobiegająca sprężynowaniu) 2 sztuki narzędzie do pierścieni uszczelniających</p>
--	--	--	--	--

5	zestaw pipet jednokanałowy ch -6 szt.	2	Komplet y	<p>Pipety jednokanałowe spełniające poniższe wymagania:</p> <p>Wymagany Zestaw 6 sztuk pipet 1-kanałowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,1 – 2,5 μL, 0,5 – 10 μL, 2 – 20 μL (żółte), 10 – 100 μL, 20 – 200 μL, 100 – 1.000 μL, zmienna objętość • ze statywem karuzelowym i wyposażeniem, 6 pudełek (x 96 końcówek do pipet) • w autoklawowalnym pudełku • Oznaczone jako ACT: niezależna weryfikacja produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju przeprowadzona wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. <p>Wymagane parametry poszczególnych pipet jednokanałowych:</p> <p>Pipeta 0,1 – 2,5 μL</p> <p>Oznakowanie ACT</p> <p>Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej</p> <p>Zakres objętości: 0,1 – 2,5 μL</p> <p>Sprężynujący stożek końcowy</p> <p>Skok objętości 0,002 μL</p> <p>Przypadkowy błąd pomiaru:</p> <p>0,1 μL: $\pm 12\%$; $\pm 0,012 \mu\text{L}$</p> <p>0,25 μL: $\pm 6\%$; $\pm 0,015 \mu\text{L}$</p> <p>1,25 μL: $\pm 1,5\%$; $\pm 0,01875 \mu\text{L}$</p> <p>2,5 μL: $\pm 0,7\%$; $\pm 0,0175 \mu\text{L}$</p> <p>Błąd systematyczny pomiaru</p> <p>μL: $\pm 48\%$; $\pm 0,048 \mu\text{L}$</p> <p>0,25 μL: $\pm 12\%$; $\pm 0,03 \mu\text{L}$</p>
---	---	---	--------------	--

				<p>1,25 μL: $\pm 2,5\%$; $\pm 0,031 \mu\text{L}$</p> <p>2,5 μL: $\pm 1,4\%$; $\pm 0,035 \mu\text{L}$</p> <p>Autoklawowalna</p> <p>Dodatkowo należy dostarczyć :</p> <p>końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku,</p> <p>certyfikat 9001 lub równoważny,</p> <p>narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką),</p> <p>zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk.</p> <p>smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu)</p> <p>Pipeta 0,5 – 10 μL</p> <p>Oznakowanie ACT</p> <p>Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej</p> <p>Zakres objętości: 0,5 – 10 μL</p> <p>Sprężynujący stożek końcowy</p> <p>Skok objętości 0,01 μL</p> <p>Przypadkowy błąd pomiaru:</p> <p>0,5 μL: $\pm 5\%$; $\pm 0,025 \mu\text{L}$</p> <p>1 μL: $\pm 1,8\%$; $\pm 0,018 \mu\text{L}$</p> <p>5 μL: $\pm 0,8\%$; $\pm 0,04 \mu\text{L}$</p> <p>10 μL: $\pm 0,4\%$; $\pm 0,04 \mu\text{L}$</p> <p>Błąd systematyczny pomiaru</p> <p>0,5 μL: $\pm 8\%$; $\pm 0,04 \mu\text{L}$</p> <p>1 μL: $\pm 2,5\%$; $\pm 0,025 \mu\text{L}$</p> <p>5 μL: $\pm 1,5\%$; $\pm 0,075 \mu\text{L}$</p> <p>10 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,1 \mu\text{L}$</p> <p>Autoklawowalna</p> <p>Dodatkowo należy dostarczyć :</p> <p>końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku</p> <p>Box 2.0,</p>
--	--	--	--	---

				<p> certyfi­kat 9001 lub równoważny, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu) Pipeta 2 – 20 µL Oznakowanie ACT Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej Zakres objętości: 2 – 20 µL Sprężynujący stożek końcowy Skok objętości 0,02 µL Przypadkowy błąd pomiaru: 2 µL: ± 1,5%; ± 0,3 µL 10 µL: ± 0,6%; ± 0,06 µL 20 µL: ± 0,3%; ± 0,06 µL Błąd systematyczny pomiaru 2 µL: ± 5%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 1,2%; ± 0,12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL Autoklawowalna Dodatkowo należy dostarczyć : końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku, certyfi­kat 9001 lub równoważny, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu) Pipeta 10 – 100 µL </p>
--	--	--	--	--

				<p>Oznakowanie ACT</p> <p>Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej</p> <p>Zakres objętości: 10 – 100 μL</p> <p>Sprężynujący stożek końcowy</p> <p>Skok objętości 0,1 μL</p> <p>Przypadkowy błąd pomiaru:</p> <p>10 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,1 \mu\text{L}$</p> <p>50 μL: $\pm 0,3\%$; $\pm 0,15 \mu\text{L}$</p> <p>100 μL: $\pm 0,2\%$; $\pm 0,2 \mu\text{L}$</p> <p>Błąd systematyczny pomiaru</p> <p>10 μL: $\pm 3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$</p> <p>50 μL: $\pm 1\%$; $\pm 0,5 \mu\text{L}$</p> <p>100 μL: $\pm 0,8\%$; $\pm 0,8 \mu\text{L}$</p> <p>Autoklawowalna</p> <p>Dodatkowo należy dostarczyć :</p> <p>końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku,</p> <p>certyfi­kat 9001 lub równoważny,</p> <p>narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką),</p> <p>zaślepka regulacji tymczasowej (x5),</p> <p>smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu)</p> <p>Pipeta 20 – 200 μL</p> <p>Oznakowanie ACT</p> <p>Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej</p> <p>Zakres objętości: 20 – 200 μL</p> <p>Sprężynujący stożek końcowy</p> <p>Skok objętości 0,2 μL</p> <p>Przypadkowy błąd pomiaru:</p>
--	--	--	--	--

				<p>20 μL: $\pm 0,7\%$; $\pm 0,14 \mu\text{L}$ 100 μL: $\pm 0,3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$ 200 μL: $\pm 0,2\%$; $\pm 0,4 \mu\text{L}$ Błąd systematyczny pomiaru 20 μL: $\pm 2,5\%$; $\pm 0,5 \mu\text{L}$ 100 μL: $\pm 1\%$; $\pm 1 \mu\text{L}$ 200 μL: $\pm 0,6\%$; $\pm 1,2 \mu\text{L}$ Autoklawowalna Dodatkowo należy dostarczyć : końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku, certyfikat 9001 lub równoważny narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką), zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk. smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu) Pipeta 100 – 1000 μL Oznakowanie ACT Rodzaj pipetowania : System poduszki powietrznej Zakres objętości: 100 – 1000 μL Sprężynujący stożek końcowy Skok objętości 1 μL Przypadkowy błąd pomiaru: 100 μL: $\pm 0,6\%$; $\pm 0,6 \mu\text{L}$ 500 μL: $\pm 0,2\%$; $\pm 1 \mu\text{L}$ 1000 μL: $\pm 0,2\%$; $\pm 2 \mu\text{L}$ Błąd systematyczny pomiaru 100 μL: $\pm 3\%$; $\pm 3 \mu\text{L}$ 500 μL: $\pm 1\%$; $\pm 5 \mu\text{L}$ 1000 μL: $\pm 0,6\%$; $\pm 6 \mu\text{L}$</p>
--	--	--	--	---

				<p>Autoklawowalna</p> <p>Dodatkowo należy dostarczyć :</p> <p>końcówki do pipet w autoklawowalnym pudełku,</p> <p>certyfikat 9001 lub równoważny,</p> <p>narzędzie do regulacji (klucz imbusowy z niebieską rączką),</p> <p>zaślepka regulacji tymczasowej 5 sztuk.</p> <p>smar do pipet,</p> <p>pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu)</p>
6	statyw do pipet	1	komplet	<p>Wymagany statyw kompatybilny z pipetami zamawianymi powyżej Ponadto musi pasować też do pipet typu Eppendorf Reserch posiadanymi przez Zamawiającego</p> <p>wymagane minimum 3 sztuki statywu w 1 komplecie.</p>
7	płuczka do ELISA	1	Sztuka	<p>Płuczka do Metody ELISA spełniająca poniższe wymagania:</p> <p>Zakres objętości dozowanego płynu 25-1600 µl (co 25 µl),</p> <p>Dokładność dozowania (+/-2,5%)</p> <p>Liczba dołków przemywanych jednocześnie minimum 8,</p> <p>Liczba cykli płukania 1-15,</p> <p>Czas odsysania 0,2 - 3 s,</p> <p>Prędkość odsysania/dozowania minimum 3 poziomy,</p> <p>Zakres czasu inkubacji/namaczania 0-300 s (co 10 s),</p> <p>Zakres czasu wytrząsania 0-150 s (co 5 s),</p>

				<p>Maksymalny czas przemywania jednej płytki 45 s, Liczba przemywanych rzędów 1-12, Wyświetlacz LCD minimum 8-liniowy, Wymiary 380 x 350 x 200 mm, (+/-10%) Waga nie więcej niż 10 kg, Zasilanie 100–240 V; 50/60 Hz, minimum 22 W Szkolenie minimum 4 pracowników; czas trwania minimum 1 godzinę zegarową w miejscu instalacji sprzętu;</p>
8	<p>zestaw pipet wielokanałowych - 4 zakresy objętości / po 2 pipety do 1 objętości + 2 pipety o różnych objętościach i rozstawie - 10 sztuk + statyw – 2 sztuki - dedykowany do zamawianych pipet</p>	1	komplet	<p>Zestaw pipet wielokanałowych o 4 zakresach objętości, o poniższych wymaganiach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalkulacji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 12%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 4%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8%

				<ul style="list-style-type: none"> - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1% - Każdy z kanałów posiadać ma stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można być musi wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - Ma mieć możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów - Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych - Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości - minimum 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety odczytania nastawionej objętości, co umożliwi obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - posiadać ma chip typu RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - statyw – minimum 2 sztuki, dedykowany do zamawianych pipet z zestawu - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – preferowany szary - <u>Minimum 5 lat gwarancji na pierścień mocujący</u>
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI : Minimum 36 miesięcy

Wymagana Rękojmia : 24 miesiące

Część 3				
1	inkubator z wytrząsaniem	1	Sztuka	<p>Inkubator z wytrząsaniem spełniający poniższe wymagania:</p> <p>Rodzaj ruchu: orbitalny, Średnica orbity nie więcej niż 10 mm, Sterowanie mikroprocesorowe, Wyświetlacz cyfrowy wartości zaprogramowanych i aktualnych: temperatury, prędkości i czasu, Zakres prędkości minimum 50 – 250 obr./min, Zakres temperatur pracy: nie mniej niż +25°C do +42°C, Programowanie temperatury z rozdzielczością 0,1°C, Timer cyklu pracy: 1 minuta – 96 godzin lub praca ciągła (nie mniej niż 30 dni), Komora wytrząsarki wyposażona w system wymuszonego obiegu powietrza</p> <p>W zestawie z :</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - platformą uniwersalną z poprzeczkami do mocowania próbek, platformą z klamrami na minimum 12 kolb o pojemności 100 mL platformą z klamrami na min. 6 kolb o poj. 250 mL - platformą na minimum 88 probówek o średnicy nie mniejszej niż 30 mm, - platformą płaską z matą silikonową i dwustronną adhezyjną o wymiarach nie większych niż (W x D x H) 21 x 21 x 3 cm <p>Szkolenie minimum 4 pracowników Zamawiającego – czas trwania minimum 1 godzinę zegarową, w miejscu instalacji sprzętu</p>
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI : 24 miesiące
SWYMAGANA RĘKOJMIA : 24 miesiące

Część 4

1	homogenizator z adapterami	1	Sztuka	<p>Homogenizator z adapterami spełniający poniższe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Urządzenie przeznaczone do prowadzenia wysokowydajnej mechanicznej homogenizacji próbek biologicznych, szybkie wytrząsanie z kulkami ze stali nierdzewnej, ceramicznymi i szklanymi. – Homogenizacja przebiegać ma w jednorazowych probówkach o pojemności 2,0 ml, 5ml, 50ml, płytkach 96-dołkowych przy użyciu kulek, co zapewnia jałowe warunki homogenizacji oraz umożliwia stworzenie warunków wolnych od enzymów
---	----------------------------	---	--------	---

				<p>degradujących DNA i RNA na potrzeby izolacji materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych wysokoczułych analiz</p> <ul style="list-style-type: none"> – Homogenizacja próbek w warunkach laboratoryjnych – w temperaturze pokojowej (18-27 st.C) – Wymagana możliwość głębokiego zamrażania próbek (do -80°C) razem z adapterem – Urządzenie posiadać ma minimum 7 zaprojektowanych protokołów homogenizacji celem zapewnienia jak najlepszej wydajności procesu homogenizacji próbek biologicznych i mikrobiologicznych jak również ma umożliwiać zaprojektowanie i zapisanie co najmniej 5 własnych protokołów – Częstotliwość drgań od 3 do 30Hz. Ma być regulowana w krokach co 1 Hz przy użyciu pokrętła. Czas homogenizacji regulowany od 10 sekund do 8 godzin. – Poziom hałasu maksymalnie do 72dB(A) – Wymiary: 35cm (przy zamkniętej pokrywie) x 38.5cm x 47 cm (+/-10%) – Waga bez zamontowanych akcesoriów nie większa niż 28.5 kg <p>Wymagane wyposażenie: 2 adaptory umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2ml, 2 adaptory umożliwiających równoczesną homogenizację</p>
--	--	--	--	--

				<p>192 próbek o pojemności 1.2ml, 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 16 próbek o pojemności 5ml, 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 4 próbek o pojemności 50 ml; 2 adaptery stalowe o pojemności 10ml;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ma mieć możliwość montażu dyspensera (o kształcie pipety automatycznej, ze zbiornikiem na kulki w rękojeści – pojemność 150 kulek) do kulek o średnicy 5mm – Ma mieć możliwość montażu dyspensera (o kształcie pipety automatycznej, ze zbiornikiem na kulki w rękojeści – pojemność 45 kulek) do kulek o średnicy 7mm – Ma mieć możliwość montażu dyspensera do kulek o średnicy 3mm do formatu 96-dołkowego umożliwiający równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika – 1000 kulek - ma mieć możliwość montażu dyspensera do kulek o średnicy 5mm do formatu 96-dołkowego umożliwiający równoległą aplikację do wszystkich dołków płytki. Pojemność zbiornika – 300 kulek <p>Wymagane szkolenie minimum 4 pracowników; czas trwania min 1 godzinę zegarową, w miejscu instalacji sprzętu</p>
--	--	--	--	--

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA RĘKOJMIA 24 miesiące

Część 5

1	zamrażarka niskotemperaturowa	1	Sztuka	<p>Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C</p> <p>spełniająca poniższe parametry:</p> <p>Wymagana wersja szafowa, pionowa</p> <p>pojemność: minimum 820L,</p> <p>zakres temp: -50 do -86°C,</p> <p>wymiary: (+/-15%) S 1080 x G 821 x W 2012 mm,</p> <p>cyfrowy wyświetlacz LCD,</p> <p>izolacja hybrydowa o grubości minimum 80 mm,</p> <p>system chłodzenia kaskadowy,</p> <p>Minimalizacja utraty ciepła</p> <p>Minimum 4 x wewnętrzne drzwi ze stali nierdzewnej, minimum 3 półki,</p> <p>Minimum 2 porty dostępu</p> <p>Dokładność temperatury co 1 lub co 0,1°C</p> <p>Menu chronione hasłem</p> <p>Poziom menu dla użytkownika</p> <p>Możliwość zmiany wartości temperatury;</p> <p>Wizualny i Dźwiękowy alarm niskiej/wysokiej temperatury</p> <p>Wymagany alarm otwartych drzwi,</p> <p>Alarm zaniku zasilania (bateria)</p> <p>Wskaźnik napięcia i stabilizacji</p> <p>Alarm temperatury otoczenia</p> <p>Alarm zabrudzonego filtra;</p> <p>Alarm drzwi (również dla backup CO2)</p> <p>alarm za niskiego poziomu naładowania baterii</p> <p>podtrzymującej pracę panelu sterowania</p> <p>Drzwiczki wewnętrzne –minimum 2 sztuki</p> <p>Podstawa wyposażona musi być w kółka</p>
---	----------------------------------	---	--------	--

				<p>Ma mieć nóżki umożliwiające wypoziomowanie zamrażarki</p> <p>Port do systemu CO2 back-up</p> <p>Wymagany zamontowany system Backupu Co2 do butli z CO2 Użytkownika</p> <p>System awaryjnego podtrzymania temperatury ciekłym dwutlenkiem węgla.</p> <p>Niezależny wyświetlacz temperatury.</p> <p>Niezależny sensor temperatury.</p> <p>Funkcja monitorowania ilości CO2 pozostałego w butli.</p> <p>Funkcja regulacji czasu wstrzykiwania CO2.</p> <p>Funkcja regulacji odstępu między wstrzykiwaniem CO2.</p> <p>Funkcja testu systemu</p> <p>Zasilanie sieciowe 230V</p> <p>Wymagane Regały do zamrażarki na pudełka 2" i 3 " po min 5 sztuk każdego w/w rozmiarów</p> <p>Wymagane Regały i pudełka na mikropłytki po minimum 5 sztuk;</p> <p>Szkolenie dla minimum 3 Użytkowników ; czas trwania min 1 godzinę zegarową, w miejscu instalacji sprzętu</p>
2	chłodziarko zamrażarka	1	Sztuka	<p>Chłodziarko Zamrażarka o poniższych parametrach:</p> <p>Wymiary (wys.x szer.x gł.): 203 x 75,9 x 71,1 cm (+/-10%)</p> <p>Pojemność chłodziarki / zamrażarki: minimum 360 l / minimum 160 l</p> <p>Położenie zamrażarki na dole urządzenia</p> <p>Roczne zużycie energii: max 270 kWh</p>

				<p>Poziom hałas: max 38 dB</p> <p>Wymagana bezszronowa (No Frost): pełny No Frost</p> <p>Wymagany panel sterujący ustawianiem temperatury pracy,</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> <p>Zmiana kierunku otwierania drzwi</p> <p>Wymagane szybkie chłodzenie i szybkie mrożenie</p> <p>Wymagany Wyświetlacz aktualnej temperatury</p> <p>Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: minimum 14 h</p> <p>Chłodziarka posiadać ma minimum 3 półki w drzwiach, minimum 4 półki szklane, minimum 1 szufladę</p> <p>Zamrażarka posiadać ma minimum 1 półkę minimum 2 szuflady</p>
3	zamrażarka laboratoryjna	1	Szafka	<p>Zamrażarka laboratoryjna spełniająca poniższe parametry:</p> <p>Wymagana pionowa szafowa</p> <p>Wymagana pojemność minimum 400L,</p> <p>Beziskrowe wnętrze bezpieczeństwa</p> <p>Wyświetlacz temperatury</p> <p>zakres temperatury pracy: od -18°C do -25°C,</p> <p>temperatura fabrycznie ustawiona na -20°C</p> <p>minimum 6 półek,</p> <p>drzwi pełne,</p> <p>wymagany zamek,</p> <p>Wymagany alarm otwartych drzwi,</p> <p>Alarm wysokiej i niskiej temperatury,</p>

				<p>Wymagany Port dostępu</p> <p>Rozmrażanie minimum ręczne</p> <p>wymiary: (+/-15%) S600xG700xW1875 mm,</p>
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA RĘKOJMIA 24 miesiące

Część 6				
1	zaklejarka taśmowa dla wysokiej jakości preparatów do skanowania	2	Sztuki	<p>zaklejarka taśmowa przystosowana dla wysokiej jakości preparatów do skanowania spełniająca poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatyczny system służący do nakrywania szkiełek mikroskopowych taśmą, - Wydajność aparatu minimum 1000 szkiełek na godzinę, - Czas nakrywania jednego szkiełka max co 3 sekundy, - Długość cięcia taśmy nakrywkowej regulowany indywidualnie , regulacja długości w przedziale od minimum 45mm - Regulacja podawania ksylenu podczas zaklejania, - Dotykowy kolorowy LCD szklany panel sterowania, - Panel sterowania odporny na działanie odczynników chemicznych typu ksylen, - Filtr węglowy dla pochłaniania oparów, - Ma mieć możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej, - Wymiana koszy bez przerywania procesu nakrywania, - Obsługa koszy na 20 szkiełek z możliwością dostosowania na 30 szkiełek

				Szkolenie dla minimum 6 pracowników; minimum 1 godzina zegarowa, w miejscu instalacji sprzętu
2	drukarka laserowa do szkiełek preparatów	1	Sztuka	<p>Drukarka laserowa do szkiełek i preparatów spełniająca poniższe wymagania:</p> <p>Wymagane podłączenie urządzenia i integracji z systemem LIS/HIS/PIS z możliwością zarządzania całością przez wbudowany komputer lub zewnętrzny komputer,</p> <p>Wydajność druku max 3 sekundy na szkiełko,</p> <p>Drukowanie w różnych tj. małych, dużych partiach oraz po zeskanowaniu,</p> <p>Druk na wszystkich rodzajach szkiełek z kolorowym i matowym polem opisu,</p> <p>Oprogramowanie dołączone do drukarki pozwalające na kontrolowanie pracy drukarki i tworzenie wydruków,</p> <p>Urządzenie posiadać ma możliwość drukowania tekstu i kodów kreskowych,</p> <p>Wydajność pracy lasera minimum 10 000 godzin pracy,</p> <p>Rozdzielczość druku minimum 2500 dpi,</p> <p>Wielkość ekranu sterującego minimum 7"</p> <p>Orientacja wydruku 0°, 90°, 180°, 270°,</p> <p>Wprowadzanie danych za pomocą podłączonego lub wbudowanego komputera lub skanowanie kodów kreskowych,</p> <p>Pojemność magazynku załadowczego 150 szkiełek (+/-10%),</p> <p>Pojemność magazynku odbierającego na minimum 10 szkiełek,</p>

				<p>Druk odporny na działanie odczynników chemicznych typu ksylen, alkohol,</p> <p>Wymagany typ połączenia: USB, port sieciowy, WI-FI</p> <p>Czytnik kodów 1D,2D</p> <p>Możliwość nanoszenia kodów typu 1D,2D, tekstu oraz cyfr</p> <p>Szkolenie dla minimum 6 pracowników minimum 1 godzinę zegarową, w miejscu instalacji sprzętu</p>
--	--	--	--	--

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA RĘKOJMIA 24 miesiące

Część 7				
1	Szafy archiwalne do przechowywania materiału biologicznego w postaci kostek parafinowych	6	Sztuk	<p>Szafy archiwalne do przechowywania materiału biologicznego w postaci kostek parafinowych spełniające poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szafy tworzące archiwum do magazynowania bloczków; - Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo; - Minimum 25 szuflad każda o pojemności 110 (+/- 5%) bloczków - Każda szuflada podzielona na minimum 3 sekcje zawierać ma wkładkę na drugi poziom kasetek; - Pojemność każdej szuflady 110 (+/-5%) standardowych bloczków parafinowych; - Całkowita pojemność archiwum: do 300 00 bloczków; - Ma mieć możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad;

				<ul style="list-style-type: none"> - Ma mieć możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady; - Kolorowe zdejmowane fronty (kilka kolorów do wyboru) - zamykane drzwi na klucz;
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA RĘKOJMIA 24 miesiące

Część 8				
1	modele embriologiczne	1	Sztuka	<p>Wymagane modele embriologiczne w tym (rozwoju embrionalnego człowieka 1 sztuka, model zarodka człowieka 1 sztuka)</p> <p>spełniające poniższe wymagania:</p> <p>(Zestaw Modeli Przedstawiający Rozwój Embrionalny człowieka – 8 etapów)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostawa edukacyjnego zestawu anatomicznego: 8 modeli przedstawiających kluczowe etapy rozwoju embrionalnego człowieka, przeznaczonego do zastosowań w ćwiczeniach z przedmiotu embriologia. <p>Szczegółowy zakres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw 8 odrębnych modeli, każdy odwzorowujący inne stadium rozwoju embrionalnego. • Modele przedstawiające stadia od zarodka 28-dniowego do zaawansowanych 4-tygodniowych etapów. • szczegółowe struktury: narządy, somity, pęcherzyk żółtkowy.

				<p>Każdy model powinien być:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trwały, odporny na uszkodzenia; • utrzymany w naturalnych barwach; • zamocowany na indywidualnej podstawie. <p>Przeznaczenie edukacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model stanowi pomoc dydaktyczną w zajęciach ćwiczeniowych; • Służy do rozpoznawania kluczowych zmian morfologicznych w embrionalnym rozwoju człowieka. <p>Wymagania jakościowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modele muszą wiernie odwzorowywać realne etapy i struktury (narządy wewnętrzne, somity, pęcherzyk żółtkowy); • Konstrukcja powinna być solidna, bez ostrych krawędzi; • Powierzchnia odporna na czyszczenie i typowe środki dezynfekujące; <p>Forma dostawy i kompletność</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamawiający wymaga dostawy gotowego zestawu – komplet 8 modeli na podstawki; • Zamawiający zastrzega, że modele powinny być kompletne – bez braków; • W dostawie należy uwzględnić instrukcję użytkowania (krótki opis każdego stadium). <p>Szczegółowy Model Anatomiczny Zarodka Człowieka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostawa pojedynczego, szczegółowego modelu anatomicznego zarodka człowieka
--	--	--	--	---

				<p>w wczesnym stadium rozwoju, przeznaczonego do zastosowania dydaktycznego w zajęciach z embriologii.</p> <p>Zakres i funkcje modelu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model przedstawia zarodek o długości 6,8 mm; (+/- 10%) • Widoczne struktury: • rdzeń i początkowy układ naczyniowy, • wczesne warstwy zarodkowe: ektodermy, mezodermy, endodermy, • formujące się zawiązki narządów (organogeneza); <p>Szczegółowy, przestrzenny charakter pozwala na analizę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebiegu cewy nerwowej, • rozwoju somitów, • układu naczyniowego pępowinowego; • Model wspiera wizualizację 3D struktur embriologicznych i umożliwia ich szczegółowe poznanie podczas zajęć. <p>Wymagania jakościowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • odwzorowanie struktur biologicznych, minimum 98% żołądka człowieka dorosłego, • Trójwymiarowa konstrukcja umożliwiająca ogląd z różnych stron; • Powierzchnie mają być wykonane z materiału trwałego, łatwego do czyszczenia;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • Brak ostrych krawędzi – bezpieczny dla użytkowników. <p>Przeznaczenie dydaktyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do aktywnego użycia w ćwiczeniach z embriologii; • Umożliwia studentom i prowadzącym szczegółową analizę kluczowych etapów rozwoju embrionalnego – szczególnie etapu organogenezy; • Przeznaczony do szkolenia w zakresie identyfikacji struktur zarodkowych i zrozumienia dynamiki rozwoju zarodka. <p>Forma dostawy i kompletność</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model powinien być dostarczony w gotowej formie – zabezpieczony i gotowy do wykorzystania; • Wraz z modelem musi zostać dostarczona instrukcja użytkowania zawierająca opis poszczególnych struktur oraz wskazówki dotyczące konserwacji.
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA REKOJMIJA 24 miesiące

Część 9				
1	rozbudowa mikroskopu konsultacyjnego NIKON do 5 stanowisk	1	Sztuka	<u>Wymagana rozbudowa Mikroskopu</u> Konsultacyjnego typu NIKON Eclipse Ni-L będącego na wyposażeniu Collegium Medicum w następujące elementy kompatybilne z posiadanymi w/w.

				<p>Wymagane elementy kompatybilne, równoważne:</p> <p>Mikroskop Nikon Eclipse Ni-L Wymagany Mikroskop typu Nikon Eclipse Ni-L musi być kompatybilny z identycznym mikroskopem posiadanym przez Zamawiającego, który będzie rozbudowywany</p> <ul style="list-style-type: none"> • mikroskop klasy badawczej • doskonała jakość obrazu • ergonomiczna konstrukcja • precyzyjny stolik preparatowy • kondensor typu min N.A 0.90 do jasnego pola • Nasadka okularowa z portem do podłączenia kamery i okularami 10x/22mm. • podział światła 100/0, 50/50, zmienny kąt nachylenia okularów w zakresie 10-30° • Oświetlenie światła przechodzącego – typu LED o ekwiwalencie mocy minimum 100W system oświetlenia typu Flyeye – zapewniać ma idealnie równe oświetlenie pola • płynna regulacja jasności światła <p>Miska obiektywowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimum 6-cio pozycyjna z miejscami do mocowania klinów do Kontrastu Nomarskiego DIC <p>Obiektywy wymagane minimum: lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFI Plan Achromat 4X EU, N.A. 0.10, W.D. 30.0mm
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • CFI Plan Achromat 10X EU, N.A. 0.25, W.D. 10.5mm • CFI Plan Achromat 20X EU, N.A. 0.40, W.D. 1.2mm • CFI Plan Achromat 40X EU, N.A. 0.65, W.D. 0.56mm <p>Wymagany w zestawie Pokrowiec, kabel zasilający</p>
--	--	--	--	---

WYMAGANY OKRES GWARANCJI 24 miesiące

WYMAGANA REKOJMIA 24 miesiące

Załącznik nr 2

Pełna nazwa firmy:

.....

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):

.....

Nr KRS: NIP: REGON:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Osoba do kontaktu:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

OFERTA

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa doposażenia do pracowni dydaktycznych” (postępowanie nr KU.2301.147.2025), składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ

Część 1 : za **łącną cenę brutto****zł;** w tym podatek Vat%; Na powyższą cenę składają się

1. Modele do nauczania anatomii 1 komplet za **łącną cenę brutto****zł;** w tym podatek Vat%;
2. Trenażer do wkluc zewnatrzoponowych i rdzeniowych 2 sztuki za **łącną cenę brutto****zł;** w tym podatek Vat%;
3. Symulator do nauki osluchiwania 1 sztuka za **cenę brutto****zł;** w tym podatek Vat%;
4. Modele szkieletu czlowieka 9 sztuk za **łącną cenę brutto****zł;** w tym podatek Vat%;

Część 2 : za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%; Na powyższą .
cenę składają się

1. mikroskopy z wyposażeniem 10 kompletów za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
2. mikroskop odwrócony z kamerą i systemem analizy obrazu 2 sztuki za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
3. Inkubator CO2 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
4. Pipety 8 kanałowe 9 sztuk za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
5. Zestaw pipet jednokanałowych 2 komplety (każdy po 6 sztuk) za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
6. Statyw do pipet 1 komplet za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
7. Płuczka do ELISA 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
8. Zestaw pipet wielokanałowych 10 sztuk + statyw 2 sztuki - 1 komplet za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

Część 3 : Inkubator z wytrząsaniem 1 sztuka - za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

Część 4 : 1. Homogenizator z adapterami 1 sztuka - za cenę bruttozł;
w tym podatek Vat%;

Część 5 : za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%; Na powyższą cenę składają się

1. Zamrażarka niskotemperaturowa 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;
2. Chłodziarko-zamrażarka 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

3. Zamrażarka laboratoryjna 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

CZĘŚĆ 6: za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%; Na powyższą cenę składają się

1. Zaklejarka taśmowa dla wysokiej jakości preparatów do skanowania 2 sztuki za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

2. Drukarka laserowa do szkiełek preparatów 1 sztuka za cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

CZĘŚĆ 7 : szafy archiwalne do przechowywania materiału biologicznego w postaci kostek parafinowych – 6 sztuk za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

CZĘŚĆ 8 : Modele embriologiczne 1 komplet za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

CZĘŚĆ 9 : Rozbudowa mikroskopu konsultacyjnego NIKON do 5 stanowisk 1 komplet za łączną cenę bruttozł; w tym podatek Vat%;

6. Na ww. przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji :

- 1) Część 1 : Miesięcy
- 2) Część 2 : Miesięcy
- 3) Część 3 : Miesięcy
- 4) Część 4 : Miesięcy
- 5) Część 5 : Miesięcy
- 6) Część 6 Miesięcy
- 7) Część 7 Miesięcy
- 8) Część 8 Miesięcy
- 9) Część 9 Miesięcy

7. Zamówienie zrealizujemy w terminiedni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

8. W łącznej cenie brutto, o której mowa w pkt 2 uwzględniliśmy wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników do niej.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. mierzamy wykonać:
- sami bez udziału podwykonawców
 - z udziałem podwykonawców* (*zaznaczyć właściwe)
12. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć następującą część zamówienia (zakres prac):
- 1), nazwa firmy podwykonawcy.....
(jeżeli jest znany)
- 2), nazwa firmy podwykonawcy.....
(jeżeli jest znany)
13. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z końcowym protokołem odbioru.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:tel. kontaktowy, mail:
.....
z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są: Tel.
....., e:mail:.....
17. Informujemy, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dotyczących wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

☐ <https://prod.ceidg.gov.pl>

☐ <https://ems.ms.gov.pl>

☐ Inne (podać ścieżkę dostępu).....

18. Oświadczam/y, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

☐ Mikroprzedsiębiorstwo

☐ Małe przedsiębiorstwo

☐ Średnie przedsiębiorstwo

19. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy pzp informuję/informujemy, że wybór oferty:

☐ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

☐ będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:(wpisać nazwę) o wartości netto: zł.

20. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

21. Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(pełniona funkcja w firmie)

22. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

..... dnia 2025r.

.....Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpis zaufany lub podpis osobisty lub
kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do SWZ (WZÓR)

UWAGA : UMOWA BĘDZIE ZAWARTA NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ODRĘBNE

UMOWA Nr KU.2301.....202...zawarta w dniu 202.. roku w Kielcach
pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul.
Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.-

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w

przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:, REGON.....

NIP.....zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.-

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)

(imię i nazwisko),

przedsiębiorcą działającym pod firmą

z siedzibą w przy ulicy, REGON,

NIPwpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.-

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż nowego wyposażenia do pracowni dydaktycznych Collegium Medicum w części zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i złożoną przez Wykonawcę ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w cenie zgodnej ze złożoną ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną zrealizowane w terminie* dni, licząc od dnia zawarcia umowy. **termin z oferty*
4. Wykonawca, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie lub drogą elektroniczną.
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1.

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją w ramach przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust.1.
2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania (stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy) łącznie nie może przekroczyć kwotyzł brutto, (słownie złotych:00/100); w tym kwota netto zł i podatek Vat.....%.
3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku Vat, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat, a Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia korekty faktury VAT.*

**dotyczy części 6*

§ 3.

1. Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze strony:
 - 1) Zamawiającego: Pan/i – tel., e-mail:

2) Wykonawcy: Pan/i – tel., e-mail:

2. Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczone urządzenia muszą posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu urządzeniach oraz winno być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego urządzenia winny być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w zakresie różnorodnych usterek, które uniemożliwiają poprawną instalację, uruchomienie i użytkowanie oprogramowania przedmiotu umowy. (dotyczy części 2 i 6)
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy zmierzającej do wykazania bezzasadności tychże roszczeń lub podjąć działanie mające na celu zażegnanie sporu.
7. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa w związku z roszczeniami osób trzecich, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach i umożliwi Wykonawcy pełny i aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu wszelkich szkód, w tym kosztów procesu, kosztów pomocy prawnej, oraz zasądzonych lub uzgodnionych w ugodzie kwot pieniężnych, do zapłaty których Zamawiający zobowiązany będzie w wypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie.
9. Zamawiający otrzymuje niewyłączne prawo stosowania dostarczonego wraz z przedmiotem umowy oprogramowania wraz z jego dokumentacją, jak też prawo aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji.

§ 5.

1. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy.
2. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi.
3. Przedmiot umowy będzie objęty gwarancją na okres* **miesiące** (licząc od daty podpisania protokołu odbioru). (*Okres z oferty wykonawcy)
4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz z niezbędnym wyposażeniem, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić wymiany niesprawnej części (w przypadku dysku – na nowy), gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

5. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy w pełni sprawny.
6. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie okresu trwania rękojmi lub gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
8. Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
9. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.
10. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.
11. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
.....
12. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.
13. W przypadku istotnej naprawy sprzętu (tj. naprawy jego głównych elementów), termin gwarancji lub rękojmi całego sprzętu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, zaczyna swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji albo rękojmi na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 3, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części w zależności od tego, czy Zamawiający skorzystał z uprawnień na podstawie gwarancji, czy rękojmi.

14. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.
15. Jeśli w wyniku awarii, w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, nastąpi konieczność zabrania sprzętu do serwisu, nośniki danych muszą zostać wymontowane i na czas naprawy pozostają u Zamawiającego bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz/lub gwarancji.
16. Demontażu wykonuje serwisant wskazany przez producenta lub Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
17. Jeżeli nie ma możliwości technicznych wymontowania nośników danych, np. nośnik jest zintegrowany z płytą główną lub innymi podzespołami urządzenia, i/lub urządzenie musi zostać przekazane do naprawy z nośnikami danych, Wykonawca i Zamawiający zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem, dołączonym do dokumentacji postępowania. (załącznik nr 2 do umowy).

§ 6.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są wolne od wad uniemożliwiających ich uruchomienie lub używanie dla celu, dla którego został on zakupiony.

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisanym przez :
 - 1) imiennie upoważnioną przez Zamawiającego osobę, pełniącą nadzór nad realizacją umowy,
 - 2) Wykonawcę lub upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z protokołem odbioru - przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP.....
6. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:
 - 1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r.poz.278 z późn.zm.), lub
 - 2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163 z późn. zm.),- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.
7. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela, o którym mowa w ust. 6.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy ponad termin określony w § 1 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2,
 - 2) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wynikającej z przekroczenia wyznaczonego terminu na usunięcie wady sprzętu o którym mowa w § 5 ust. 9 przedmiotowej umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2,
 - 3) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy,

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru dostarczonego sprzętu, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2,
 - 2) 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów § 10,
5. Łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.
6. Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.

§ 9.

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Wszelkie zmiany umowy następować mogą za zgodą obu stron, wyrażoną w formie sporządzonego przez Zamawiającego pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, chyba że umowa wyłącza obowiązek sporządzenia aneksu w przypadku dokonywania określonej zmiany.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy, w szczególności w okolicznościach wskazanych w Rozdziale 20 SWZ.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona, która powyższe o nich wiadomość, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą stronę.
5. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany umowy.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 PZP.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku, jeżeli zwłoka Wykonawcy w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3, wyniesie co najmniej 30 dni, wówczas Zamawiający będzie uprawniony także do naliczenia kar wskazanych w § 8 umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny będącej podstawą do odstąpienia.

§ 11.

1. Umowa o podwykonawstwo zawarta przez Wykonawcę, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy, niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 poz. 1571 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.
2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).
3. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaze każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także poinformuje iż klauzule informacyjne

Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej
https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodz.html.

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, według prawa polskiego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY z dnia

Zamawiający

Wykonawca:

.....

.....

Dostarczono:

Nazwa	Producent	Model	Nr seryjny	Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie z zapisami umowy nr KU.2301.....2025 z dnia

.....

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest objęty gwarancją producenta na okres na warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w kartach gwarancyjnych dołączonych do przedmiotu umowy.

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionego pracownika.

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Uwagi:

.....

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia _____ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369), ul. Żeromskiego 5, NIP: 6570234850, REGON: 000001407,
zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”
reprezentowanym przez: Rektora
oraz

.....
.....
.....

zwanym w dalszej części umowy: „**Podmiotem przetwarzającym**”
reprezentowanym przez:;
łącznie zwanymi w dalszej części umowy „**Stronami**”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm., zwane w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane (****należy podać rodzaj danych np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii***) dotyczące (****należy podać kategorię osób, których dane dotyczą np. pracownicy, klienci itd.***) w postaci (***np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.***).
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu (****należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot***) ***np. realizacji umowy z dnia nr w zakresie***)

§3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 § 2 Rozporządzenia.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi danych każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia zawierać informacje umożliwiające określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych oraz upoważnione podmioty zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h) Rozporządzenia mają prawo kontroli lub audytu, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub upoważnionym podmiotom, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową.
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli i audytu powinno być przekazane Podmiotowi co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
3. W przypadku powzięcia przez Administratora danych lub upoważnione podmioty wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, Administrator danych informuje Podmiot przetwarzający o wystąpieniu rażącego naruszenia ww. obowiązków. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi danych lub upoważnionym podmiotom dokonanie kontroli lub audytu. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli i audytu jest przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 48 h obejmujących dni robocze przed rozpoczęciem kontroli.

4. Kontrolerzy Administratora danych lub upoważnionych podmiotów mają w szczególności prawo:

stępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego

ądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, glądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii, rzeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego

arzający może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. odmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo

państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych zgodnie z art. 28 ust. 4 Rozporządzenia i w zakresie w nim określonym.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w przepisach o przetwarzaniu tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,

szczegółności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych

§7

Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie Umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową i Rozporządzeniem,
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,
- 4) znacząco wzrosło ryzyko bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający dane

Załącznik nr 4 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):
[....]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych Collegium Medicum UJK ⁵
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	KU.2301. 147. 2025

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone ⁸ : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]

6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>defaworyzowanych?</p> <p>Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p>[....]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej¹³;

korupcja¹⁴;

nadużycie finansowe¹⁵;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸.

<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]²¹</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia²² („samooczyszczenie”)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²³:</p>	<p>[.....]</p>

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

<p>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?		
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p>Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</p> <p>W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</p> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w</p>	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]</p> <p>[.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]</p> <p>[.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>

stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?		
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 [.....][.....][.....]	

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]

24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:

- a) zbankrutował; lub
- b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub
- c) zawarł układ z wierzycielami; lub
- d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub
- e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
- f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?

Jeżeli tak:

Proszę podać szczegółowe informacje:

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

☐ Tak ☐ Nie
$$[\dots]$$
$$[\dots]$$

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

$$[\dots][\dots][\dots]$$

27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkiem na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	
---	--

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części)
wykonawca oświadcza, że:

α : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: Kompetencje

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest(-są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

G: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia ³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <p>Roboty budowlane: [.....]</p> (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

³⁸ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:									
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:</p> <p>W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table><tr><td>Opis</td><td>Kwoty</td><td>Daty</td><td>Odbiorcy</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:</p> <p>W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu</p>	<p>[.....]</p>								

39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować	[.....]

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

następujące środki zarządzania środowiskowego:	
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p> <p>Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.</p> <p>Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ,</p>

43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<p>wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą

~~towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

~~Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:~~

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia</p> <p>obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria</p> <p>lub zasady, które mają być stosowane w</p> <p>celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są</p> <p>określone zaświadczenia lub inne</p> <p>rodzaje dowodów w formie dokumentów,</p> <p>proszę wskazać dla każdego z nich, czy</p> <p>wykonawca posiada wymagane</p> <p>dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub</p> <p>rodzajów dowodów w formie</p> <p>dokumentów są dostępne w postaci</p> <p>elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla</p> <p>każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub
- b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych Collegium Medicum UJK**” numer referencyjny: **KU.2301.147.2025**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), oświadczam/y, że:

- ☐ nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
- ☐ nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu ⁴⁹⁾
lub

☐ należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami)
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.), o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej)

.....

⁴⁹ Zakreślić odpowiednie

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

....., dnia

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo (kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - dotyczące podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych Collegium Medicum UJK**” numer referencyjny **KU.2301.147.2025**, oświadczam, co następuje:

1. **Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)⁵⁰.**

⁵⁰ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁵¹

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

1. [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

⁵¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.



833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do SWZ

Podmiot:

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

1. Uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁵² - **składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. (nazwa postępowania), prowadzonego przez

..... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

⁵² Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)⁵³.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁵⁴

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

⁵³ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

⁵⁴ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- g) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- h) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- i) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Załącznik nr 8 do SWZ

.....
Nazwa wykonawcy i dane adresowe

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU (JEDZ)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., „**Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych Collegium Medicum UJK**” numer postępowania: **KU.2301.147.2025**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

są aktualne / są nieaktualne**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach:

- a) Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**
- b) podmiotu udostępniającego zasoby**

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne**

.....

kwalifikowany podpis elektroniczny